

**WSZ.XIII.2511/32/7/10**

**Data: 19.03.2010r.**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: 2010/S 51-075518**

1. Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 3 – Prosimy o zmianę wysokości kar umownych do 0,1 % wartości opóźnionej lub niewykonanej części dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.
2. § 2 ust. 4 – prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do nabycia mniejszych ilości towaru niż podano w Załączniku nr 4 jednakże ilość zmniejszona nie może być większa niż 20 % zamówienia. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia”

***Odpowiadamy na pytania:***

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: 2010/S 51-075518**

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6, elektrodę tnącą o wymiarach 1,8 x 19 mm?
2. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 7, przedłużkę o długości 15 cm?
3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 9 i 10, uchwyt monopolarny wraz z kablem o długości 4 m?
4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 11 elektrodę wielorazowego użytku o wymiarach 16x26 cm z pasami mocującymi silikon?
5. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 12 kabel o długości 4 m+/- 1 m?

***Odpowiadamy na pytania:***

1. Zamawiający nie dopuszcza w pozycji nr 6, elektrodę tnącą o wymiarach 1,8 x 19 mm
2. Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 7 przedłużkę o długości 15 cm.
3. Zamawiający nie dopuszcza w pozycji nr 9 i 10, uchwyt monopolarny wraz z kablem o długości 4 m.
4. Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 11 elektrodę wielorazowego użytku o wymiarach 16x26 cm z pasami mocującymi silikon.
5. Zamawiający nie dopuści w pozycji nr 12 kabel o długości 4 m+/- 1 m

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: 2010/S 51-075518**Pytania zadane przez firmy:**

1. **Pakiet V poz. 3** – prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji osobnego pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty
2. **Pakiet VII** – Czy nie zaszła oczywista omyłka: Zamawiający ma na myśli jednorazowy refraktor narządów miękkich w rozmiarze 45x5x5 cm?
3. **Pakiet IX poz. 3** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania płytki do worka stomijnego w rozmiarze 35, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ
4. **Pakiet IX poz. 4** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego worka stomijnego w rozmiarze 48, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
5. **Pakiet IX poz. 5** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego płytki do worka stomijnego w rozmiarze 48, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
6. **Pakiet IX poz. 6** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego worka stomijnego w rozmiarze 61, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
7. **Pakiet IX poz. 7** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego płytki do worka stomijnego w rozmiarze 61, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
8. **Pakiet IX poz. 8** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego worka stomijnego w rozmiarze 57, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
9. **Pakiet IX poz. 9** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego płytki do worka stomijnego w rozmiarze 57, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
10. **Pakiet IX poz. 10** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego worka ileostomijnego w rozmiarze 61, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
11. **Pakiet IX poz. 11** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego płytki do worka ileostomijnego w rozmiarze 61, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
12. **Pakiet IX poz. 12** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego worka ileostomijnego w rozmiarze 48, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
13. **Pakiet IX poz. 13** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego płytki do worka ileostomijnego w rozmiarze 48, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
14. **Pakiet IX poz. 14** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego worka urostomijnego w rozmiarze 57, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
15. **Pakiet IX poz. 15** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego płytki do worka urostomijnego w rozmiarze 48, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
16. **Pakiet IX poz. 16** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego worka urostomijnego w rozmiarze 13-45
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy:
  - Dopisanie: „ceny przedmiotu umowy mogą również ulec zmianie w przypadku uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów produktów. Zmiany mogą dotyczyć podwyższania i obniżania cen przedmiotu umowy.
  - Modyfikację § 5 i dopisanie pkt 4 – „W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczenia odpowiednich produktów objętych umową”
  - Modyfikację § 5 i zmianę wysokości kary umownej za opóźnienie w dostawie za każdy dzień zwłoki na 0,5 %
  - Modyfikację § 7 i dopisanie „W przypadku gdy zobowiązanie zostało w dużej części wykonane lub kara umowna jest zbyt wysoka Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej tzw. miarkowanie kary”

**Odpowiadamy:**

1. **Pakiet V poz. 3** – Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu V poz. 3 „Zestaw do drenażu typu Redon-sterylny, jednorazowego użytku, mieszek o poj. 400 ml skalowany co 100 ml z drenem łączącym o długości max 100 cm z uniwersalnym zakończeniem do drenów Redon - CH 6-20 oraz zaworem uszczelniającym umożliwiającym ponowne wytworzenie próżni bez rozłączenia zestawu” tworząc odrębny Pakiet V a. Wadium w Pakiecie V wynosi 224,00 zł a w Pakiecie V a – 209,00 zł.
2. **Pakiet VII** – Zamawiający ma na myśli jednorazowy retraktor narządów miękkich w rozmiarze 45x5x5 cm. Za powstały błąd przepraszamy.
3. **Pakiet IX poz. 3** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytki do worka stomijnego w rozmiarze 35, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ
4. **Pakiet IX poz. 4** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka stomijnego w rozmiarze 48, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
5. **Pakiet IX poz. 5** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytki do worka stomijnego w rozmiarze 48, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
6. **Pakiet IX poz. 6** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka stomijnego w rozmiarze 61, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
7. **Pakiet IX poz. 7** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytki do worka stomijnego w rozmiarze 61, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
8. **Pakiet IX poz. 8** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka stomijnego w rozmiarze 57, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
9. **Pakiet IX poz. 9** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytki do worka stomijnego w rozmiarze 57, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
10. **Pakiet IX poz. 10** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka ileostomijnego w rozmiarze 61, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
11. **Pakiet IX poz. 11** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytki do worka ileostomijnego w rozmiarze 61, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
12. **Pakiet IX poz. 12** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka ileostomijnego w rozmiarze 48, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
13. **Pakiet IX poz. 13** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytki do worka ileostomijnego w rozmiarze 48, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ
14. **Pakiet IX poz. 14** – Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania worka urostomijnego w rozmiarze 57.
15. **Pakiet IX poz. 15** – Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania płytki do worka urostomijnego w rozmiarze 48.
16. **Pakiet IX poz. 16** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka urostomijnego w rozmiarze 13-45
17. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

**Pakiet V**

<i>Lp.</i>	<i>Asortyment</i>	<i>szt.</i>	<i>Cena jednostkowa netto w zł.</i>	<i>Wartość netto w zł.</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto w zł.</i>	<i>Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG</i>	<i>Nazwa producenta, Nr: świad. Rej./zgłosz., Certyfikaty CE, Deklaracji zgodności</i>
<i>1</i>	<i>Zestaw mini Redon do odsysania ran-sterylny, jednorazowego użytku, okrągły worek poj. 50 ml skalowany z silikonowym uszczelnieniem i drenem Redona, z metalowym trokarem - CH 6-12 *</i>	<i>50</i>						
<i>2</i>	<i>Zestaw do drenażu typu Redon-sterylny, jednorazowego użytku, worek o poj. 250-300 ml skalowany co 100 ml z drenem łączącym o długości max 100 cm z uniwersalnym zakończeniem do drenów Redon - CH 6-20 oraz zaworem uszczelniającym umożliwiającym ponowne wytworzenie próżni bez rozłączenia zestawu*</i>	<i>500</i>						
<b><i>R A Z E M</i></b>								

*\* próbki wyrobu w oryginalnych opakowaniach handlowych w celu weryfikacji oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia – po 1 szt.*

Termin płatności wynosi ..... dni od daty otrzymania faktury.

Całkowita wartość netto zamówienia rocznego w *PAKIECIE V* wynosi:.....zł.

słownie: .....

Wartość brutto (z VAT) zamówienia rocznego w *PAKIECIE V* wynosi:.....zł

słownie: .....

**Pakiet Va**

<i>Lp.</i>	<i>Asortyment</i>	<i>szt.</i>	<i>Cena jednostkowa netto w zł.</i>	<i>Wartość netto w zł.</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto w zł.</i>	<i>Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG</i>	<i>Nazwa producenta, Nr: świad. Rej./zgłosz., Certyfikaty CE, Deklaracji zgodności</i>
<i>1</i>	<i>Zestaw do drenażu typu Redon-sterylny, jednorazowego użytku, mieszek o poj. 400 ml skalowany co 100 ml z drenem łączącym o długości max 100 cm z uniwersalnym zakończeniem do drenów Redon - CH 6-20 oraz zaworem uszczelniającym umożliwiającym ponowne wytworzenie próżni bez rozłączenia zestawu*</i>	500						
<b>R A Z E M</b>								

*\* próbki wyrobu w oryginalnych opakowaniach handlowych w celu weryfikacji oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia – po 1 szt.*

Termin płatności wynosi ..... dni od daty otrzymania faktury.

Całkowita wartość netto zamówienia rocznego w *PAKIECIE Va* wynosi:.....zł.

słownie: .....

Wartość brutto (z VAT) zamówienia rocznego w *PAKIECIE Va* wynosi:.....zł

słownie: .....