

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego - Iszt., aparatu elektrochirurgicznego - 1 szt. (Nr. BZP 282790 - 2010)

Pytania zadane przez firmy:

1. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 1.2* – Czy Zamawiający dopuści aparat i monitor pochodzący od różnych producentów pod warunkiem, że autoryzowany serwis jest prowadzone przez Oferenta? Ze względów serwisowych oraz późniejszej rozbudowy jest to rozwiązanie analogiczne do opisanego.
2. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 3.4* Czy Zamawiający dopuści obejście tlenowe o wydajności 35l/min? Jest to wartość stosowana przez wszystkich producentów aparatów do znieczulenia. Większe wartości mogą spowodować niebezpieczeństwo uszkodzenia płuc pacjenta i nie są używana w praktyce.
3. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 6.5* - Czy Zamawiający dopuści pauzę wdechową regulowaną w zakresie 0-50%?
4. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 7.1* - Czy Zamawiający dopuści alarmy objętości minutowej MV realizowane za pomocą monitora pacjenta oraz alarm niskiej objętości oddechowej TV w aparacie?
5. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 17.1* Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia mięśniowego NMT w postaci niezależnego monitora, z możliwością wykorzystania na dowolnym stanowisku do znieczulania, posiadanym przez Zamawiającego?

Odpowiadamy:

1. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 1.2* – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
2. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 3.4* - Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis.
3. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 6.5* - Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis.
4. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 7.1* - Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
5. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 17.1* - Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego - Iszt., aparatu elektrochirurgicznego - 1 szt. (Nr. BZP 282790 - 2010)

1. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 1.14* – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego w którym zakres regulacji zastawki wynosi od 1 do 60 cmH20?
2. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 1.15* - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z ujęciem gazów dostosowanym do prowadzenia wentylacji z użyciem zestawów: Kuna, Jacksona Ress'a, Baina z koniecznością odłączenia układu okrężnego? Odłączenie odbywa się w sposób prosty, nie ograniczający obsługi.
3. Czy Zamawiający poza trybami oddechu kontrolowanego VCV i PCV będzie wymagał bardzo przydatnych trybów wentylacji wspomaganej PSV i SIMV szczególnie przy wybudzaniu pacjenta?

4. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 11.15* - Czy *Zamawiający* dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta z 120 godzinnymi trendami (rozdzielczość 1 minuta), godzinnymi minitrendami (rozdzielczość 1 sekunda), pamięcią 100 alarmów z powiązаныmi krzywymi dynamicznymi (zakres zapisu 8, 16 lub 32 sekundy) pamięcią 100 alarmów arytmii wraz z powiązаныmi krzywymi dynamicznymi, 1000 pomiarów NIBP oraz 24 godzinnymi zapisem „full-disclosure”?
5. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 17.1/2* - Czy *Zamawiający* zaakceptuje ocenę stopnia zwiotczenia mięśniowego NMT niezależnym monitorem, który posiada dodatkową funkcję lokalizacji i blokady nerwu i może być wykorzystany przy każdym stanowisku anestezyjologicznym?

Odpowiadamy:

1. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 1.14* - Nie, *Zamawiający* podtrzymuje zapis.
2. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 1.15* - Nie, *Zamawiający* nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.
3. *Zamawiający* nie będzie wymagał dodatkowo trybów wentylacji wspomaganą PSV i SIMV.
4. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 11.15* - Nie, *Zamawiający* podtrzymuje zapis.
5. *dotyczy załącznika nr 2 - Pakietu nr 1 pkt 17.1/2* Nie, *Zamawiający* podtrzymuje zapis.

WSZ.XIII.2511/235/9/2010

Data 16.09.2010

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego - 1 szt., aparatu elektrochirurgicznego - 1 szt. (Nr. BZP 282790 - 2010)

Pytania zadane przez firmy:

1. W związku z tym, iż termin składania ofert oraz czas realizacji umowy dotyczącej w/w przetargu będą miały miejsce pod panowaniem nowej ustawy o wyrobach medycznych, prosimy o modyfikację punktu 1.1 rozdziału III oraz punktu 1.1 rozdziału IV SIWZ i zastąpienie zapisu:
„Aktualne dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.)”
zapisem:
„Aktualne dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 17.06.2010)”.
2. **Dotyczy załącznika nr 2 – Pakietu nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt 18.7** Czy *Zamawiający* zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin od zgłoszenia? Termin jaki ustalił *Zamawiający* na reakcję serwisu może być zbyt krótki. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez *Zamawiającego*, jest bardzo trudne.
3. **Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy §4 ust. 3** Prosimy o dostosowanie zapisu w/w ustępu do zapisu zawartego w pkt. 7 części 18. Gwarancja/serwis opisu przedmiotu zamówienia (aparat do znieczulania ogólnego) poprzez wydłużenie maksymalnego czasu na usunięcie usterek do 5 dni.
4. **Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy – §4 ust. 4** Czy *Zamawiający* zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„Gdyby jednak sytuacja wadliwego działania tego samego podzespołu sprzętu powtórzyła się więcej niż dwa razy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy sprzęt na nowy”

zapisem:

„Gdyby jednak sytuacja wadliwego działania tego samego podzespołu sprzętu powtórzyła się więcej niż dwa razy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy podzespół na nowy”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez *Wykonawców*, co zaskutkowało musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla *Zamawiającego*.

5. Dotyczy załącznika nr 7 – wzór umowy §5 ust. 2 Czy *Zamawiający* zmodyfikuje postanowienia §5 projektu umowy w ten sposób, że zmieni w §5 ust. 2 wysokość kary umownej na 0,2% wartości niedostarczonego lub naprawianego sprzętu za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminów dostawy lub usunięcia wad.

Odpowiadamy:

1. Tak, *Zamawiający* zmienia zapis w Rozdziale III pkt. 1.1) oraz w Rozdziale IV pkt. 1.1) SIWZ na zapis - *Aktualne dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 17.06.2010).*
2. Tak, *Zamawiający* wydłuża czas reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia.
3. **§4 ust. 3 wzoru umowy** otrzymuje nowe brzmienie *„W przypadku zaistnienia wad w czasie użytkowania sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy w ciągu max 48 godzin (czas reakcji serwisu), a w przypadku trudności usunięcia usterki w czasie dłuższym niż 5 dni zostanie po tym terminie zapewniony sprzęt zastępczy na czas naprawy”*
4. **§4 ust. 4 wzoru umowy** otrzymuje nowe brzmienie *„Gdyby jednak sytuacja wadliwego działania tego samego podzespołu sprzętu powtórzyła się maksimum trzy razy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy podzespół na nowy”*
5. Nie, *Zamawiający* podtrzymuje zapis.