

Znak: WSZ.XIII.2511/212/ 10/10.

Data: 16.09.2010r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów dezynfekcyjnych.

Pytania zadane przez jedną z firm:

- 1 .** Prosimy o wyjaśnienie i dopuszczenie na zasadzie równoważności w pakiecie IX preparatów konfekcjonowanych w opakowaniach 5 litrów preparatu po odpowiednim przeliczeniu, tj. w poz. 1 -24 opakowania , a w pozycji 2 – 48 opakowań .
- 2.** Prosimy o wyjaśnienie i na zasadzie równoważności dopuści w pakiecie XX preparatu konfekcjonowanego w opakowania o zawartości 200 ml. preparatu po odpowiednim przeliczeniu , tj. 157 opakowań.
- 3. pakiet X poz. 1** prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie funkcjonalne wymagania SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 5 litrowe zachowując wymagane zapotrzebowanie poprzez stosowne przeliczenie.
- 4. pakiet X poz. 2** prosimy o dopuszczenie do oceny pasków do kontroli aktywności spełniające wszystkie funkcjonalne wymagania SIWZ konfekcjonowane w opakowania a. 50 szt.
- 5. dotyczy SIWZ** prosimy o określenie ilości opakowań niepełnych , które należy wycenić . Czy wycenić ułamkową ilość opakowań , czy zaokrąglić w górę bądź w zgodzie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół a powyżej 0,5 w górę)?
- 6. pakiet IX poz. 1 –** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat myjący zgodny z SIWZ w opakowaniach 5 l. zawierający 4,67 l. preparatu , dozowanie 5 ml/L w wodzie zmiękczonej – 10 ml/L w wodzie twardej?
- 7. pakiet IX poz. 2 –** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji zgodny z SIWZ w opakowaniach 5 L. zawierających 5 L preparatu , w przeliczeniu na zapotrzebowanie Zamawiającego?
- 8.pakiet XI poz. 1 –** Czy Zamawiający dopuści do oceny środek do mycia i dezynfekcji termicznej zgodny z SIWZ o ph koncentratu 2,6?
- 9. pakiet V poz. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w rozmiarze 18x20 cm. w opakowaniach jednorazowych z wieczkiem z tworzywa sztucznego pakowane a. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 6 z pakietu V i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia.
- 10. pakiet I poz. 1 i 2 -** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu , który bezpiecznie można stosować u noworodków?

11. pakiet V poz. 1.- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu osiagającego spektrum B, MRSA, Tbc, F,V,(HIV,HBV,HCV,Rota,Vaccinia, Noro) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min. z możliwością rozszerzenia o Polio w czasie do 30 min. i spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

12. pakiet V poz. 6 – Czy Zamawiający zgodnie z przepisami wymaga zaoferowania preparatu, którego spektrum działania można rozszerzyć o Tbc?

13. pakiet XX – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach po 150 ml. po odpowiednim przeliczeniu.

14. pytanie ogólne – W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół a powyżej 0,5 w górę)

15. Czy w pakiecie nr 4 poz. 2 – Zamawiający dopuści preparat na bazie niejonowych związków powierzchniowo-czynnych etanolu zawierający inhibitory korozji, działający w czasie 15 – 60 minut w stężeniu 1 – 5 % ?

Odpowiadamy :

1. Producent myjni Olympus zaleca preparaty do mycia i dezynfekcji w pojemnikach 5 l z zawartością 4 l. koncentratu. Wynika to ze względów technicznych jak i bezpieczeństwa użytkownika. Aparaty podlegają serwisowi producenta. W przypadku nie zachowania zaleceń istnieje ryzyko utraty serwisu. Mając więc na uwadze prawidłową współpracę z producentem, jak również bezawaryjną pracę aparatów i właściwy proces mycia i dezynfekcji Zamawiający nie dopuszcza preparatów w opakowaniach 5 l. z zawartością 5 l. koncentratu.

2. Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu 200 ml. z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia ilościowego.

3. Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu 5 l. pod warunkiem, że spełnia wszystkie wymagania zawarte w przedmiocie zamówienia. Równocześnie informujemy, że preparat ten jest wykorzystywany do dezynfekcji głowic przezprzełykowych w aparacie USG serca WIWT 4

Zaznaczamy również iż ilość preparatu powinna być przeliczona zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Ilość opakowań należy zaokrąglić w dół.

4. Zamawiający dopuszcza paski kontroli aktywności spełniające wszystkie funkcjonalne wymagania SIWZ w opakowaniu zawierającym 50 szt. z zachowaniem odpowiedniego przelicznika w

5. Ilości opakowań niepełnych, które należy wycenić SIWZ – 3op. x15 szt. = 45 szt
1 op. = 50 szt.

6. Producent myjni Olympus zaleca preparaty do mycia i dezynfekcji w pojemnikach 5 l z zawartością 4 l. koncentratu. Wynika to ze względów technicznych jak i bezpieczeństwa użytkownika. Aparaty podlegają serwisowi producenta. W przypadku nie zachowania zaleceń istnieje ryzyko utraty serwisu. Mając więc na uwadze prawidłową współpracę z producentem, jak również bezawaryjną pracę aparatów i właściwy proces mycia i dezynfekcji Zamawiający nie dopuszcza preparatów w opakowaniach 5 l. z zawartością 4,67 l. koncentratu.

7. Producent myjni Olympus zaleca preparaty do mycia i dezynfekcji w pojemnikach 5 l z zawartością 4 l. koncentratu. Wynika to ze względów technicznych jak i bezpieczeństwa użytkownika. Aparaty podlegają serwisowi producenta. W przypadku nie zachowania zaleceń istnieje ryzyko utraty serwisu. Mając więc na uwadze prawidłową współpracę z

producentem, jak również bezawaryjną pracę aparatów i właściwy proces mycia i dezynfekcji Zamawiający nie dopuszcza preparatów w opakowaniach 5 l. z zawartością 5 l. koncentratu.

8. Zgodnie z przedmiotem zamówienia preparat powinien spełniać zawarte w nim wymagania . Preparat ten jest zalecany przez producenta myjni dezynfektorów, które są wykorzystywane w naszym szpitalu . Aparaty te podlegają serwisowi gwarancyjnemu producenta . W przypadku nie spełnienia wymogów gwarancyjnych – w tym również odpowiedniego preparatu – istnieje ryzyko utraty gwarancji. Mając na uwadze prawidłową współpracę z producentem, jak i również bezawaryjną pracę myjni i właściwy proces mycia i dezynfekcji Zamawiający nie dopuszcza preparatu o pH 2,6.

9. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chusteczek w rozmiarze 18x20 cm. a. 80 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i spełniające wymogi przedmiotu zamówienia .

Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie z pakietu V pozycji 6 i utworzy pakiet Va.

10. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu, który można stosować u noworodków .

11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu osiagającego spektrum B, MRSA, Tbc, F, V, (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 minuty , Adeno w czasie do 2 min. z możliwością rozszerzenia o Polio w czasie do 30 min. i spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

12. Zamawiający dopuszcza preparat, w którego spektrum działania zawarte jest działanie na Tbc.

13. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach po 150 ml. po odpowiednim przeliczeniu.

14. Ilość opakowań należy zaokrąglić w dół .

15. Zamawiający nie dopuszcza preparatu na bazie niejonowych związków powierzchniowo-czynnych etanolu zawierający inhibitory korozji , działający w czasie 15 – 60 minut w stężeniu 1 – 5 % ponieważ nie odpowiada przedmiotowi zamówienia a szczególnie czasu działania .