

**Znak: WSZ.XIII.2511/272/5/10.**

**Data: 22.11.2010r.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy ŁÓŻEK REHABILITACYJNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I SZAFKAMI PRZYŁÓŻKOWYMI ORAZ ŁÓŻKA SPECJALISTYCZNEGO

**Pytania zadane przez jedną z firm:**

1. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Okres końca roku związany jest z wzmożonymi zakupami i ze względów logistycznych jest trudny do spełnienia. Krótki okres realizacji zamówienia może spowodować doliczenie kwoty potencjalnych kar do ceny oferty przez oferenta.

**dot.- pakietu nr 1 .**

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko o długości całkowitej nieznacznie różniącej się od wymaganej wynoszącej 2140 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota w zakresie 405 – 805 mm? Oferowany parametr jest parametrem lepszym od wymaganego i całkowicie ogranicza wysiłek fizyczny personelu?
3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z leżem czterosegmentowym przy czym trzy segmenty są ruchome? Oferowany parametr jest parametrem lepszym od wymaganego.
4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko, którego rama wyposażona jest w cztery jednoosiowe krążki odbojowe doskonale chroniące zarówno łóżko jak i ściany przed uszkodzeniami?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko którego rama wyposażona jest w krążki odbojowe doskonale chroniące zarówno łóżko jak i ściany przed uszkodzeniami bez listew?
6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko którego podstawa nie jest wyposażona w tworzywową osłonę gdyż brak jest mechanizmów regulujących umieszczonych w podstawie? Oferowane łóżko nie posiada trudnodostępnych miejsc w podstawie i dlatego nie wymaga osłony tworzywowej.
7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z elektryczną regulacją za pomocą pilota segmentu oparcia pleców, segmentu uda? Oferowany parametr jest znacząco lepszym od wymaganego i ogranicza całkowicie konieczność używania siły fizycznej przez personel?
8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wyposażone w jednorodne, tworzywowe szczyty bez miejsc łączeń mogących stanowić potencjalne źródło infekcji z możliwością wyboru koloru, odporne na wilgoć, temperaturę oraz promieniowanie UV?
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażony w wieszak na kroplówkę częściowo lakierowany?

**dotyczy szafek przyłóżkowych – szt.23**

10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości szafkę o szerokości całkowitej 510 mm? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanej szafki.

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości wynoszącej 500 ? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanej szafki.
12. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości całkowitej nieznaczenie różniącą się od wymaganej wynoszącej 860 mm?
13. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości szafkę o konstrukcji z blaty ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanej szafki.
14. Czy Zamawiający dopuści szafkę której czoła szuflad i drzwiczki wykonane są z wysokiej jakości płyty dekoracyjnej?
15. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości szafkę z blatem wykonanym z płyty unilam wykończony stalowa, lakierowana obramówką? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanej szafki.
16. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w półkę do odkładania obuwia zintegrowaną z szafką wykończoną stalowymi prętami lakierowanymi proszkowo? Półka nie powoduje poszerzania gabarytów szafki.

#### **dotyczy szafki przyłóżkowej z półką boczną**

17. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości szafkę o szerokości 510 mm i szerokości z półką boczną 1110 mm?
18. Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 485 mm? Oferowany parametr nieznaczenie różni się od wymaganego.
19. Czy Zamawiający dopuści szafkę , której korpus oraz boki i ramki szuflad wykonane są z blachy stalowej lakierowanej proszkowo ?
20. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości szafkę dwustronną z możliwością postawienia po prawej lub lewej stronie łóżka wyposażoną w dwie szuflady?
21. Czy Zamawiający dopuści szafkę , w której czoła szuflad wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie i dezynfekcję ?
22. Czy Zamawiający dopuści szafkę , w której oba blaty ( zarówno główny jak i boczny ) wykonane są z tworzywa laminowanego natomiast blat środkowy ze stali lakierowanej proszkowo?
23. Czy Zamawiający dopuści szafkę , w której szuflada dolna jest bez tworzywowego wkładu , ale jest podzielona na dwie części z których jedna pełni funkcję uchwytu na 3 butelki o pojemności min. 1,5 litra ?
24. Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z możliwością ustawienia i pełnego dostępu zarówno z lewej jak i prawej strony łóżka , wyposażoną w zintegrowany dodatkowy blat boczny składany do boku szafki , z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia ?
25. Czy w rozsądnym zapisów dotyczących korpusu obrotowego Zamawiający dopuści wysokiej jakości szafkę dwustronną z możliwością postawienia po prawej lub lewej stronie łóżka?
26. Czy Zamawiający wymaga , aby szafka była bezpieczna dla pacjenta, tzn. z centralną blokadą kół dokonywaną za pomocą pokrętła na wyciągnięcie ręki pacjenta , tak aby mógł ją sobie przestawić , dostawić lub odstawić w dowolnej chwili , bez potrzeby wychodzenia lub wychylania się z łóżka oraz bez potrzeby wzywania personelu medycznego, czy też dopuszcza szafki niebezpieczne , które narażają pacjenta na upadek lub wypadnięcie z łóżka podczas chęci dostawienia lub odstawienia szafki lub w trakcie wyciągania z niej osobistych rzeczy ?
27. Czy w celu zapewnienia komfortu pacjentowi Zamawiający wymaga , aby szafka posiadała dodatkową półkę na basen , tak aby pacjent mógł skorzystać z niego samodzielnie w potrzebnym dla siebie oraz intymnym

#### **Odpowiadamy :**

1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, ponieważ na realizację zamówienia Zamawiający otrzymał dotację, którą musi rozliczyć w wyznaczonym terminie.

**dot.- pakietu nr 1 .**

1. Zamawiający nie dopuszcza wysokiej jakości łóżka o długości całkowitej nieznacznie różniącej się od wymaganej wynoszącej 2140 mm – zgodnie z zapisami SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza wysokiej jakości łóżka z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota w zakresie 405 – 805 mm – zgodnie z zapisami SIWZ.
3. Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z leżem czterosegmentowym przy czym trzy segmenty są ruchome.
4. Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko, którego rama wyposażona jest w cztery jednoosiowe krążki odbojowe doskonale chroniące zarówno łóżko jak i ściany przed uszkodzeniami.
5. Zamawiający dopuści łóżko którego rama wyposażona jest w krążki odbojowe doskonale chroniące zarówno łóżko jak i ściany przed uszkodzeniami bez listew.
6. Zamawiający nie dopuszcza wysokiej jakości łóżka którego podstawa nie jest wyposażona w tworzywową osłonę – zgodnie z zapisem SIWZ.
7. Zamawiający nie dopuszcza wysokiej jakości łóżka z elektryczną regulacją za pomocą pilota segmentu oparcia pleców, segmentu uda – zgodnie z SIWZ.
8. Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wyposażone w jednorodne, tworzywowe szczyty bez miejsc łączy mogących stanowić potencjalne źródło infekcji z możliwością wyboru koloru, odporne na wilgoć, temperaturę oraz promieniowanie .
9. Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wieszak na kroplówkę częściowo lakierowany.
10. Zamawiający nie dopuszcza wysokiej jakości szafki o szerokości całkowitej 510 mm – zgodnie z zapisem SIWZ.
11. Zamawiający nie dopuszcza szafki o głębokości wynoszącej 500mm. – zgodnie z zapisem SIWZ.
12. Zamawiający nie dopuszcza szafki o wysokości całkowitej nieznacznie różniącej się od wymaganej wynoszącej 860 mm – zgodnie z zapisem SIWZ.
13. Zamawiający dopuści wysokiej jakości szafkę o konstrukcji z blaty ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym .
14. Zamawiający dopuści szafkę której czoła szuflad i drzwiczki wykonane są z wysokiej jakości płyty dekoracyjnej.
15. Zamawiający dopuści wysokiej jakości szafkę z blatem wykonanym z płyty unilam wykończony stalowa, lakierowana oblamówką.
16. Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w półkę do odkładania obuwia zintegrowaną z szafką wykończoną stalowymi prętami lakierowanymi proszkowo- półka nie spowoduje poszerzania gabarytów szafki.
17. Zamawiający nie dopuszcza wysokiej jakości szafki o szerokości 510 mm i szerokości z półką boczną 1110 mm. – zgodnie z zapisem SIWZ.
18. Zamawiający nie dopuszcza szafki o głębokości 485 mm – zgodnie z zapisem SIWZ.
19. Zamawiający dopuści szafkę , której korpus oraz boki i ramki szuflad wykonane są z blachy stalowej lakierowanej proszkowo .
20. Zamawiający nie dopuszcza wysokiej jakości szafki dwustronnej z możliwością postawienia po prawej lub lewej stronie łóżka wyposażoną w dwie szuflady – zgodnie z zapisem SIWZ.
21. Zamawiający dopuści szafkę , w której czoła szuflad wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie i dezynfekcję.
22. Zamawiający dopuści szafkę , w której oba blaty ( zarówno główny jak i boczny ) wykonane są z tworzywa laminowanego natomiast blat środkowy ze stali lakierowanej proszkowej.
23. Zamawiający nie dopuszcza szafki , w której szuflada dolna jest bez tworzywowego wkładu , ale jest podzielona na dwie części z których jedna pełni funkcję uchwytu na 3 butelki o pojemności min. 1,5 litra .
24. Zamawiający nie dopuszcza szafki dwustronnej z możliwością ustawienia i pełnego dostępu zarówno z lewej jak i prawej strony łóżka , wyposażoną w zintegrowany dodatkowy blat boczny składany do boku szafki , z regulacją wysokości oraz kąta pochylecia.

25. Zamawiający dopuści wysokiej jakości szafkę dwustronną z możliwością postawienia po prawej lub lewej stronie łóżka.
26. Zamawiający nie wymaga , aby szafka była bezpieczna dla pacjenta, tzn. z centralną blokadą kół dokonywaną za pomocą pokrętła na wyciągnięcie ręki pacjenta , tak aby mógł ją sobie przestawić , dostawić lub odstawić w dowolnej chwili , bez potrzeby wychodzenia lub wychylania się z łóżka oraz bez potrzeby wzywania personelu medycznego – zgodnie z zapisem SIWZ.
27. Zamawiający nie wymaga , aby szafka posiadała dodatkową półkę na basen – zgodnie z zapisami SIWZ.