

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dializatorów polisulfonowych i heliksonowych użytku (2010/S 243-371516)

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek z rozdziału IV p. 10c poprzez złożenie oświadczenia o dokonaniu zgłoszenia/przeniesienia informacji w terminie przewidzianym w Ustawie z dnia 20/05/2010?

Zamawiający uzna oświadczenia o dokonaniu zgłoszenia/przeniesienia informacji w terminie przewidzianym w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. pod warunkiem dołączenia dotychczasowych dokumentów potwierdzających rejestrację lub dokumentów na podstawie których wyrób medyczny był wprowadzony do obrotu i do używania.

2. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi promieniami gamma o powierzchniach odpowiednio dla poz. 1 – 1,3m², dla poz. 3 – 1,5m², dla poz. 4 – 1,5m² spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ?

Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi promieniami gamma o powierzchniach odpowiednio dla poz. 1 – 1,3m², dla poz. 3 – 1,5m², dla poz. 4 – 1,5m²