

Dotyczy:

*przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunków i wyrobów medycznych
(BZP 417060-2010)*

Odpowiadamy na pytania zadane przez jedną z firm:

Pakiet III

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji od 2 do 4 (kompresy gazowe) oraz od 6 – 11 (opaski tkane i dziane) do osobnego pakietu?
2. **Pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów włókninowych jałowych 30g/m² 2 cm.x5cm. pakowanych a'= 2 szt?
3. **Pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów włókninowych jałowych 4 – warstwowych 30g/m² 10 cm.x10 cm. pakowanych a'= 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem odpowiednich ilości?

Pakiet IV

4. **Pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski wyścielającej pod gips o wymiarach 25 cm. x 3m.

Pakiet VIII

5. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie rękawic neoprenowe bezpudrowe, sterylne, przeznaczone do kontaktu z cytostatykami o grubości palca 0,21-022 mm, pakowane po 50 par ?

Pakiet VI

6. Czy Zamawiający w pakiecie VI poz. 3 dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45 x 60 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet IV

7. Poz. 9 – Prosimy o wyłączenie pozycji nr 9 z pakietu IV pozwoli to nam na złożenie oferty a zarazem zwiększy konkurencyjność postępowania.
8. Czy można zaferować watę celulozową arkusze bieloną?

Odpowiadamy na zadane pytania :

Pakiet III

1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji od 2 do 4 (kompresy gazowe) oraz od 6 – 11 (opaski tkane i dziane) do osobnego pakietu.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zaferowania kompresów włókninowych jałowych 30g/m² 2 cm.x5cm. pakowanych a'= 2 szt.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zaferowania kompresów włókninowych jałowych 4 – warstwowych 30g/m² 10 cm.x10 cm. pakowanych a'= 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem odpowiednich ilości.

Pakiet IV

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania opaski wyścielającej pod gips o wymiarach 25 cm. x 3m.

Pakiet VIII

5. Zamawiający dopuszcza zaferowanie rękawic neoprenowe bezpudrowe, sterylne, przeznaczone do kontaktu z cytostatykami o grubości palca 0,21-022 mm, pakowane po 50 par .

Pakiet VI

6. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w pakiecie VI poz. 3 folii operacyjnej w rozmiarze 45 x 60 cm.

Pakiet IV

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu IV poz. nr 9 do odrębnego pakietu.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie waty celulozowej arkusze bielonej.

WSZ.XIII.2511/288/11/10

Data: 03.01.2011r.

Dotyczy:

***przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunków i wyrobów medycznych
(BZP 417060-2010)***

Odpowiadamy na pytania zadane przez jedną z firm:

- 1. Dotyczy Pakietu VIII** - Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o grubości 0,27 mm
- 2. Dotyczy Pakietu VIII** - Prosimy o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej normą EN 455?
- 3. Dotyczy Pakietu VIII** - Prosimy o dopuszczenie rękawiczek pakowanych po 50 par?
- 4. Dotyczy Pakietu VIII** - Czy rękawiczki mają podsiąć anatomiczny kształt?
- 5. Dotyczy Pakietu IX - pozycja 1 i 4** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.
- 6. Dotyczy Pakietu IX** - Prosimy o dopuszczenie rękawic w opakowaniach max. 100 szt.
- 7. Dotyczy Pakietu IX – pozycja 2** - Prosimy o dopuszczenie rękawiczek w rozmiarze S,M,L?
- 8. Dotyczy Pakietu IX – pozycja 2** Czy rękawiczki winylowe wyprodukowane przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o wyrobach medycznych z maja 2010r mają posiadać oryginalnie nadrukowaną przez producenta informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych?
- 9. Dotyczy Pakietu IX – pozycja 2** - Czy rękawice winylowe mają być pozbawione ftalanów, które są substancjami groźnymi dla człowieka - zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze?
- 10. Dotyczy Pakietu IX - pozycja 3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych trójwarstwowych – tj. zewnętrzna warstwa lateksowa, wew. pierwsza lateksowo – nitrylowa i wewnętrzna mająca bezpośredni kontakt ze skórą nitrylowa, pakowana param – po 40 par w kartoniki, o grubości na palcach 0,23mm o wyższej odporności,?
- 11. Dotyczy Pakietu IX - pozycja 1,2,4** - Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa. Czy w związku z powyższym, do oferty

mają być dołączone dokumenty potwierdzające testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych dla co najmniej 4 substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych?

12. Dotyczy Pakietu IX - pozycja 1,2,4 Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, aby rękawice zabiegowe niesterylne były produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej (potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym będzie wymagała załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną?

13. Dotyczy Pakietu XIX - Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu pozycje 1,2 co umożliwi złożenie Państwu konkurencyjnej oferty cenowej .

14. Dotyczy Pakietu XIX - pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10cmx30cm opatrunku gazowego nasączonego parafiną ?

15. Dotyczy Pakietu XXI - Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o możliwość wyłączenia do osobnego pakietu pozycji 1,2 co umożliwi zaproponowanie Państwu konkurencyjnej oferty cenowej.

16. Dotyczy Pakietu XXI - pozycja 3, 4,5 - Czy Zamawiający wymaga aby opatrunek hydrokoloidowy był zbudowany z 3 różnych hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej, tak zbudowany opatrunek przyspiesza proces gojenia.

17. Dotyczy Pakietu XXI - pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek Hydrokoloidowy o rozmiarze 15x18cm?

18. Dotyczy Pakietu XXI - pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek Hydrokoloidowy o rozmiarze 10x13 cm?

19. Dotyczy Pakietu XXI - pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy chłonny , miękki, przyjemny w użytkowaniu, który umożliwi swobodne mycie pacjenta o rozmiarze 18x20,5cm?

20. Dotyczy Pakietu XXI - pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy , chłonny, samoprzylepny w rozmiarze 15x20 cm?

21. Dotyczy Pakietu XXI - pozycja 8 - Czy Zamawiający oczekuje by opatrunek alginianowy pochodził z naturalnych brunatnic , miał duże właściwości chłonne , a wydzielinę tworzył w żel co ułatwi oczyszczanie rany?

22. Dotyczy Pakietu XXI - pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze 5x7 cm?

23. Dotyczy Pakietu XXI - pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze 10x12 cm?

24. Dotyczy wzoru umowy - Prosimy o dopisanie we wzorze umowy § 6 pkt. 0

Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu w dniu składania ofert” z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 5 % od wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

25. Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?
26. *Dotyczy pakietu nr XVI poz. 14* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwet a' 2 szt.?
27. Czy Zamawiający w Pakiecie V pozycja 5 i 6 wymaga aby przyklepiec był wodoodporny i łatwy do dzielenia wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek?
28. *Dotyczy pakietu nr III poz. 1, 2* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów włókninowych.
29. *Dotyczy pakietu nr IV poz. 6* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opaski wyściełającej w opakowaniach a' 12 szt.?
30. *Dotyczy pakietu nr IV poz. 7, 8* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach opaski wyściełające w opakowaniach a' 6 szt.?
31. *Dotyczy pakietu nr V poz. 1-3* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach plastrów pokrytych hipoalergicznym klejem zawierającym tlenek cynku?
32. *Dotyczy pakietu nr V poz. 4* - Czy nie zaszła omyłka pisarska w szerokości opatrunku. Czy Zamawiający nie miał na myśli szerokości 1,25 cm?
33. *Dotyczy pakiet nr V poz. 5,6* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach przyklepiec łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek?
34. *Dotyczy pakietu nr V poz. 11* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 20 x 47 mm?
35. *Dotyczy pakietu nr V poz. 12* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 30 x 71 mm?
36. *Dotyczy pakietu nr V poz. 13* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 60x 51 mm?
37. *Dotyczy pakietu nr V poz. 14* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 100 x 51 mm?
38. *Dotyczy pakietu nr V poz. 15* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 150 x 51 mm?
39. *Dotyczy pakietu nr V poz. 16* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 200 x 51 mm?
40. *Dotyczy pakietu nr V poz. 17* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 300 x 51 mm?
41. *Dotyczy pakietu nr VIII* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej rękawic o dł. 295 mm, grubości na palec 0,98 mm i dłoni 0,88 mm; 50 par w opakowaniu?
42. *Dotyczy pakietu nr IX poz. 1* - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic o zawartości protein < 150 ug/g?

43. Dotyczy pakietu nr IX poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic w op. A'50 szt.?

44. Dotyczy pakietu nr IX poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic o dł. min. 242 mm?

45. Dotyczy pakiet nr XV poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji pasków do zamykania ran w rozmiarze 13x100 mm?

46. Dotyczy pakietu nr XVI poz. 14-16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach serwet sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odpowiadamy:

1. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ – grubość rękawicy 0,24 mm.
2. Zamawiający w Pakiecie VIII wymaga rękawicy o długości 290mm, gdyż ma to istotne znaczenie przy kontakcie z cytostatykami.
3. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie VIII rękawiczek pakowanych po 50 par z odpowiednim przeliczeniem.
4. W Pakiecie VIII rękawiczki zaoferowane mają posiadać anatomiczny kształt.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie IX w pozycji 1 rękawic nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Takie rękawiczki dopuszczamy w poz.4 w Pakiecie IX.
6. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IX poz. 1 rękawice diagnostyczne w opakowaniach 100 szt. o ile są to rękawice lateksowe.
7. W Pakiecie IX poz. 2 dopuszczamy rękawiczki w rozmiarach S, M, L.
8. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby rękawiczki winylowe wyprodukowane przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o wyrobach medycznych z maja 2010r. posiadały nadrukowaną przez producenta informację o braku substancji DOP (=DEHP).
9. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
10. Zamawiający podtrzymuje zapis w Pakiecie IX poz. 3 zapis SIWZ. Do ręcznego mycia narzędzi nie wymagamy sterylnych rękawiczek.
11. Zamawiający w Pakiecie IX poz. 1, 2, 4 nie wymaga dołączenia dokumentu potwierdzającego testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla co najmniej 4 substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych.
12. W Pakiecie IX Zamawiający wymaga załączenia do oferowanych rękawic kart katalogowych i danych technicznych potwierdzających zgodność parametrów oferowanych rękawic

z opisem SIWZ, a w przypadku rękawiczek lateksowych dołączenia badań producenta lub niezależnych potwierdzających poziom protein.

13. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu XIX poz. 1 i 2.
14. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku gazowego nasączonego parafina o rozmiarach 10cm x 30cm.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu XIX poz. 1, 2.
16. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w Pakiecie XXI w poz. 3, 4, 5 opatrunek hydrokoloidowy był zbudowany z 3 różnych hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej.
17. Zamawiający w Pakiecie XXI w poz. 4 dopuści opatrunek Hydrokoloidowy o rozmiarze 15x18cm.
18. Zamawiający w Pakiecie XXI w poz. 5 nie dopuszcza opatrunku Hydrokoloidowy o rozmiarze 10x13 cm.
19. Zamawiający w Pakiecie XXI w poz. 6 dopuszcza opatrunek piankowy chłonny , miękki, przyjemny w użytkowaniu, który umożliwi swobodne mycie pacjenta o rozmiarze 18x20,5cm.
20. Zamawiający w Pakiecie XXI w poz. 7 dopuszcza opatrunek piankowy, chłonny, samoprzylepny w rozmiarze 15x20 cm.
21. W Pakiecie XXI w poz. 8 Zamawiający nie wymaga, aby opatrunek alginianowy pochodził z naturalnych brunatnic.
22. Zamawiający w Pakiecie XXI w poz. 9 dopuści opatrunek z folii poliuretanowej o wymiarach 5cm x 7cm.
23. W Pakiecie XXI w poz. 10 Zamawiający nie dopuszcza opatrunku z folii poliuretanowej o wymiarach 10 x 12 cm.
24. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie §6 we wzorze umowy.
25. Tak, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety.
26. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w tej pozycji serwet a' 2 szt.
27. Zamawiający wymaga aby w Pakiecie V pozycja 5 i 6 przylepiec był wodoodporny, łatwy do dzielenia wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek.
28. W Pakiecie III poz. 1 Zamawiający wymaga kompresów włókninowych jałowych 40g/m², a w poz. 2 kompresów niejałowych gazowych 17 n 8 o rozmiarach 5 x 5 cm a'100 szt.
29. W Pakiecie IV w poz. 6 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opaski wyściełającej w opakowaniach po 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem.
30. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie IV poz. 7,8 opaski wyściełającej w opakowaniach po 6 szt.

31. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w Pakiecie IV w poz. 1,3 plastrów pokrytych hipoalergicznym klejem zawierającym tlenek cynku.
32. W Pakiecie V poz. 4 Zamawiający wymaga przylepca chirurgicznego o wymiarach 1,25cm x 9,14cm.
33. W Pakiecie V w poz. 5, 6 Zamawiający wymaga przylepca z włókniny poliestrowej, wodoodpornego, łatwego do dzielenia wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek.
34. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w Pakiecie V poz. 11 opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 20 x47 mm.
35. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 30 x 71 mm.
36. Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 60x 51 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.
37. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 100 x 51 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.
38. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 150 x 51 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.
39. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 200 x 51 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.
40. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji opatrunku z wkładką chłonną w rozmiarze 300 x 51 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.
41. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
42. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
43. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji rękawic w op. A'50 szt. przy zachowaniu pozostałych parametrów.
44. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
45. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji pasków do zamykania ran w rozmiarze 13x100 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.
46. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ (sterylizacja parą wodną)