

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego 2011/S 17-026555

Odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie VI pozycja 1 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do /fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną końcówką Luer lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatraskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny z opakowaniami Kabi Pac oraz ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie VI poz. 1 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do /fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną końcówką Luer lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatraskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny z opakowaniami Kabi Pac oraz ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim

2. Pakiet XXIX – Czy Zamawiający dopuści dren do kapnografii czysty mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie XXIX drenu do kapnografii czysty mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych parametrów

3. Czy Zamawiający w Pakiecie VI dopuści Mini Spike bez automatycznej zastawki ze standardowym filtrem infuzyjnym 0,45 i oznaczeniem kolorystycznym – zielonym

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza Mini Spike bez automatycznej zastawki ze standardowym filtrem infuzyjnym 0,45 i oznaczeniem kolorystycznym – zielonym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego 2011/S 17-026555

Odpowiedzi na pytania:

1. **Pytanie dot. Pakietu IV:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do punkcji mostka w rozmiarze 16G i długości 40mm.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza igły do punkcji mostka w rozmiarze 16G i długości 40mm.

2. **Pytanie dot. Pakietu VII:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do przezskórnej biopsji wątroby HEPAFIX z igłą biopsyjną o długości 90mm zamiast 88 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza zestaw do przezskórnej biopsji wątroby HEPAFIX z igłą biopsyjną o długości 90mm zamiast 88 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

3. **Pytanie dot. Pakietu XVI, poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do przezskórnej nefrostomii metodą wielostopniową o składzie:

- cewnik pigtail, wykonany z najwyższej jakości poliuretanu alifatycznego w rozmiarze od **8F/34 cm** do **12F/34 cm**
- jednodrożny kranik regulujący przepływ moczu
- kołnierz mocujący cewnik
- 2-u częściowa igła punkcyjna 18G wykonana ze stali medycznej, widoczna w USG
- przewodnik Lunderquista typu J, 0,035", 80 cm,
- rozszerzadła atraumatyczne (1 lub 2 w zależności od rozmiaru cewnika)
- uniwersalny łącznik do worka na mocz

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

4. **Pytanie dot. Pakietu XVI, poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do cystostomii w rozmiarze od 8.5 F/65 cm do 14 F/65 cm?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza w **Pakiecie XVI poz. 2** zestawów do cystostomii w rozmiarze od 8.5 F/65 cm do 14 F/65 cm

5. **Pytanie dot. Pakietu XXIV, poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów w składzie:

- cewnik typu pigtail obustronnie otwarty o średnicy CH 6 do CH 8 i długości 28-32 cm
- popychacz, dł. 40 cm
- przewodnik powleczony teflonem, 0.035", 125 cm

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie XXIV poz. 1** zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów w składzie:

- cewnik typu pigtail obustronnie otwarty o średnicy CH 6 do CH 8 i długości 28-32 cm
- popychacz, dł. 40 cm
- przewodnik powleczony teflonem, 0.035", 125 cm

6. **Pytanie dot. Pakietu XXIV, poz. 2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów typu pigtail o średnicy od CH 4.7 do CH 8. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza w **Pakiecie XXIV poz. 2** zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów typu pigtail o średnicy od CH 4.7 do CH 8

7. **Pytanie dot. Pakietu XXIV, poz. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów w rozmiarze CH 4.7 zamiast CH 4,8? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza w **Pakiecie XXIV poz. 3** zaoferowanie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów w rozmiarze CH 4.7 zamiast CH 4,8.

8. Czy Zamawiający w **Pakiecie XV poz. 2** wymaga, aby cewniki pępowinowe były wykonane z poliuretanu i miały cyfrowe oznaczenie głębokości co 1 cm?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie XV poz. 2** aby cewniki pępowinowe były wykonane z poliuretanu i miały cyfrowe oznaczenie głębokości co 1 cm

9. **Dotyczy Pakietu XXIX** – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie XXIX linie do kapnografii do obwodów oddechowych długość 3 m, mikrobiologicznie czyste z dwoma końcówkami męskimi?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza w **Pakiecie XXIX** linii do kapnografii do obwodów oddechowych długość 3 m, mikrobiologicznie czyste z dwoma końcówkami męskimi.

10. **Pakiet XXIV** – Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści cewniki do wewnętrznego szynowania moczowodów o średnicy CH 4,7 pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza w **Pakiecie XXIX poz. 3** cewniki do wewnętrznego szynowania moczowodów o średnicy CH 4,7

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego 2011/S 17-026555

Odpowiedzi na pytania:

1. ***Dotyczy projektu umowy § 5 ust.3*** – prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,1 % wartości przedmiotów z wadą, w przypadku zwłoki w usunięciu wad za każdy dzień zwłoki

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy § 5 ust.3.

2. ***Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 4*** – Prosimy o zmianę wysokości kar umownych do 0,1 % wartości opóźnionej lub niewykonanej części dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy § 5 ust.4. 1% przy dostawach w pakietach stanowi znikomą wysokość kary umownej i zmiana jej jest nie uzasadniona z punktu widzenia dyscyplinowania prawidłowego wykonania umowy.

3. ***Dotyczy projektu umowy § 7*** – Prosimy o zmianę ww zapisu na następujący: „Strony ustalają, że przekazanie praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich nie może być dokonane bez zgody Zamawiającego. Nieziszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności”

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy § 5 ust.4.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego
2011/S 17-026555**

Pytania zadane przez firmy::

1. Dot. Projektu umowy § 5 kary umowne jest zapis –

„3. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO wad w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

„4. Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu zamówienia do bezpośredniego ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY będzie żądał kary umownej w wysokości 1 % wartości danego pakietu, za każdy dzień zwłoki.

Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowości w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzenie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% od ilości stwierdzonych wad w punkcie 3 oraz w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy do wartości 0,1% zamawianej partii towaru w punkcie 4.

Odpowiadamy:

Zgodnie z art. 139 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. odsyłający do przepisów KC, który w części dot. zawierania umów przewidujących możliwość zastosowania w umowie kar umownych czego przejawem jest § 5 pkt. 3 wzoru umowy. Natomiast odsetki za nieterminową zapłatę nie są karą umowną, mają samodzielną podstawę prawną art. 481 KC i mogą być stosowane niezależnie od ustalenia przez strony kar umownych w umowie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w § 5 pkt 3 i 4.

2. ***Pakiet IX*** – Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta? System nasz charakteryzuje się Kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady żelowe, posiadające w pokrywie tylko dwa króćce (pacjent, próżnia) o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontraktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do żelowania wkładu, czy pobierania próbek przez co są zdecydowanie

bardziej bezpieczne w użytkowaniu. Dostępne pojemności: 1, 2 i 3 l. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta.

3. **Pakiet IX** - Czy Zamawiający w poz. 4 uchwyt kompatybilny z wyżej opisanym systemem, metalowy?

Odpowiadamy:

Zamawiający w poz. 4 nie dopuszcza uchwyty kompatybilnego z wyżej opisanym systemem, metalowy.

4. Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie.

5. Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia) o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia) o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów.

6. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie VI poz. 1 produktu ChemoAide – przyrządu do wielokrotnego pobierania leków i płynów z filtrem 0,22 um z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekem płynu

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie VI poz. 1 produktu ChemoAide – przyrządu do wielokrotnego pobierania leków i płynów z filtrem 0,22 um z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekem płynu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego 2011/S 17-026555

Pytania zadane przez firmy::

1. Pakiet XXI poz. 2 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do składania ofert częściowych w/w pakiecie lub wydzielenie poz. 2 i utworzenie odrębnej podgrupy np. XXI A.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert częściowych w/w pakiecie lub wydzielenie poz. 2 i utworzenie odrębnego pakietu

2. Pakiet XXI poz. 2 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do składania ofert w poz. 2 na zestawy do odsysania pola operacyjnego o długości 200 lub 300 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XXI poz. 2 zestawy do odsysania pola operacyjnego o długości 200 lub 300 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

3. **Dotyczy: Pakiet nr XXVII, poz. 3, 4, 5** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 3, 4, i 5 oraz utworzenie nowego zadania, co pozwoli na złożenie przez naszą firmę konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji 3, 4, i 5 i utworzenie nowego pakietu.

4. **Dotyczy: Pakiet nr XXVII, poz. 3** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o większej niż wymagana skuteczności filtracji względem wirusów, którego przestrzeń martwa wynosi 36ml i charakteryzuje się bardzo niskimi oporami przepływu.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o większej niż wymagana skuteczności filtracji względem wirusów, którego przestrzeń martwa wynosi 36 ml i charakteryzuje się bardzo niskimi oporami przepływu.

5. **Dotyczy: Pakiet nr XXVII, poz. 4** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o większej niż wymagana skuteczności filtracji względem wirusów, którego przestrzeń martwa wynosi 36ml i charakteryzuje się bardzo niskimi oporami przepływu.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o większej niż wymagana skuteczności filtracji względem wirusów, którego przestrzeń martwa wynosi 36 ml i charakteryzuje się bardzo niskimi oporami przepływu

6. **Dotyczy: Pakiet nr XXVII, poz. 5** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie filtra mechanicznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracyjnej względem NaCl wynoszącym $\geq 99,992\%$ - a więc więcej niż wymagana, którego skuteczność filtracyjna względem bakterii wynosi $\geq 99,999\%$, a filtracja przeciwwirusowa wynosi $\geq 99,99\%$. Jego skuteczność nawilżania jest większa niż wymagana i wynosi 32 mg H₂O/l przy Vt 500 ml, a port kapno jest przymocowany do obudowy filtra.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie filtra mechanicznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracyjnej względem NaCl wynoszącym $\geq 99,992\%$.

7. **Dotyczy: Pakiet nr XXVII, poz. 5** - Czy Zamawiający ma na myśli filtr, którego zakres pojemności oddechowej wynosi 200-1500 ml, a waga nie przekracza 36g, zaś objętość ściśliwa nie jest większa niż 66ml?

Odpowiadamy:

Zgodnie z wymogami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8. **Dotyczy: Pakiet nr XXVI, poz. 10, 11, 12, 13** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 10, 11, 12 oraz 13 – są to produkty oferowane przez jedną tylko firmę na rynku, dlatego ich wydzielenie do innego zadania pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji 10, 11, 12 oraz 13

9. **Dotyczy: Pakiet nr XXVI, poz. 2** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurek intubacyjnych z medycznego PVC, mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, z podziałką co dwa centymetry od połowy rurki, rozmiarem rurki na korpusie i łączniku.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rurek intubacyjnych z medycznego PVC, mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, z podziałką co dwa centymetry od połowy rurki, rozmiarem rurki na korpusie i łączniku

10. **Dotyczy: Pakiet nr XXVI, poz. 3** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurek intubacyjnych bez mankieta, wykonanych z medycznego PCV, otworem Murphgo, linią

RTG na całej długości rurki, znacznikami głębokości, podziałką co dwa centymetry, rozmiarem rurki na korpusie, jednorazowego użytku.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rurek intubacyjnych bez mankietu, wykonanych z medycznego PCV, otworem Murphgo, linią RTG na całej długości rurki, znacznikami głębokości, podziałką co dwa centymetry, rozmiarem rurki na korpusie, jednorazowego użytku.

11. **Dotyczy: Pakiet nr XXVI, poz. 4** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurek od rozmiaru 5.0.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rurek od rozmiaru 5.0.

12. **Dotyczy: Pakiet nr XXVI, poz. 5** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rurek tracheostomijnych z odsysaniem znad mankietu wykonanych z medycznego PVC, z mankiem niskociśnieniowym ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, w rozmiarze 7.0, 8.0 i 9.0?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rurek tracheostomijnych z odsysaniem znad mankietu wykonanych z medycznego PVC, z mankiem niskociśnieniowym ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, w rozmiarze 7.0, 8.0 i 9.0.

13. **Dotyczy: Pakiet nr XXVI, poz. 6** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurek tracheostomijnych wykonanych z medycznego PVC, z ruchomym szyldem, gdzie przewód łączący balonik kontrolny jest w innym kolorze niż korpus rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza rurki tracheostomijne wykonane z medycznego PVC, z ruchomym szyldem, gdzie przewód łączący balonik kontrolny jest w innym kolorze niż korpus rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica.

14. **Dotyczy: Pakiet nr XXVI, poz. 7** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurek intubacyjnych, wykonanych z PVC z możliwością odsysania znad mankietu.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne, wykonane z PVC z możliwością odsysania znad mankietu.

15. **Dotyczy: Pakiet nr XXVI, poz. 7** - Czy Zamawiający ma na myśli rurkę intubacyjną z mankiem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji w swej górnej części o średnicy

większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy?

Odpowiadamy:

Zgodnie z wymogami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16. **Pakiet XI** – czy termometr ma mieć czas pomiaru poniżej 1 sekundy?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza termometr z czasem pomiaru poniżej 1 sekundy

17. **Pakiet XI** – czy Zamawiający dopuści termometr na podczerwień bezkontaktowy szybki z dokładnością pomiaru $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza termometru na podczerwień, bezkontaktowego, szybki z dokładnością pomiaru $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$

18. **Pakiet XIV poz. 2** – Czy cewniki do karmienia mają być pozbawione ftalanów – substancji silnie toksycznych, a ze względu na litofilność (powinowactwo do tłuszczów) cewniki zawierające ftalany tracą swoje właściwości mechaniczne i fizyczne oraz czy mają posiadać fabrycznie nadrukowaną informację o czasie stosowania do czterech tygodni?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza cewniki do karmienia pozbawione ftalanów – substancji silnie toksycznych, a ze względu na litofilność (powinowactwo do tłuszczów) cewniki zawierające ftalany tracą swoje właściwości mechaniczne i fizyczne oraz czy mają posiadać fabrycznie nadrukowaną informację o czasie stosowania do czterech tygodni

19. **Pakiet XIV poz. 7** – prosimy o dopuszczenie balonu 50 ml spełniającego pozostałe wymogi?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza balon 50 ml spełniającego pozostałe wymogi.

20. **Pakiet XIV poz. 8** – prosimy o dopuszczenie standardowego cewnika Foley trójdrożnego 100% silikon transparentnego z dodatkową osobno pakowaną sterylną zatyczką w komplecie?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza standardowy cewnik Foley trójdrożnego 100% silikon transparentnego z dodatkową osobno pakowaną sterylną zatyczką w komplecie

21. **Pakiet XIV poz. 9** – Czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki do odsysania posiadały zmrożoną powierzchnię zapobiegającą przyklejaniu się cewnika do błon śluzowych?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania posiadające zmrożoną powierzchnię zapobiegającą przyklejaniu się cewnika do błon śluzowych

22. **Pakiet XIV poz. 9** – Czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki do odsysania posiadały barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania posiadały barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku.

23. **Pakiet XVI poz. 1** – Prosimy o dopuszczenie w rozmiarze 12 CH zestawu do przezskórnej nefrotomii składający się z cewnika z materiału dwuwarstwowego o długości ok. 35 cm, 2 igieł dwuczęściowych widocznych w USG, rozszerzeń prostych, prowadnicy J o długości 80 cm, mandrylu prostującego cewnik, kranika i łącznika do worka na mocz, sterylny, jednorazowego użytku, tak jak w obecnie stosowanych przez Zamawiającego. Pozostałe rozmiary bez zmian.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza w rozmiarze 12 CH zestaw do przezskórnej nefrotomii składający się z cewnika z materiału dwuwarstwowego o długości ok. 35 cm, 2 igieł dwuczęściowych widocznych w USG, rozszerzeń prostych, prowadnicy J o długości 80 cm, mandrylu prostującego cewnik, kranika i łącznika do worka na mocz, sterylny, jednorazowego użytku, tak jak w obecnie stosowanych przez Zamawiającego. Pozostałe rozmiary bez zmian.

24. **Pakiet XXI poz.1** – czy zestaw do odsysania pola operacyjnego ma być wyposażony w końcówkę typu pool widoczna w promieniach RTG?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza zestaw do odsysania pola operacyjnego wyposażony w końcówkę typu pool widoczną w promieniach RTG

25. **Pakiet XXI poz. 1, 2** – Czy zestawy do odsysania mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia papier co pozwala na aseptyczne pakowanie?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza zestawy do odsysania podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia papier co pozwala na aseptyczne pakowanie

26. **Pakiet XXIV poz. 1 i 2** – prosimy o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów typ Pigtail o odległości między pętlami 24 cm – 28 cm tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodów typ Pigtail o odległości między pętlami 24 cm – 28 cm

27. **Pakiet XXIV poz. 2** – prosimy o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów typ Pigtail w rozmiarze CH 4,8 do CH 8.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodów typ Pigtail w rozmiarze CH 4,8 do CH 8

28. **Pakiet XXIV poz. 3** – czy cewnik do wewnętrznego sygnowania moczowodu podwójnie zagięty CH 4,8 ma posiadać zamek kompatybilny z zamkiem popychacza, który w połączeniu daje możliwość pełnego manewru cofania i obracania cewnikiem podczas zakładania przez długi kanał URSu, tak jak w obecnie stosowanych przez Zamawiającego?

Odpowiadamy:

Zamawiający wyjaśnia, że cewnik ma posiadać zamek kompatybilny z zamkiem popychacza.

29. **Pakiet XIV poz. 3** - Czy cewnik do wewnętrznego szynowania moczowodu podwójnie zagięty CH 4,8 ma być skalowany co 1 cm oraz posiadać linię pozycyjną dla precyzyjnego umiejscowienia w moczowodzie przez długi kanał URSU?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza cewnik do wewnętrznego szynowania moczowodu podwójnie zagięty CH 4,8 ma być skalowany co 1 cm oraz posiadać linię pozycyjną dla precyzyjnego umiejscowienia w moczowodzie przez długi kanał URSU.

30. **Pakiet XXVII** – czy Zamawiający oczekując przepływu w niemechanicznym zaworze dostępu naczyniowego min 445 ml/min czyli zgodnego z normą PN-EN ISO 10555-5?

Odpowiadamy:

Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

31. **Pakiet XXVIII poz. 1** – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych z przewodem łączącym mankiet z balonikiem kontrolnym w kolorze maski?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza maski krtaniowe z przewodem łączącym mankiet z balonikiem kontrolnym w kolorze maski

32. **Pakiet XXVIII poz. 2** – czy maska krtaniowa ma posiadać uchwyt pomocniczy pełniący rolę wskaźnika położenia ułatwiający wprowadzenie maski oraz ułatwiający jej zamocowanie po założeniu?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza maskę krtaniową z uchwytem pomocniczym pełniący rolę wskaźnika położenia ułatwiający wprowadzenie maski oraz ułatwiający jej zamocowanie po założeniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego 2011/S 17-026555

Pytania zadane przez firmy:

1. **Pakiet nr I, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne z rozmiarem ostrza na zgrzewie opakowania jednostkowego oraz kształt na opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza ostrza chirurgiczne z rozmiarem ostrza na zgrzewie opakowania jednostkowego oraz kształt na opakowaniu.

2. **Pakiet nr III, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji wielorazowego użytku z resuscytatorem 1600ml, rezerwuarem tlenowym 2600ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza zestaw do resuscytacji wielorazowego użytku z resuscytatorem 1600ml, rezerwuarem tlenowym 2600ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

3. **Pakiet nr III, pozycja 2** - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 2 z zadania 3 i utworzy z nich odrębne zadanie?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu III pozycji 2.

4. **Pakiet nr IV, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 16G x 40mm?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza igły do punkcji mostka 16G x 40mm

5. **Pakiet nr VI, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1µm bez samodomykającej się zatyczki oraz bez zastawki?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza przyrząd z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1µm bez samodomykającej się zatyczki oraz bez zastawki

6. **Pakiet nr VII, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do przeszkrnej biopsji wątroby w igłą biopsyjną o dł. 90mm lub 100mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza zestaw do przeszkrnej biopsji wątroby w igłą biopsyjną o dł. 90mm lub 100mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

7. **Pakiet nr XIV, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya o poj. 30-50ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza cewnik Foleya o poj. 30-50ml,

8. **Pakiet nr XIV, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z jednym otworem centralnym i dwoma naprzemianległymi o dł. 40cm dla rozm. 6CH-10CH i o dł. 60cm dla pozostałych rozmiarów, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza cewnik do odsysania z jednym otworem centralnym i dwoma naprzemianległymi o dł. 40cm dla rozm. 6CH-10CH i o dł. 60cm

9. **Pakiet nr XXI, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o dł. 200cm i śr. wewnętrznej 5.6mm i końcówką prostą i dodatkowo załączoną końcówką Poola pakowaną osobno, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o dł. 200 cm i śr. wewnętrznej 5.6mm i końcówką prostą i dodatkowo załączoną końcówką Poola pakowaną osobno, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

10. **Pakiet nr XXI, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z kanką Yankauer Ch23, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do odsysania pola operacyjnego z kanką Yankauer Ch 23.

11. **Pakiet nr XXV, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik wymienny o poj. 500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza pojemnik wymienny o poj. 500 ml.

12. **Pakiet nr XXVI, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści rurki Gedela o dł. od 7cm do 11cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza rurki Gedela o dł. od 7cm do 11cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

13. **Pakiet nr XXVI, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z medycznego PCV nie silikonowane, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza rurki intubacyjne wykonane z medycznego PCV nie silikonowane.

14. **Pakiet nr XXVII, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego, membrana bezlateksowa, prędkości przepływu w zależności o ciśnienia tj.: 1 PSI:360ml/min; 3 PSI:600ml/min; 5 PSI:750ml/min, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

15. **Pakiet nr XXVII, pozycja 1 i 2** - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1 i 2 z zadania XXVII i utworzy z nich odrębne zadanie?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu XXVII pozycji 1 i 2.

16. **Pakiet nr XXX, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 11 000ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 11 000ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

17. **Pakiet nr XXX, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 5 600ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 5 600ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

18. **Pakiet nr XXX, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 2 300ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 2 300ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

19. **Pakiet nr XXX, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 2 300ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 2 300ml

20. **Pakiet nr XXX, pozycja 5 i 6** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych zakręcany, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza dopuści pojemnik do badań histopatologicznych zakręcany, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

21. **Pakiet nr XXX, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 120ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 120ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

22. **Pakiet nr XXX, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 70ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 70ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

23. **Pakiet nr XXX, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 35ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie XXX poz. 8 pojemnik do badań histopatologicznych o poj. 35ml.

24. **Pakiet X pozycja 1** – Czy Zamawiający podobnie jak w poz. 2 wymaga aby tarcza ciśnieniomierza miała średnicę do 64 mm?

Odpowiadamy:

Zamawiający podobnie jak w poz. 2 wymaga aby tarcza ciśnieniomierza miała średnicę do 64 mm

25. **Pakiet X pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz o średnicy tarczy 50 mm z laserowo grawerowaną tarczą?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza ciśnieniomierza o średnicy tarczy 50 mm z laserowo grawerowaną tarczą.

26. **Pakiet X pozycja 1 i 2** – Czy Zamawiający wymaga aby ciśnieniomierz był odporny na upadek z wysokości min. 76 cm i nie wymagał ponownej kalibracji?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza aby ciśnieniomierz był odporny na upadek z wysokości min. 76 cm i nie wymagał ponownej kalibracji.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego 2011/S 17-026555

Pytania zadane przez firmy:

1. **Pakiet nr XXVII, poz. 3, 4, 5,** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 3, 4, i 5 oraz utworzenie nowego zadania, co pozwoli na złożenie przez naszą firmę konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu XXVII pozycji 3, 4, i 5 i utworzenie pakietu XXVII a. Wadium w Pakiecie XXVII wynosi 65,00 zł. a w Pakiecie XXVII a wynosi 613,00 zł

2. **Pakiet nr XXVII, poz. 3** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o większej niż wymagana skuteczności filtracji względem wirusów, którego przestrzeń martwa wynosi 36 ml i charakteryzuje się bardzo niskimi oporami przepływu.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny, o większej niż wymagana skuteczności filtracji względem wirusów, którego przestrzeń martwa wynosi 36 ml i charakteryzuje się bardzo niskimi oporami przepływu.

3. **Pakiet nr XXVII, poz. 4** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o większej niż wymagana skuteczności filtracji względem wirusów, którego przestrzeń martwa wynosi 36 ml i charakteryzuje się bardzo niskimi oporami przepływu.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny, o większej niż wymagana skuteczności filtracji względem wirusów, którego przestrzeń martwa wynosi 36 ml i charakteryzuje się bardzo niskimi oporami przepływu.

4. **Pakiet nr XXVII, poz. 5** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie filtra mechanicznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracyjnej względem NaCl wynoszącym $\geq 99,992\%$ - a więc więcej niż wymagana, którego skuteczność filtracyjna względem bakterii wynosi $\geq 99,999\%$, a filtracja przeciwwirusowa wynosi $\geq 99,99\%$. Jego skuteczność nawilżania jest większa niż wymagana i wynosi 32 mg H₂O/l przy Vt 500 ml, a port kapno jest przymocowany do obudowy filtra.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza filtr mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracyjnej względem NaCl wynoszącym $\geq 99,992\%$ - a więc więcej niż wymagana, którego skuteczność filtracyjna względem bakterii wynosi $\geq 99,999\%$, a filtracja przeciwwirusowa wynosi $\geq 99,99\%$. Jego skuteczność nawilżania jest większa niż wymagana i wynosi 32 mg H₂O/l przy Vt 500 ml, a port kapno jest przymocowany do obudowy filtra.

5. **Pakiet nr XXVII, poz. 5** - Czy Zamawiający ma na myśli filtr, którego zakres pojemności oddechowej wynosi 200-1500 ml, a waga nie przekracza 36g, zaś objętość ściśliwa nie jest większa niż 66 ml?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XXVII poz. 5 filtr, którego zakres pojemności oddechowej wynosi 200-1500 ml, a waga nie przekracza 36g, zaś objętość ściśliwa nie jest większa niż 66 ml.

6. **Pakiet nr XXVI, poz. 10, 11, 12, 13** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 10, 11, 12 oraz 13 – są to produkty oferowane przez jedną tylko

firmę na rynku, dlatego ich wydzielenie do innego zadania pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert.

Odpowiadamy:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu XXVI pozycji 10, 11, 12 i 13 i utworzenie pakietu XXVI a. Wadium w Pakiecie XXVI wynosi 658,00 zł. a w Pakiecie XXVI a wynosi 168,00 zł

7. **Pakiet nr XXVI, poz. 2** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurek intubacyjnych z medycznego PVC, mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, z podziałką co dwa centymetry od połowy rurki, rozmiarem rurki na korpusie i łączniku.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne z medycznego PVC, mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, z podziałką co dwa centymetry od połowy rurki, rozmiarem rurki na korpusie i łączniku

8. **Pakiet nr XXVI, poz. 3** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurek intubacyjnych bez mankieta, wykonanych z medycznego PCV, otworem Murphgo, linią RTG na całej długości rurki, znacznikami głębokości, podziałką co dwa centymetry, rozmiarem rurki na korpusie, jednorazowego użytku.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne bez mankieta, wykonanych z medycznego PCV, otworem Murphgo, linią RTG na całej długości rurki, znacznikami głębokości, podziałką co dwa centymetry, rozmiarem rurki na korpusie, jednorazowego użytku.

9. **Pakiet nr XXVI, poz. 4** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurek od rozmiaru 5.0.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza rurki od rozmiaru 5.0.

10. **Pakiet nr XXVI, poz. 5** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rurek tracheostomijnych z odsysaniem znad mankieta wykonanych z medycznego PVC, z mankietem niskociśnieniowym ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, w rozmiarze 7.0, 8.0 i 9.0?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza rurek tracheostomijnych z odsysaniem znad mankieta wykonanych z medycznego PVC, z mankietem niskociśnieniowym ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, w rozmiarze 7.0, 8.0 i 9.0

11. **Pakiet nr XXVI, poz. 7** - Czy Zamawiający ma na myśli rurkę intubacyjną z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy

4	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, wykonana z miękkiego elastycznego materiału, typ Murphy, wzmocniona drutem kwasoodpornym na całej długości rurki, odporna na zaginanie, przewodnica ułatwiająca wprowadzenie, jednorazowego użytku rozmiar od nr 4,0 do nr 8,5	500								
5	Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankieta, wykonana z termoplastycznego PCV silikonowana, z mankietem niskociśnieniowym, możliwość odsysania wydzieliny znad mankieta, dren odsysający zakończony zatyczką lub konektorem, gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankieta z rurką, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurek, przewodnica ułatwiająca wprowadzenie, ruchomy szyld, opaska mocująca, jednorazowego użytku rozmiar od nr 7,0 do nr 8,5	50								
6	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z termoplastycznego PCV, linia rtg na całej długości rurki, z szyldem, miękkie gładkie skrzydełka szyldu, przewodnica, tasiemka mocująca, znakowany balonik jałowa, jednorazowego użytku od rozmiaru nr 7,0 do nr 8,5	30								
7	Rurka intubacyjna silikonowana z odsysaniem znad mankieta, otwór Murphy ego, możliwość odsysania wydzieliny znad mankieta, dren odsysający zakończony zatyczką lub konektorem, delikatny mankiet niskociśnieniowy, linia rtg na całej długości	100								

	rurki, jednorazowego użytku od rozmiaru nr 6,5 do 9,0									
8	Rurka nosowo - gardłowa miękka, wykonana z wysokiej jakości tworzywa, silikonowana, posiada zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli od rozmiaru nr 6,5 do nr 7,5	30								
9	Prowadnica do rurek intubacyjnych metal, pokryty tworzywem, miękki koniec, jałowa, jednorazowego użytku rozmiar 5,0/370 mm	500								
R A Z E M										

Dostępność rozmiarów wg zapotrzebowania

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Całkowita wartość netto zamówienia rocznego w PAKIECIE XXVI wynosi:.....zł.

słownie:

Wartość brutto (z VAT) zamówienia rocznego w PAKIECIE XXVI wynosi:.....zł

słownie:

zapobiegający odleżynom, w zestawie opaska na kark, 3 mocowania do rurek										
R A Z E M										

Dostępność rozmiarów wg zapotrzebowania

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Całkowita wartość netto zamówienia rocznego w *PAKIECIE XXVI a* wynosi:.....zł.

słownie:

Wartość brutto (z VAT) zamówienia rocznego w *PAKIECIE XXVI a* wynosi:.....zł

słownie:

Pakiet XXVII

Lp.	Asortyment	Szt.	Cena jednostkowa netto w zł.	Wartość netto w zł.	Stawka VAT	Wartość brutto w zł.	Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG	Dokumenty (zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych) potwierdzające:		
								Zgodność z wymaganiami zasadniczymi: deklaracje zgodności, certyfikat CE wyrobu, inne) – nr, data)	Rejestracja w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych	
									Nazwa dokumentu (zgłoszenie /powiadomienie/ decyzje/wpis do rejestru) – nr, data	Nazwa dokumentu (zgłoszenie /powiadomienie/ decyzje/wpis do rejestru) – nr, data
1	Zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką luer, bezigłowy, prędkość przepływu 525 ml/min *	500								
2	Zatyczka do strzykawk z końcówkami luer	2 000								
R A Z E M										

* próbki wyrobu w oryginalnych opakowaniach handlowych w celu weryfikacji oferowanego wyrobu wraz z nr i opisem katalogowym przedmiotu zamówienia – po 1 szt.

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Całkowita wartość netto zamówienia rocznego w **PAKIECIE XXVII** wynosi:.....zł.

słownie:

Wartość brutto (z VAT) zamówienia rocznego w **PAKIECIE XXVII** wynosi:.....zł

słownie:

<i>niż: 99,9999 %. Przestrzeń martwa nie większa niż: 81 ml. Poziom nawilżania nie mniejszy niż 31,1 mg H₂O przy VT = 500 ml. Waga nie większa niż 53g, złącze proste, sterylny, z portem kapno z zatyczką na uwięzi *</i>									
R A Z E M									

** próbki wyrobu w oryginalnych opakowaniach handlowych w celu weryfikacji oferowanego wyrobu wraz z nr i opisem katalogowym przedmiotu zamówienia – po 1 szt.*

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Całkowita wartość netto zamówienia rocznego w *PAKIECIE XXVII a* wynosi:.....zł.

słownie:

Wartość brutto (z VAT) zamówienia rocznego w *PAKIECIE XXVII a* wynosi:.....zł

słownie:

WSZ.XIII.2511/302/30/10

Data: 22.02.2011r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego
2011/S 17-026555**

Pytanie:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w Pakiecie XXXI ze względu na znajomość produktu?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w Pakiecie XXXI.