

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

WSZ.I.0761/06-36/2011/DO

Data 03.06.2011

Dotyczy Dostawa tomografu komputerowego szesnastowarstwowego wraz z montażem

(Urząd Oficjalnych Wspólnot Europejskich 2011/S 94 -153906)

Pytania zadane przez firmy:

1. **Rozdział I pkt. 4) SIWZ** – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie słowa „bezpłatnie” na „w cenie oferty”.
Użycie słowa „bezpłatnie” może sugerować darowiznę, co może powodować powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
2. **Rozdział I, pkt. 16) SIWZ, § 4 ust. 9 wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ** – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w/w punktów na: „Wykonawca dokona wymiany elementu/podzespołu na wolny od wad, jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona trzech napraw tego elementu/podzespołu, a aparat nadal będzie wskazywał wadę”.
3. **Rozdział IV, pkt. 1.3) SIWZ, pkt. 5 załącznika nr 3 do SIWZ** – Zamawiający wymaga, aby do oferty Wykonawca przedłożył „kopię potwierdzenia wpisu lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych albo kopię powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych” Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie tego żądania. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych Rejestr Wyrobów Medycznych został wykreślony, a wprowadzający w momencie wprowadzenia urządzenia na rynek polski ma jedynie obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu tego urządzenia na rynek. Dokument ten nie jest dokumentem dopuszczającym urządzenie do użytku. Dodatkowo należy zauważyć, że Wykonawca nie jest podmiotem tożsamym z wprowadzającym na rynek. Przy utrzymaniu przez Zamawiającego obecnych zapisów dotyczących posiadania przez oferowane urządzenie Wpisu do Rejestru, Wykonawcy posiadający urządzenia wprowadzone na rynek polski po wejściu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku w życie (nowsze technologicznie, o korzystniejszych parametrach niż urządzenia wprowadzone przed tym dniem), nie będą mogli złożyć oferty w w/w postępowaniu i co za tym idzie zaoferować Zamawiającemu lepszych rozwiązań.
4. **§ 5 ust. 1 wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ** – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w/w punktu SIWZ na : „Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy oferowany przedmiot zakupu nie jest zgodny z formularzem parametrów technicznych oferty, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie niezgodności, nie krótszy jednak niż 30 dni. W przypadku, gdy po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego, oferowany przedmiot zakupu nadal nie jest zgodny z formularzem parametrów technicznych oferty, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia i wady, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w ust. 2”

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

5. § 5 ust. 2 wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ – zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w punktu SIWZ na „Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego lub terminu usunięcia wad o których mowa w § 4 ust. 4, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego w terminie/uszkodzonego urządzenia za każdy dzień zwłoki”

6. **Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ punkt D.10** – Zamawiający wprowadził punktację minimalnej wartości pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania spiralnego dostępną w protokole klinicznym $\leq 0,625$ 0-10 pkt

0- wartość graniczna

10-wartość najniższa

Pozostałe proporcjonalnie

Pragniemy zauważyć, że wartość pitch poniżej 0,625 są używane wyłącznie w badaniach kardiologicznych, a ponieważ Zamawiający nie wymaga zaoferowania opcji kardiologicznej to punktowanie tego parametru nie ma żadnego sensu. Jednocześnie zwracamy uwagę Zamawiającemu, że stosowanie wartości pitch poniżej 1, z uwagi na wysoką dawkę, nie jest zalecane zarówno przez Ministerstwo Zdrowia jak i przez NFZ. Wnosimy o usunięcie punktacji tego parametru ponieważ Zamawiający nigdy nie użyje wartości pitch poniżej 0,625 więc punktowanie tej możliwości ni niesie dla Zamawiającego żadnej korzyści klinicznej.

Odpowiadamy:

1. Słowo „bezpłatnie” jest rozumiane jako „w cenie oferty”. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
2. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
3. Zamawiający wykreśla z Rozdziału IV, pkt. 1.3) SIWZ, pkt. 5 załącznika nr 3 do SIWZ zapis „kopia potwierdzenia wpisu lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych albo kopię powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U Nr 107 poz. 679 z dnia 17.06.2010)”
4. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
5. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
6. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

WSZ.I.0761/06-40/2011/DO

Data 06.06.2011

Dotyczy Dostawa tomografu komputerowego szesnastowarstwowego wraz z montażem

(Urząd Oficjalnych Wspólnot Europejskich 2011/S 94 -153906)

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

OŚ priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Pytania zadane przez firmy:

1. **Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ punkt I.25** – Zamawiający w punkcie I.5 punktuje zaoferowanie oprogramowania do automatycznego obliczania rozedmy płuc w poszczególnych płatach płuc. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga oprogramowania umożliwiające automatyczne obliczanie rozedmy płuc oddzielnie dla poszczególnych 5-ciu płatów płuc.

Odpowiadamy:

1. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.