

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego
(Wspólnoty Europejskie 2011/S 108-178244)**

1. **Pakiet VIII** – Czy Zamawiający dopuści torebkę o pojemności 200 ml z trzosem o średnicy 10 mm.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza torebkę o pojemności 200 ml z trzosem o średnicy 10 mm.

2. **Pakiet VI** – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie VI sterylne siatki przepuklinowe częściowo wchłaniane, polipropylenowe monofilamentowe, powleczone wchłanianym związkem kwasu poliglikolowego (kaprolactonu (PGACL) o wielkości oczek 2-4 mm, grubość siatki 0,55 mm, gramaturze po wchłonięciu 28/g/m², czas absorpcji części wchłanialnej 90-120 dni.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie VI VI sterylne siatki przepuklinowe częściowo wchłaniane, polipropylenowe monofilamentowe, powleczone wchłanianym związkem kwasu poliglikolowego (kaprolactonu (PGACL) o wielkości oczek 2-4 mm, grubość siatki 0,55 mm, gramaturze po wchłonięciu 28/g/m², czas absorpcji części wchłanialnej 90-120 dni.

3. **Pakiet X pkt. 5** – Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy, silikonowy o średnicy 15 Fr, długość do mufki 170 – 250 mm. Cewnik musi być w zestawie, zestaw do implantacji.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie cewnika permanentnego do hemodializy, silikonowy o średnicy 15 Fr, długość do mufki 170 – 250 mm. Cewnik musi być w zestawie, zestaw do implantacji.

4. **Pakiet X pkt. 6** – Czy Zamawiający dopuści sterylną, jednorazowego użytku igłę wprowadzającą do cewnika do wkłuc centralnych do dializ 17 G, długość 70 mm.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza sterylną, jednorazowego użytku igłę wprowadzającą do cewnika do wkłuc centralnych do dializ 17 G, długość 70 mm.

5. Projekt umowy § 5 kary umowne jest zapis:

„3. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO wad wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu zamówienia do bezpośredniego ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY będzie żądał kary umownej w wysokości 1% wartości danego pakietu, za każdy dzień zwłoki” Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz z art., 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za terminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to wyrok zespołu arbitrów z dnia 24.06.2004r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę w/w kar umownych do wysokości 0,1% od ilości stwierdzonych wad w punkcie

3 oraz w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy do wartości 0,1% zamawianej partii towaru w punkcie 4

Odpowiadamy: Zgodnie z art. 139 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. odsyłający do przepisów KC, który w części dot. zawierania umów przewidujących możliwość zastosowania w umowie kar umownych czego przejawem jest § 5 pkt. 3 wzoru umowy. Natomiast odsetki za nieterminową zapłatę nie są karą umowną, mają samodzielną podstawę prawną art. 481 KC i mogą być stosowane niezależnie od ustalenia przez strony kar umownych w umowie.

6. **Pakiet XVII** – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z w/w pakietu poz. 2 i utworzenie pakietu np. XVII A lub umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 z Pakietu XVII

7. Prosimy o zmianę zapisu umowy § 1 ust. 1 i 2 „ WYKONAWCA gwarantuje stałość cen przez okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen w okresie obowiązywania umowy. Ceny określone w umowie są stałe przez okres trwania umowy za wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu tj. zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy

8. Prosimy o zmianę zapisu umowy § 5 ust. 3 i 4:

„3. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO wad w wysokości 1 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4. Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu zamówienia do bezpośredniego ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY będzie żądał kary umownej w wysokości 1 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Prosimy o zaznaczenie poprzez pogrubiony druk wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego
(Wspólnoty Europejskie 2011/S 108-178244)**

1. Czy w celu wykazania, że określona osoba nie wchodzi już w skład zarządu Wykonawcy, wystarczające będzie załączenie do oferty kopii uchwały o odwołaniu tej osoby, pomimo, że z odpisu z KRS dołączonego do oferty będzie wynikało, że odwołana osoba nadal jest ujawniona w KRS jako członek zarządu (z uwagi na nie rozpatrzenie jeszcze wniosku o jej wykreślenie)?

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty kopii uchwały o odwołaniu tej osoby

2. Czy w celu wykazania, że określona osoba wchodzi w skład zarządu Wykonawcy, wystarczające będzie załączenie do oferty kopii uchwały o powołaniu tej osoby, pomimo, że z odpisu z KRS dołączonego do oferty będzie wynikało, że powołana osoba nie jest jeszcze ujawniona w KRS jako członek zarządu (z uwagi na nie rozpatrzenie jeszcze wniosku w tym zakresie)?

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty kopii uchwały o powołaniu tej osoby

3. W związku z powyższym, czy w zakresie wymaganych dokumentów dotyczących urzędującego członka zarządu wykonawcy, Zamawiający zaakceptuje złożenie dokumentów dotyczących aktualnego składu zarządu wykonawcy (w szczególności informacji z Krajowego Rejestru Karnego), z uwzględnieniem zmian wykazanych powyższymi uchwałami, pomimo, że z odpisu z KRS dołączonego do oferty będzie wynikało, że zmiany te nie zostały jeszcze ujawnione w KRS (z uwagi na nie rozpatrzenie jeszcze wniosku w tym zakresie)?

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie dokumentów dotyczących aktualnego składu zarządu wykonawcy wraz z wnioskiem załączonym do Krajowego Rejestru Karnego o dokonanych zmianach.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie § 2 ust, 2 umowy o zwrot: „zamówienia składane telefonicznie Zamawiający niezwłocznie potwierdzi faxem. Wprowadzenie takiego zapisu pozwoliłoby uniknąć nieporozumień, co do ilości lub asortymentu.

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie § 2 ust, 2 umowy o zwrot: „zamówienia składane telefonicznie Zamawiający niezwłocznie potwierdzi faxem.”

5. Dotyczy: projekt umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, § 1 ust. 5 Prosimy o dopisanie zdania „z wyjątkiem sytuacji zmiany obowiązującej stawki VAT”

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy

6. Dotyczy: projekt umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, par. 5 ust. 3 Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy

7. Dotyczy: projekt umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, par. 5 ust. 4 Prosimy o zmianę wysokości kar umownych do 0,1% wartości opóźnionej lub niewykonanej części dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy

8. Czy Zamawiający w pakiecie IX dopuści w poz. 1 cewniki centralne 3-światłowe w skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 18G/6, 35 cm, przewodnik, 3-światłowy cewnik, strzykawka, rozszerzało, skrzydełka mocujące oraz oddzielnie pakowana strzykawka z otworem w tłoku?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie IX w poz.1 cewników centralnych 3-światłowych w skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 18G/6, 35 cm, przewodnik, 3-światłowy cewnik, strzykawka, rozszerzało, skrzydełka mocujące oraz oddzielnie pakowana strzykawka z otworem w tłoku

9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie VI syntetyczna siatka do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych z polipropylenu monofialmentowa o rozmiarach porów 1,75 x 1,74 mm, ciężar siatki 75g/m²

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie VI syntetyczną siatkę do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych z polipropylenu monofialmentowa o rozmiarach porów 1,75 x 1,74 mm, ciężar siatki 75g/m²

10. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie VI syntetyczna siatka do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych z polipropylenu monofialmentowa, lekka o rozmiarach porów 1,5 x 1,7 mm, ciężar siatki 38g/m² o rozmiarze 15 cm x 15 cm i 20 cm x 20 cm?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie VI syntetycznej siatki do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych z polipropylenu monofialmentowa, lekka o rozmiarach porów 1,5 x 1,7 mm, ciężar siatki 38g/m² o rozmiarze 15 cm x 15 cm i 20 cm x 20 cm

11. **Pakiet VII:**

- poz. 5 – zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5 i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu VII.

- poz. 1 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 1250 cm?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie drenu o długości 1250 cm

- poz. 2 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych o poj. 400 ml. i długość drena 1250 ml?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych o poj. 400 ml. i długość drena 1250 ml

- poz. 4 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butelki wymiennej do zestawu niskociśnieniowego o poj. 400 ml?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie butelki wymiennej do zestawu niskociśnieniowego o poj. 400 ml

12. **Pakiet XVI** zwracamy się z zapytaniem czy nie wystąpiła omyłka i Zamawiający ma na myśli jednorazowy refraktor narzędzi miękkich o rozmiarze 5x5x45 cm?

Odpowiadamy: Zamawiający informuje, że wystąpił błąd pisarski. Jest 45x5x45 a powinno być 45x5x5 cm.

13. **Dotyczy SIWZ** – czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał przedstawienia katalogów w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odpowiadamy: Zamawiający w razie wątpliwości będzie prosił przedstawienia katalogów w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ

14. Czy w trosce o uzyskanie o najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XV w pozycjach 1, 2, 7 i 8 produktu ChemoAide – przyrządu do pobierania leków i płynów z filtrem 0,22 µm z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekaniem płynu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do oddzielnego pakietu

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XV w pozycjach 1, 2, 7 i 8 produktu ChemoAide – przyrządu do pobierania leków i płynów z filtrem 0,22 µm z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekaniem płynu ale nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do oddzielnego pakietu

Prosimy o zaznaczenie poprzez pogrubiony druk wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego
(Wspólnoty Europejskie 2011/S 108-178244)**

1. Dotyczy **Pakietu XI** poz. 1, 3, 4 – czy Zamawiający wymaga zaoferowania przedłużaczy wykonanych z tworzywa bez zawartości ftalanów, co ma być potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedłużaczy wykonanych z tworzywa bez zawartości ftalanów, co ma być potwierdzone oświadczeniem producenta.

2. **Pakiet XIV** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 40 szt. czy 40 opakowań? Jednostką handlową dla tego typu igieł jest opakowanie zawierające 100 szt.

Odpowiadamy: Zgodnie ze sprostowaniem z dnia 08.06.2011r. (strona internetowa) do SIWZ właściwy jest zapis: 500 sztuk.

3. Dotyczy wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 1 pkt. 5 „...w trakcie trwania umowy wartość brutto nie może ulec zmianie” jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w przypadku jej ustawowej zmiany, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy

4. Dotyczy **Pakietu IX** - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści cewniki centralne trzyświatłowe 7F/20 cm, o kanalikach 16Ga/18Ga//18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centralnymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki Raulersona, rozszerzało dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikiem głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą 18G/7 cm, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5 ml, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w cewnika centralnego. Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

5. Dotyczy **Pakietu IX** - czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści centralne trzyświatłowe antybakteryjne rozmiar 7F/20 cm, rozmiar kanalików: 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centralnymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klamerkami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą uniemożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki zamiast strzykawki Raulersona; rozszerzało dostosowane do rozmiaru cewnika; prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem;

igłę wprowadzającą 18G/7 cm; ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; strzykawkę, skalpel; koreczki z portami; naklejki identyfikacyjne?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w cewnika centralnego. Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Prosimy o zaznaczenie poprzez pogrubiony druk wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego (Wspólnoty Europejskie 2011/S 108-178244)

1. ***Pakiet VII poz. 5*** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu ran w systemie zamkniętym niskociśnieniowym, komora w postaci płaskiego mieszka 250 ml. z zastawkami na wejście, worek o pojemności 500 ml, gwintowany łącznik z drenem, możliwość zawieszenia zestawu na łóżku, sterylny, jednorazowego użytku?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza zestawu do drenażu ran w systemie zamkniętym niskociśnieniowym, komora w postaci płaskiego mieszka 250 ml. z zastawkami na wejście, worek o pojemności 500 ml, gwintowany łącznik z drenem, możliwość zawieszenia zestawu na łóżku, sterylny, jednorazowego użytku

2. ***Pakiet XI poz. 2*** – Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

3. ***Pakiet XIX poz. 7*** – Czy Zamawiający wyraża zgodę w tej pozycji na dostarczenie elektrody kulkowej jednorazowego użytku spełniające pozostałe warunki SIWZ w opakowaniu zbiorczym pakowanym po 10 sztuk?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza na dostarczenie elektrody kulkowej jednorazowego użytku spełniające pozostałe warunki SIWZ w opakowaniu zbiorczym pakowanym po 10 sztuk

Prosimy o zaznaczenie poprzez pogrubiony druk wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego
(Wspólnoty Europejskie 2011/S 108-178244)***

1. ***Dotyczy Pakietu X poz. 5*** – Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy, silikonowy pokryty substancją hydrofilną z powłoką antybakteryjną zawierającą kompleks bizmutu z zestawem do implantacji o średnicy 15 Fr, długość do mufki 170-220 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza cewnik permanentny do hemodializy, silikonowy pokryty substancją hydrofilną z powłoką antybakteryjną zawierającą kompleks bizmutu z zestawem do implantacji o średnicy 15 Fr, długość do mufki 170-220 mm

Prosimy o zaznaczenie poprzez pogrubiony druk wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.