

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (2011/S 120-198489)

Odpowiadamy na pytania:

1. **Pakiet IV:** - Czy można zaoferować opatrunek unieruchamiający kaniule dożylnie w rozmiarze 8 cm x 5,8 cm, spełniający pozostałe warunki zapisy SIWZ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku unieruchamiającego kaniule dożylnie w rozmiarze 8 cm x 5,8 cm, spełniający pozostałe warunki zapisy SIWZ

2. **Dot. § 8 pkt. 3 wzoru umowy** – Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 1% wartości umowy w przypadku zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad. Interpretując powyższy zapis Zamawiającego można sądzić iż dostawca, który opóźni dostawę o jeden dzień zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości umowy. Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej reklamacji podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy)

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy.

3. **Dot. § 8 pkt. 4 wzoru umowy** - § 8 pkt. 4 wzoru umowy zawiera informację, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości danego pakietu za każdy dzień zwłoki. Taki zapis w umowie sprawia, że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego prosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy.

4. **Dot. § 8 pkt. 4 wzoru umowy** – prosimy o wyrażenie zgody na zmianę cen w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, przy czym zmiana nastąpi tylko w wartości brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy

5. **Dot. Pakietu I poz. 1 i 2** – Czy Zamawiający dopuszcza zestawy do infuzji zawierające szkodliwe ftalany, stosowane jako zmiękczacze do przetwórstwa PCV? Jeżeli nie, czy Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta o tym, że oferowane zestawy do infuzji są wolne od szkodliwych ftalanów oraz jednoznacznego oznakowania tego faktu na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiadamy: Zamawiający w Pakiecie I dopuszcza zestawy z ftalanami.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul dożylnych w Pakiecie nr III poz. 1 z białym korkiem portu bocznego dla wszystkich rozmiarów kaniul?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniul dożylnych w Pakiecie nr III poz. 1 z białym korkiem portu bocznego dla wszystkich rozmiarów kaniul.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul dożylnych w pakiecie nr III poz. 1, które nie posiadają swojego nr katalogowego?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniul dożylnych w pakiecie nr III poz. 1, które nie posiadają swojego nr katalogowego

8. **Pakiet III** – Czy Zamawiający oczekuje aby kaniule posiadały samo domykający się korek portu bocznego, który zapobiega samoczynnemu otwarciu się portu?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby kaniule posiadały samo domykający się korek portu bocznego, który zapobiega samoczynnemu otwarciu się portu

9. **Pakiet III** – Czy Zamawiający oczekuje aby kaniula posiadała zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą przed zwrotnym wpływem krwi w momencie wkłucia?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby kaniula posiadała zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą przed zwrotnym wpływem krwi w momencie wkłucia

10. **Pakiet III** – Czy Zamawiający oczekuje aby kaniula posiadała min. 5-6 pasków RTG?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby kaniula posiadała min. 5-6 pasków RTG.

11. **Pakiet III** – Czy Zamawiający oczekuje kaniul z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza kaniule z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary

12. **Pakiet III** - Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 17G (1,5x45mm)?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza kaniulę w rozmiarze 17G (1,5x45mm).

13. **Pakiet IV** – Czy Zamawiający dopuści opatrunki w rozmiarze 60 mm x 70 mm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza opatrunki w rozmiarze 60 mm x 70 mm spełniające pozostałe wymogi SIWZ

14. **Pakiet VIII poz. 1-4** – Czy Zamawiający oczekuje aby skala na cylindrze odpowiadała objętości nominalnej strzykawki, co zapobiega przypadkowemu rozpuszczeniu leku w zbyt dużej ilości rozpuszczalnika a w konsekwencji niewłaściwe dawkowanie?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby skala na cylindrze odpowiadała objętości nominalnej strzykawki, co zapobiega przypadkowemu rozpuszczeniu leku w zbyt dużej ilości rozpuszczalnika

a w konsekwencji niewłaściwe dawkowanie.

15. **Pakiet X, XII** – Czy Zamawiający oczekuje aby strzykawki były wpisane w menu wyświetlacza pompy?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby strzykawki były wpisane w menu wyświetlacza pompy.

16. **Pakiet XVIII** – Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany o zmiennej długości do 15 cm, spieniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łącznik karbowany o zmiennej długości do 15 cm, spieniający pozostałe wymogi SIWZ.

17. **Pakiet XVIII** – Czy Zamawiający oczekuje aby łącznik posiadał pamięć kształtu, pozwalającą na dowolne ukształtowanie?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby łącznik posiadał pamięć kształtu, pozwalającą na dowolne ukształtowanie.

18. **Pakiet III** – Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniul dożylnych w rozmiarach od 22G (0,9) do 17G (1,5) zgodnie ze skalą Gauge.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnych w rozmiarach od 22G (0,9) do 17G (1,5) zgodnie ze skalą Gauge.

19. **Pakiet XIV** – Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnych z 3 szerokimi i wtopionym na całej długości paskami kontrastującymi, dzięki którym kaniule są bardzo dobrze widoczne w promieniach RTG.

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza kaniul dożylnych z 3 szerokimi i wtopionym na całej długości paskami kontrastującymi.

20. **Pakiet XIV** – Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji odstąpi od wymogu aby korek posiadał trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka?

Odpowiadamy: Zamawiający nie odstąpi od wymogu aby korek posiadał trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka.

21. **Pakiet XIV** - Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie w rozmiarach 24G (0,72 x 19 mm), 22G (0,9x25mm)

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie w rozmiarach 24G (0,72 x 19 mm), 22G (0,9x25mm).

22. **Pakiet I poz. 1 i 2** – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z komorą wolną od PCV, co ma być potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządów z komorą wolną od PCV.

23. **Pakiet I poz. 1 i 2** – Czy Zamawiający wymaga aby opakowania jednostkowe przyrządów oferowanych w tych pozycjach były oznakowane zgodnie z dyrektywą 2007/49/WE i art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (oznaczenie o ftalanach w przypadku ich zawartości)?

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga aby opakowanie jednostkowe przyrządów oferowanych w poz. 1 i 2 były oznakowane w zakresie zawartości ftalanów.

24. **Pakiet III** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniuli dożylniej z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock z paskiem kontrastującym w RTG rozmiar od 22G 1" (0,9) do 17G 1 3/4"(1,5)?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniuli dożylniej z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock z paskiem kontrastującym w RTG rozmiar od 22G 1" (0,9) do 17G 1 3/4"(1,5).

25. **Pakiet V** – Czy Zamawiający wymaga aby koreczki do zamykania kaniul były pakowane pojedynczo, z datą ważności na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby koreczki do zamykania kaniul były pakowane pojedynczo, z datą ważności na opakowaniu jednostkowym

26. **Pakiet V** – Czy Zamawiający wymaga aby trzpień koreczka był poniżej jego krawędzi?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby trzpień koreczka był poniżej jego krawędzi.

27. **Pakiet V** – Czy Zamawiający wymaga koreczków zwykłych czy typu combi?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koreczków zwykłych i typu combi

28. **Pakiet VI** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej o poj. 1 ml o rozmiarze 0,4x13 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej o poj. 1 ml o rozmiarze 0,4x13 mm.

29. **Pakiet VI** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej o poj. 1 ml o rozmiarze 0,45x13 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej o poj. 1 ml o rozmiarze 0,45x13 mm

30. **Pakiet VI** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej o poj. 1 ml. o rozmiarze 0,5 x 16 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej o poj. 1 ml. o rozmiarze 0,5 x 16 mm

31. **Pakiet VII** – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie czy wymaga strzykawki insulinowej o poj. 1 ml 40U czy 1 ml 100U?

Odpowiadamy: Zamawiający oczekuje strzykawki insulinowej o poj. 1 ml 40 U.

32. **Pakiet X** – Czy Zamawiający wyłączy pewną ilość strzykawkę z pozycji 1 i 2 (tych które mają współpracować z pompami kwapisz) i utworzy z nich dodatkowy pakiet lub dodatkowe pozycje w pakiecie X?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie strzykawkę z pozycji 1 i 2 do oddzielnego pakietu.

33. **Pakiet XI** – Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały podwójną skalę po obu stronach cylindra?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby strzykawki posiadały podwójną skalę po obu stronach cylindra

34. **Pakiet XII** – Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oryginału oświadczenia producenta strzykawkę, że produkowane przez niego strzykawki współpracują z pompami wymienionych producentów?

Odpowiadamy: Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oryginału oświadczenia producenta strzykawkę, że produkowane przez niego strzykawki współpracują z pompami wymienionych producentów

35. **Pakiet XVIII** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę z zaoferowanie łącznika karbowanego do układów oddechowych, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania o długości ok. 15 cm a sterylne, jednorazowego użytku?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łącznika karbowanego do układów oddechowych, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania o długości ok. 15 cm a sterylne, jednorazowego użytku

36. **Pakiet XIX** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużacza do kaniul obwodowych o długości 7-20 cm zakończony kranikiem trójdrożnym, posiadającym optyczny, wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/zamknięty, dren w systemach kranikowych wykonane z PCV nie zawierające ftalanów?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedłużacza do kaniul obwodowych o długości 7-20 cm zakończony kranikiem trójdrożnym, posiadającym optyczny, wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/zamknięty, dren w systemach kranikowych wykonane z PCV nie zawierające ftalanów

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zmianę urzędowej stawki VAT w związku z możliwością jej zmiany, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy.

38. **§ 1 ust. 4 wzoru umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ust 4 § 1 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca gwarantuje stałość cen netto przez okres 12 miesięcy trwania umowy?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy.

39. Do formularzy cenowych – czy Zamawiający dopuści możliwość wpisania nr, daty w ostatniej kolumnie formularzy cenowych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w oryginalnej wersji obowiązującej w państwie rejestrującego lub w państwie gdzie nastąpiło pierwsze wprowadzenie tego artykułu do obrotu, bez wymogu przetłumaczenia tego dokumentu na język polski?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza wpisanie nr, daty oryginalnego dokumentu w wersji obowiązującej w państwie rejestrującego lub państwie gdzie nastąpiło pierwsze wprowadzenie tego artykułu do obrotu bez konieczności jego tłumaczenia tylko w przypadku gdy taki dokument będzie załącznikiem do stosownego oświadczenia/informacji wytwórcy (w języku polskim)

40. **§ 2 pkt. 2 wzoru umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w terminie max 5 dni roboczych?

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 2 pkt. 2 wzoru umowy „Dostawy będą realizowane po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym lub faxem maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia”

41. § 5 ust. 3 wzoru umowy – Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy.

42. § 5 ust. 4 wzoru umowy – zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: „Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu zamówienia do bezpośredniego Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał kary umownej w wysokości 0,1% wartości danego pakietu, za każdy dzień zwłoki”

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy.

43. **Pakiet nr II** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji przyrządów do przetoczeń płynów infuzyjnych z komora kroplową dł. 50 mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych z komorą kroplową dł. 50 mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ

44. **Pakiet nr IV** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opatrunków nieprzezroczystych wykonanych z włókniny?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunków nieprzezroczystych wykonanych z włókniny.

45. **Pakiet nr VI** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji strzykawki tuberkulinowej z dołączoną igłą 0,5 x 16 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej z dołączoną igłą 0,5 x 16 mm

46. **Pakiet nr VIII** - Czy zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, Zamawiający wymaga aby opakowanie jednostkowe strzykawki posiadało opis w języku polskim?

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga aby oznakowania opakowań jednostkowych strzykawki było zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 107 z dnia 17.06.2010r.).

47. **Pakiet nr XII** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji strzykawek bez typu strzykawki i loga producenta?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawek bez typu strzykawki i loga producenta

48. **Pakiet nr XIV** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji kaniuli z koreczkiem powyżej korpusu koreczka?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniuli z koreczkiem powyżej korpusu koreczka

49. **Pakiet nr XIX** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji przedłużaczy do kaniul z kranikiem trójdrożnym posiadającym optyczny wskaźnik pozycji otwarty/ zamknięty?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedłużaczy do kaniul z kranikiem trójdrożnym posiadającym optyczny wskaźnik pozycji otwarty/ zamknięty.

Prosimy o zaznaczenie poprzez pogrubiony druk wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.