

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu wideobronchoskopowego (BZP - Nr ogłoszenia: 249012 – 2011)

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby faktura sprzedażowa (VAT) była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu?

Odpowiadamy: Tak pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi oświadczenie, że wszystkie komponenty wyszczególnione na fakturze wchodzą w skład kompletnego zestawu wideobronchoskopowego.

2. Ad. Lp. 2 – prosimy o dopuszczenie bronchoskopu giętkiego spełniającego wszystkie pozostałe parametry o średnicy zewnętrznej końcówki dystalnej płaszczka – 5,5 mm

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3. Ad. par. 5 pkt. 2 wzoru umowy: Czy w celu miarkowania kart umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 5 ust. 2 i wprowadzi jako obowiązujące kary umowne w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w par. 5 pkt. 2

4. **Bronchoskop giętki - dotyczy pkt. 13** – bronchoskop wyposażony w adapter do osadzenia rurki intubacyjnej – czy Zamawiający zrezygnuje z adaptera do osadzania rurki intubacyjnej. Bronchoskop jest przystosowany do założenia rurki intubacyjnej bez użycia adaptera.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

5. **Medyczna kamera endoskopowa – dotyczy pkt. 12** – możliwość zaprogramowania 4 funkcji, dostępnych bezpośrednio z przycisków głowicy kamery – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaprogramowania 2 funkcji dostępnych bezpośrednio z przycisków głowicy kamery.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

6. **Medyczna kamera endoskopowa – dotyczy pkt. 13** – funkcja eliminacji siatki fibroskopu z możliwością włączenia i wyłączenia dostępna w dowolnym momencie z głowicy kamery – czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji eliminacji siatki fibroskopu?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

7. **Medyczna kamera endoskopowa – dotyczy pkt. 17** – możliwość podłączenia klawiatury, wpisywania danych pacjenta oraz wyświetlanie ich na ekranie monitora – czy Zamawiający zrezygnuje z klawiatury podłączonej do kamery endoskopowej?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

8. **Medyczna kamera endoskopowa – dotyczy pkt. 19** – kamera wyposażona w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

9. **Medyczna kamera endoskopowa – dotyczy pkt. 20** – sterownik kamery przystosowany do obsługi diagnostyki i fotodynamicznej PDD i autofluorescencji w otolaryngologii razem z odpowiednimi aparatami – czy Zamawiający zrezygnuje ze sterownika przystosowanego do obsługi diagnostyki fotodynamicznej PDD i autofluorescencji?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

10. **Monitor LCD – dotyczy pkt. 2 jasność min 450cd/m²** – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o jasności 250 cd/m²?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ