

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (Wspólnoty Europejskie 2011/S 188-307003)

Pytania i odpowiedzi:

1. **Pakiet XVIII poz. 2, 3** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

Pozycja 2.- Elektroda do Holtera o rozmiarach 55mm/40mm

Pozycja 3.- Elektroda do EKG, radioprzezierna, o średnicy 45mm bez tarki.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XVIII:

Pozycja 2 - Elektroda do Holtera o rozmiarach 55mm/40mm

Pozycja 3 - Elektroda do EKG, radioprzezierna, o średnicy 45mm bez tarki.

2. **Pakiet XVIII poz. 1, 2, 3** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości dokonania wyceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Przeliczenie opakowań pozwoli zaoferować niższą cenę.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wyceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości

3. **Projekt umowy § 1 pkt. 5** - Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) zmiana stawki VAT, 2) zmiana stawek celnych, 3) udokumentowana zmiana cen producenta, 4) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP). W przypadku pozostawienia zapisu o niezmienności cen, z uwagi na długi okres obowiązywania umowy i związaną z nim niepewność co do dalszego rozwoju wypadków - możliwy wzrost kosztów realizacji zamówienia, wykonawcy mogą asekuracyjnie zawyżać ceny ofert. W tych okolicznościach pozostawienie zapisu o stałości cen w całym okresie obowiązywania umowy nie służy interesom Zamawiającego.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy.

4. **Projekt umowy- § 5 pkt. 3, 4** Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 1% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj. niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelných zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy.

5. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie XIV** mankiety ciśnieniowe charakteryzujące się następującymi parametrami:
- mankiety ciśnieniowe do szybkiej infuzji i transfuzji
 - z automatycznym zaworem bezpieczeństwa
 - wykonane z transparentnego materiału umożliwiającego obserwację wtlaczanego płynu
 - wyposażony w wygodny uchwyt do zawieszania
 - haczyk na opakowanie z płynem po wewnętrznej stronie kieszeni mankietu
 - ogranicznik ciśnienia (zawór bezpieczeństwa)

- manometr ciśnienia z 360° z kolorową skalą odczytu
- trójdrożny zawór
- ergonomiczną, wysokowydajną gruszkę
- całość całkowicie zespolona bez możliwości jej ewentualnego rozłączenia

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie XIV mankietów ciśnieniowych charakteryzującymi się w/w parametrami

6. Czy Zamawiający w **Pakiecie XIII** dopuści kaniule bezpieczne rozmiary oznaczone kolorystycznie od 14 G do 22 G zamiast do 26 G. Pozostałe parametry wg SIWZ.

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XIII kaniule bezpieczne rozmiary oznaczone kolorystycznie od 14 G do 22 G zamiast do 26 G.

7. Prosimy o dodanie w umowie w § 2 zapisu „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy. W przypadku zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza możliwość podawania kodów podanych w formularzu cenowym do oferty

8. Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 5 ust. 3 na: WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO wad w wysokości 1% wartości całego kontraktu za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy.

9. Dotyczy: projekt umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, par. 1 ust. 5 - Prosimy o dopisanie zdania „z wyjątkiem sytuacji zmiany obowiązującej stawki VAT”

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy.

10. Dotyczy: projekt umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, par. 5 ust. 3 Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy.

11. Dotyczy: projekt umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, par. 5 ust. 4. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych do 0,1% wartości opóźnionej lub niewykonanej części dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy.

Prosimy o zaznaczenie, poprzez pogrubiony druk, wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (Wspólnoty Europejskie 2011/S 188-307003)

Pytania i odpowiedzi:

1. **Dotyczy Pakietu II poz. 8** – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu II pozycji nr 8 w jedno osobne zadanie tak aby umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na o wydzielenie z pakietu II pozycji nr 8 w jedno osobne zadanie.

2. **Dotyczy Pakietu nr IV poz. 2** – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu IV poz. 2 w jedno osobne zadanie tak aby umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na o wydzielenie z pakietu IV pozycji nr 2 w jedno osobne zadanie.

3. **Paragraf 5 pkt. 3 wzoru umowy** – Prosimy aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu paragrafu 5 pkt. 3 wzoru umowy

4. **Paragraf 5 pkt. 4 wzoru umowy** – Paragraf zawiera informację, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości danego pakietu za każdy dzień zwłoki.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu paragrafu 5 pkt. 4 wzoru umowy

5. **Paragraf 1 pkt. 5 wzoru umowy** – prosimy o wyrażenie zgody na zmianę cen w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, przy czym zmiana nastąpi tylko w wartości brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu paragrafu 1 pkt. 5 wzoru umowy

6. **Pakiet II:**

- pkt. 5 – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę tnącą szkatułkową 2x24 mm, prostą wielorazowego użytku?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania elektrody tnącej szkatułkowej 2x24 mm, prostą wielorazowego użytku

- pkt 6 – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę tnącą 19x1,8 mm, zgiętą wielorazowego użytku?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania elektrody tnącej 19x1,8 mm, zgiętej, wielorazowego użytku

- pkt. 9 – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt elektrody monopolarnej z przyciskami, wielorazowego użytku z nierozłącznym kablem o długości 4 m?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza uchwyt elektrody monopolarnej z przyciskami, wielorazowego użytku z nierozłącznym kablem o długości 4 m

- pkt. 11 - czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną, wielorazową 17 x 30 cm z pasami mocującymi?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowania elektrody neutralnej, wielorazową 17 x 30 cm z pasami mocującymi

- pkt. 12 - czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel elektrody neutralnej wielorazowy o długości 3 lub 5 m?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kabla elektrody neutralnej wielorazowy o długości 3 lub 5 m?

- pkt. 13 – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku dzieloną o powierzchni 160 cm²? Czy Zamawiający ma na myśli 1 op/50 szt?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania elektrody neutralnej jednorazowego użytku dzieloną o powierzchni 160 cm². Tak, Zamawiający ma na myśli 1 op. o zawartości 50 szt. (łącznie 300 szt).

7. ***Dotyczy Pakietu XI – czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek tracheotomijnych o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, wyposażony w kanał irygacyjny, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T” do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 10, 12, 14, 16 Ch.***

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 1 dopuści system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek tracheotomijnych o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, wyposażony w kanał irygacyjny, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T” do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 10, 12, 14, 16 Ch.

8. ***Dotyczy wzoru umowy:***

- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych? (§ 2 ust. 2)

Odpowiadamy : Zamawiający wraz z zgodą na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych

- czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,1%? (§ 5 ust. 3, 4 i 5)

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisy wzoru umowy

- czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości dostawy, z której pochodzi przedmiot posiadający wadę, w przypadku zwłoki w usunięciu wady – tj. przekroczenia określonego w umowie terminu (§ 5 ust. 3)

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisy wzoru umowy

- czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości dostawy, której dotyczy niedotrzymanie terminu? (§ 5 ust. 4) – a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na niniejsze pytanie, opierając się na wzajemności i równości stron stosunku cywilnoprawnego czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości dostawy, której dotyczy niedokonanie odbioru przez Zamawiającego?(§ 5 ust. 5)

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisy wzoru umowy

9. ***Prosimy o dopuszczenie zestawu z możliwością wymiany cewnika co 72 godziny, zastawką dwudzielną umożliwiającą całkowitą separację cewnika od obudowy oddechowego, z możliwością wykonania bronchofiberoskopii bez rozłączania obwodu oddechowego, z atraumatyczną końcówką cewnika z dwoma otworami ułożonymi naprzemianlegle, skalowanego co 1 cm barwne i numeryczne, z rozmiarem na cewniku, z zaworem ssącym w jednym kolorze dla różnych rozmiarów, adapter mikrobiologicznie czysty, cewnik sterylny?***

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza zestawu z możliwością wymiany cewnika co 72 godziny, zastawką dwudzielną umożliwiającą całkowitą separację cewnika od obudowy oddechowego, z możliwością wykonania bronchofiberoskopii bez rozłączania obwodu oddechowego, z atraumatyczną końcówką cewnika z dwoma otworami ułożonymi naprzemianlegle, skalowanego co 1 cm barwne i numeryczne, z rozmiarem na cewniku, z zaworem ssącym w jednym kolorze dla różnych rozmiarów, adapter mikrobiologicznie czysty, cewnik sterylny.

Prosimy o zaznaczenie, poprzez pogrubiony druk, wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (Wspólnoty Europejskie 2011/S 188-307003)

Pytania i odpowiedzi:

1. **Pakiet VIII** – czy Zamawiający dopuści wkłucia centralne 8 F z igłą punkcyjną G 18 (1,3 x 73 mm) oraz z innym rozwiązaniem niż strzykawka Raulersona umożliwiające włożenie przewodnicy bez odłączania strzykawki oraz bez igły do kontroli ciśnienia

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza wkłucia centralne 8 F z igłą punkcyjną G 18 (1,3 x 73 mm) oraz z innym rozwiązaniem niż strzykawka Raulersona umożliwiające włożenie przewodnicy bez odłączania strzykawki oraz bez igły do kontroli ciśnienia

2. **Pakiet X** – czy igły w poz. 2 ze szlifem Quinckego mają posiadać pryzmat w obsadce igły sygnalizujący pojawienie się płynu zmianą barwy?

Odpowiadamy: Tak, igły w poz. 2 ze szlifem Quinckego mają posiadać pryzmat w obsadce igły sygnalizujący pojawienie się płynu zmianą barwy

3. **Pakiet X** – proszę o dopuszczenie igły z ostrzem typu Quinckego długości 88 mm i 120 mm

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza igły z ostrzem typu Quinckego długości 88 mm i 120 mm

4. **Pakiet XIII** – proszę o dopuszczenie kaniul bezpiecznych z koreczkiem domykanym ręcznie dla ograniczenia ryzyka przypadkowego otwarcia.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza kaniule bezpieczne z koreczkiem domykanym ręcznie dla ograniczenia ryzyka przypadkowego otwarcia.

5. **Pakiet XII** – proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarze 14 G – 24 G

Odpowiadamy: Pakiet XII nie dotyczy kaniul

6. **Pakiet XII** – czy kaniule bezpieczne mają być wykonane z poliuretanu

Odpowiadamy: Pakiet XII nie dotyczy kaniul

7. **Pakiet nr VII poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji zestawów z drenem długości 110 cm?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie w zestawów z drenem długości 110 cm

8. **Pakiet nr VII poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji zestawów z drenem długości 125 cm?

Odpowiadamy: Pakiet nr VII poz. 2 nie dotyczy zestawu z drenem

9. **Pakiet nr X poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji igły o długości 90 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaferowanie igły o długości 90 mm pod warunkiem spełnienia wszystkich innych wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

10. **Pakiet nr XIII** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji kaniuli bezpiecznej w rozmiarach od 16G do 24G?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaferowanie kaniuli bezpiecznej w rozmiarach od 16G do 24G

11. **Pakiet nr XV** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji kaniuli z koreczkiem z wewnętrzną częścią powyżej korpusu koreczka?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie kaniuli z koreczkiem z wewnętrzną częścią powyżej korpusu koreczka

Prosimy o zaznaczenie, poprzez pogrubiony druk, wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

