

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do sterylizacji.

Pytania zadane przez jedną z firm:

Pakiet I

1. Czy Zamawiający dopuści torebki w opakowaniach po 200 sztuk ? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona .
2. Pakiet I poz. nr 1a: Czy w miejsce torebki 100 x 200 mm Zamawiający dopuści torebkę 90 x 200 mm?
3. Pakiet I poz. nr 1b: Czy w miejsce torebki 100 x 250 mm Zamawiający dopuści torebkę 90 x 250 mm ?

Pakiet VII

4. Pakiet VII poz. 4 ; Czy Zamawiający dopuści test klasy 4 do sterylizacji parą wodną w opakowaniu po 480 sztuk? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

5. Dotyczy zapisu wzoru umowy § 5, pkt 2 i 3: Czy Zamawiający zechce zmienić zapis:

2. Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości brutto danego pakietu opóźnionej lub niewykonanej dostawy, za każdy dzień zwłoki , z tym, że kara ta nie może przekraczać 10 % wartości brutto danego pakietu
3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie dokona odbioru prawidłowo dostarczonego przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie, WYKONAWCA będzie żądał kary umownej w wysokości 1% wartości brutto danego pakietu za każdy dzień zwłoki, z tym, że kara ta nie może przekraczać 10 % wartości brutto danego pakietu .

na zapis:

2. Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej lub spóźnionej dostawy, za każdy dzień zwłoki , z tym, że kara ta nie może przekraczać 10 % wartości brutto danego pakietu
3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie dokona odbioru prawidłowo dostarczonego przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie, WYKONAWCA będzie żądał kary umownej w wysokości 1% wartości brutto danego pakietu za każdy dzień zwłoki, z tym, że kara ta nie może przekraczać 10 % wartości brutto danego pakietu

Pakiet I

6. Czy Zamawiający w pakiecie I dopuszcza torebki foliowo-papierowe trzywarstwowe do sterylizacji parowej i tlenkiem etylu o konstrukcji zgodnej z normami EN ISO 11607-1,2:2006 i EN ISO 11140-1:2005, o gramaturze papieru 60 g grubość folii <52 mikrony, wskaźniki chemiczne do pary wodnej, tlenku etylenu i formaldehydu oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią, wszystkie oznaczenia od strony folii, poza przestrzenią załadowniczą, nr serii, rozmiar i numer katalogowy na rękawie, oznaczenie CE podane na opakowaniu , pakowane po 1000 sztuk ?

7. Pakiet I Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji d) torebkę o wymiarach 150mmx300mm?
8. Pakiet I Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji e) torebkę o wymiarach 150mmx390mm?

Pakiet V

9. Pakiet V poz. 2 Czy Zamawiający rozważy możliwość zwiększenia wymaganej ilości szacunkowej na 48 sztuk? Ze względu na sposób pakowania minimalne opakowanie handlowe posiada 48 sztuk

Pakiet VI

10. Pakiet VI Czy Zamawiający oczekuje pakietu Bowie-Dicka z arkuszem wczesnego ostrzeżenia umożliwiającym wczesne wykrycie nieprawidłowości pracy sterylizatora ?

Odpowiadamy:

1. Zamawiający dopuszcza torebki w opakowaniach po 200 sztuk, z tym że wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona w dół
2. Zamawiający nie dopuszcza torebek o wymiarze 90 x 200 mm.
3. Zamawiający nie dopuszcza torebek o wymiarze 90 x 250 mm.
4. Zamawiający dopuszcza test klasy 4 do sterylizacji parą wodną w opakowaniu po 480 sztuk z tym, że wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona w dół .
5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy § 5,pkt2 i 3.
6. Zamawiający nie dopuszcza torebek foliowo-papierowych trzywarstwowych do sterylizacji parowej i tlenkiem etylu o konstrukcji zgodnej z normami EN ISO 11607-1,2:2006 i EN ISO 11140-1:2005, o gramaturze papieru 60 g grubość folii <52 mikrony, wskaźniki chemiczne do pary wodnej, tlenku etylenu i formaldehydu oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią, wszystkie oznaczenia od strony folii, poza przestrzenią załadowczą, nr serii, rozmiar i numer katalogowy na rękawie, oznaczenie CE podane na opakowaniu, oraz nie wyraża zgody na opakowania pakowane po 1000 sztuk.
7. Zamawiający w pakiecie I w pozycji d) dopuszcza torebkę o wymiarach 150mmx300mm.
8. Zamawiający w pakiecie I w pozycji e) dopuszcza torebkę o wymiarach 150mmx390mm.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie wymaganej ilości.
10. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

WSZ.XIII.2511/175/11/11.

Data: 17.10.2011r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do sterylizacji.

Pytania zadane przez jedną z firm:

1. **Zapis projektu umowy § 5 pkt 2 i 3** Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar za zwłokę w dostawie na 0,1 % wartości netto zamówionej dostawy za każdy dzień?
2. **Pakiet I i III** Czy Zamawiający dopuści torebki i rękawy, w których znak CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych jest umieszczony na etykietach opakowań handlowych ?

Umieszczenie znaku CE bezpośrednio na rolce rękawa lub torebce mogłoby sugerować, że to wyrób zapakowany, a nie samo opakowanie posiada znak CE.

3. Pakiet I i III Czy Zamawiający dopuści rękawy i torebki, w których napisy w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych są umieszczone na etykietach opakowań handlowych?

4. Pakiet I poz. 1; Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 90mm x 200 mm?

5. Pakiet I poz. 2; Czy zamawiający dopuści torebki o wymiarach 90 mm x 250 mm?

6. Czy w razie wątpliwości, co do zgodności zaoferowanego wyrobu z zapisami SIWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do dostarczenia próbek?

7. Pakiet I Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebek papierowo-foliowych z napisami oraz testami poza przestrzenią pakowania pomiędzy papierem i folią poza obrębem zgrzewu?

8. Pakiet I poz. c; Czy Zamawiający wyłączy tę pozycję i utworzy z niej osobny pakiet?

9. Pakiet I poz. d; Czy można zaoferować torebki o wymiarach 130 x 250 mm?

10. Pakiet I poz. e; Czy można zaoferować torebki o wymiarach 130 350 mm?

11. Pakiet IV ; Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania włókniny uszczelnionej lateksem oraz wykonanej z włókniny wiązanej powierzchniowo? Należy zaznaczyć, iż w trakcie procesu sterylizacji parą wodną alergeny zawarte w lateksie mogą się przedostać do wyrobu sterylizowanego co może wywołać reakcje alergiczne u pacjentów .

12. Pakiet IV poz.b ; Czy można zaoferować włókninę o wymiarach 130 cm x 150 cm. ? Należy zaznaczyć, iż zgodnie z tolerancją dopuszczoną przez Zamawiającego można zaoferować włókninę o dolnym rozmiarze 130,15 cm.

13. Pakiet V poz. 1 i 2; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o szerokości 18 mm?

14. Pakiet VI poz. 2 ; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie zgodności przez niezależną jednostkę notyfikującą z normami ISO 11140-4 Norma ta jest normą zharmonizowaną i zawiera wymogi EN 867?

Odpowiadamy:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar za zwłokę w dostawie na 0,1 % wartości netto zamówionej dostawy za każdy dzień.
2. Zamawiający dopuszcza torebki i rękawy, w których znak CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych jest umieszczony na etykietach opakowań handlowych pod warunkiem umieszczenia znaku CE na opakowaniu handlowym i instrukcji używania wyrobu.
3. Zamawiający dopuszcza rękawy i torebki, w których napisy w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych są umieszczone na etykietach opakowań handlowych.
4. Zamawiający dopuszcza torebki o wymiarach 90mm x 200 mm .
5. Zamawiający dopuszcza torebki o wymiarach 90 mm x 250 mm.
6. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ – rozdział III pkt 3
7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie torebek papierowo-foliowych z napisami oraz testami poza przestrzenią pakowania pomiędzy papierem i folią poza obrębem zgrzewu.
8. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu I pozycję c i utworzy osobny pakiet I A

PAKIET I

Załącznik nr 2

<i>Lp.</i>	Przedmiot zamówienia	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Nazwa producenta/ Nr certyfikatu CE</i>
<i>1</i>	Torebki papier-folia do sterylizacji parowej, op = 100 szt.							
<i>a).</i>	100 mm x 200 mm.	Op.	55					
<i>b).</i>	100 mm. x 250 mm.	Op.	50					
<i>c).</i>	90 mm. x 570 mm.	Op.	30					
<i>d).</i>	130 mm. x 270 mm.	Op.	175					
<i>e).</i>	130 mm. x 380 mm.	Op.	80					
<i>f).</i>	200 mm x 350 mm.	Op.	140					
<i>g).</i>	250 mm. x 400 mm.	Op.	100					
<i>h).</i>	300 mm x 450 mm.	Op.	100					
	RAZEM							

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Całkowita wartość netto zamówienia rocznego w *PAKIECIE I* wynosi:.....zł.

słownie:

Wartość brutto (z VAT) zamówienia rocznego *PAKIECIE I* wynosi:.....zł

OPIS:

Torebki papierowo-foliowe płaskie samozamykające do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu; o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2 - oprócz tego :

1. papier o gramaturze minimum 60 g (PN EN 868-3, kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą

PN EN 868-3)

2. folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju, wydane przez producenta folii(nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami (PN EN 868-3 i PN EN 868-5) i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności ; przezroczysta , bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

3. wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania pomiędzy papierem , a folią pod zgrzewem

4. wskaźnik procesu sterylizacji S,EO

5. powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji $\geq 100\text{mm}^2$ (PN EN 868-5)

6. jednoznaczny kierunek otwierania

7. napisy na opakowaniach jednostkowych w języku polskim

8. znak CE zarówno na opakowaniu jak i na wyrobie

9. tolerancja rozmiarów: - 5 % ; + 15%

PAKIET I A
Załącznik nr 2

<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Nazwa producenta/ Nr certyfikatu CE</i>
<i>1</i>	Torebki papier-folia do sterylizacji parowej, op = 100 szt.							
<i>c).</i>	90 mm. x 570 mm.	Op.	30					
	RAZEM							

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Całkowita wartość netto zamówienia rocznego w *PAKIECIE I* wynosi:.....zł.

słownie:

Wartość brutto (z VAT) zamówienia rocznego *PAKIECIE I* wynosi:.....zł

OPIS:

Torebki papierowo-foliowe płaskie samozamykające do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu; o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2 - oprócz tego :

1. papier o gramaturze minimum 60 g (PN EN 868-3, kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą

PN EN 868-3)

2. folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju, wydane przez producenta folii(nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami (PN EN 868-3 i PN EN 868-5) i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności ; przezroczysta , bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

3. wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania pomiędzy papierem , a folią pod zgrzewem

4. wskaźnik procesu sterylizacji S,EO

5. powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji $\geq 100\text{mm}^2$ (PN EN 868-5)

6. jednoznaczny kierunek otwierania

7. napisy na opakowaniach jednostkowych w języku polskim

8. znak CE zarówno na opakowaniu jak i na wyrobie

9. tolerancja rozmiarów: - 5 % ; + 15%

- 9.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie torebek o wymiarach 130 x 250 mm.
- 10.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie torebek o wymiarach 130 x 350 mm.
- 11.** Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
- 12.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie włókniny o wymiarach 130 cm x 150 cm
- 13.** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie taśmy o szerokości 18 mm.
- 14.** Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie zgodności przez niezależną jednostkę notyfikującą z normami ISO 11140-4 Norma ta jest normą zharmonizowaną i zawiera wymogi EN 867.