

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dostawa aparatu EEG wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.**

Pytania zadane przez firmy:

1. Czy jest możliwość zaoferowania aparatu EEG z lampą do fotostymulacji, częstotliwość regulowana w zakresie 1 do 50 Hz?

**Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie do punktu 2 i 3 zastąpienie starej technologii nową tj. czepkami z wbudowanymi elektrodami.

**Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**