

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi, łóżek specjalistycznych wraz z wyposażeniem i stołu zabiegowego wraz z wyposażeniem (BZP nr ogłoszenia: 342744 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011)

Pytania zadane przez firmy:

Pakiet I – łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem – 20 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 970 mm ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej 970 mm.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 440 – 840 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 440 – 840 mm

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko 4-segmentowe z 3 segmentami regulowanymi?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko 4-segmentowe z 3 segmentami regulowanymi

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko bez listew odbojowych

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami jednoosiowymi?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z krążkami jednoosiowymi

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z tworzywa ABS z kolorowymi wklejkami z chromowanym uchwytem u góry szczytu do prowadzenia łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko ze szczytami wykonanymi z tworzywa ABS z kolorowymi wklejkami z chromowanym uchwytem u góry szczytu do prowadzenia łóżka

9. Czy Zamawiający dopuści materac do łóżka z możliwością suszenia go w bębnie w temp. 95⁰ oraz dezynfekcji w komorze w temp. 95⁰?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza materac do łóżka z możliwością suszenia go w bębnie w temp. 95⁰ oraz dezynfekcji w komorze w temp. 95⁰

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża, łatwo odejmovanymi bez użycia narzędzi nie poszerzającymi wymiarów zewnętrznych łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża, łatwo odejmovanymi bez użycia narzędzi nie poszerzającymi wymiarów zewnętrznych łóżka

Pakiet I – łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem – 6 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 970 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej 970 mm

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o stałej wysokości leża 510 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko o stałej wysokości leża 510 mm

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z obciążeniem maksymalnym 170 kg?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z obciążeniem maksymalnym 170 kg

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, wyjmowanymi

z ramy leża?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza łóżka ze szczytami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, wyjmowanymi z ramy leża

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko bez listew odbojowych

7. Czy Zamawiający dopuści materac do łóżka z możliwością suszenia go w bębnie w temp. 95⁰ oraz dezynfekcji w komorze w temp. 95⁰?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza materac do łóżka z możliwością suszenia go w bębnie w temp. 95⁰ oraz dezynfekcji w komorze w temp. 95⁰

Pakiet I – szafki przyłóżkowe – 23 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową wykonaną z blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą na prowadnicach ślizgowych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z szufladą na prowadnicach ślizgowych

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z relingiem zamiast haczyków umieszczonym na tylnej ścianie do wieszania ręczników?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z relingiem zamiast haczyków umieszczonym na tylnej ścianie do wieszania ręczników

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dolną półką do odkładania obuwia, wykonaną z siatki stalowej, lakierowanej proszkowo nie wyprofilowanej?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z dolną półką do odkładania obuwia, wykonaną z siatki stalowej, lakierowanej proszkowo nie wyprofilowanej

Pakiet I – szafki przyłóżkowe z półką boczną – 12 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym i bocznym wykonanymi z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkową z blatem głównym i bocznym wykonanymi z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową wykonaną z blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą na prowadnicach ślizgowych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z szufladą na prowadnicach ślizgowych.

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z relingiem zamiast haczyków umieszczonym na tylnej ścianie do wieszania ręczników?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z relingiem zamiast haczyków umieszczonym na tylnej ścianie do wieszania ręczników.

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dolną półką do odkładania obuwia, wykonaną z siatki stalowej, lakierowanej proszkowo nie wyprofilowanej?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z dolną półką do odkładania obuwia, wykonaną z siatki stalowej, lakierowanej proszkowo nie wyprofilowanej

6. Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić czy w tym zadaniu wymaga szafki przyłóżkowej z blatem bocznym czy też nie? Punkt 3 i 9 tabeli parametrów technicznych są sprzeczne.

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga szafki z blatem bocznym

Dotyczy treści SIWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 16 grudnia 2011r.? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia ponieważ na realizację zamówienia Zamawiający otrzymał dotację, którą musi rozliczyć w wyznaczonym terminie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie stawki kar umownych za opóźnienie w dostawie z 1% na 0,2% lub inną stosowną stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie stawki kar umownych

Dotyczy Łóżka szpitalnego rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem – 20 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej 960mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej 960mm

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego długość całkowita wynosi 2190 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, którego długość całkowita wynosi 2190 mm

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego segmenty wypełnione są zdejmowanymi panelami z tworzywa ABS?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, którego segmenty wypełnione są zdejmowanymi panelami z tworzywa ABS

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które wyposażone jest wyłącznie w krążki odbojowe jednoosiowe o średnicy 100 mm umieszczone w narożnikach leża i zabezpieczające je przed uszkodzeniem?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, które wyposażone jest wyłącznie w krążki odbojowe jednoosiowe o średnicy 100 mm umieszczone w narożnikach leża i zabezpieczające je przed uszkodzeniem

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja oparcia uda odbywa się w zakresie do 30°, natomiast podudzia do 15° co pozwala na regulację segmentu nóg do 45°?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym regulacja oparcia uda odbywa się w zakresie do 30°, natomiast podudzia do 15° co pozwala na regulację segmentu nóg do 45°

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja oparcia pleców i uda realizowana jest za pomocą osobnych dźwigni?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym regulacja oparcia pleców i uda realizowana jest za pomocą osobnych dźwigni

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, wyposażone w barierki opuszczane wzdłuż ramy leża?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, wyposażone w barierki opuszczane wzdłuż ramy leża.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, wyposażone w obustronne listwy o długości 41cm umieszczone w części centralnej leża, wyposażone w 6 haczyków każda?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, wyposażone w obustronne listwy o długości 41cm umieszczone w części centralnej leża, wyposażone w 6 haczyków każda

9. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko umożliwiające uzyskanie pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie $\pm 16^\circ$?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka umożliwiającego uzyskanie pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie $\pm 16^\circ$

Dotyczy Łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem – 6 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o długości wynoszącej 2240 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza łóżko rehabilitacyjne o długości wynoszącej 2240 mm

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wysokości leża od podłogi wynoszącej 500 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko o wysokości leża od podłogi wynoszącej 500 mm

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko które nie jest wyposażone w listwy odbojowe?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko które nie jest wyposażone w listwy odbojowe

Dotyczy Szafki przyłóżkowe – 23 sztuki

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o szerokości całkowitej wynoszącej 510mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowe o szerokości całkowitej wynoszącej 510 mm

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki, których blat wykonany jest z płyty UNILAM dwustronnie laminowanej?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki, których blat wykonany jest z płyty UNILAM dwustronnie laminowanej

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki, które nie są wyposażone w półkę do odkładania obuwia?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafki, które nie są wyposażone w półkę do odkładania obuwia

Dotyczy Szafki przyłóżkowe z półką boczną – 12 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o szerokości całkowitej wynoszącej 510mm z białem bocznym o wymiarach 590×340 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafki przyłóżkowe o szerokości całkowitej wynoszącej 510mm z białem bocznym o wymiarach 590×340 mm

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe z regulacją wysokości półki bocznej od 740 do 1040mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafki przyłóżkowe z regulacją wysokości półki bocznej od 740 do 1040mm

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki, których blat oraz półka boczna wykonany jest z płyty UNILAM dwustronnie laminowanej?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafki, których blat oraz półka boczna wykonany jest z płyty UNILAM dwustronnie laminowanej

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki, które nie są wyposażone w półkę do odkładania obuwia?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafki, które nie są wyposażone w półkę do odkładania obuwia

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki, które są wyposażone w podstawę jezdnią na 4 kołach o średnicy 50 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafki, które są wyposażone w podstawę jezdnią na 4 kołach o średnicy 50mm

Dotyczy Łóżko specjalne wraz z wyposażeniem przeznaczone dla Oddziału Chirurgicznego zasilane elektrycznie – 1 sztuka

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej bez przedłużenia leża wynoszącej 2150mm a z ramą wydłużoną 2300 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza łóżko o długości całkowitej bez przedłużenia leża wynoszącej 2150mm a z ramą wydłużoną 2300mm

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w sterowanie nożne wyłącznie dla regulacji wysokości bez możliwości jego indywidualnego zablokowania z panelu sterującego?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w sterowanie nożne wyłącznie dla regulacji wysokości bez możliwości jego indywidualnego zablokowania z panelu sterującego

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 43-83cm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 43-83cm

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie posiada funkcji mobilizacyjnej, ułatwiającej pacjentowi jego opuszczenie poprzez specjalny uchwyt?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, które nie posiada funkcji mobilizacyjnej, ułatwiającej pacjentowi jego opuszczenie poprzez specjalny uchwyt

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości uzyskania pozycji egzaminacyjnej przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym oraz przycisków nożnych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko bez możliwości uzyskania pozycji egzaminacyjnej przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym oraz przycisków nożnych

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie posiada włącznika/blokady funkcji dla pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, które nie posiada włącznika/blokady funkcji dla pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie jest wyposażone w inteligentny wskaźnik baterii?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, które nie jest wyposażone w inteligentny wskaźnik baterii

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie jest wyposażone w przycisk uruchamiający dostępność jego regulacji w barierkach bocznych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżko, które nie jest wyposażone w przycisk uruchamiający dostępność jego regulacji w barierkach bocznych

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o bezpiecznym obciążeniu wynoszącym 230kg?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko o bezpiecznym obciążeniu wynoszącym 230kg

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w zintegrowane barierki boczne podwójnie dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS podnoszone i opuszczane wzdłuż leża, dostępne w czterech kolorach do wyboru o wysokości 41,5cm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżka wyposażone w zintegrowane barierki boczne podwójnie dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS podnoszone i opuszczane wzdłuż leża, dostępne w czterech kolorach do wyboru o wysokości 41,5cm

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, wyposażone w obustronne listwy o długości 41cm umieszczone w części centralnej leża, wyposażone w 6 haczyków każda do zawieszenia np. worków na mocz?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, wyposażone w obustronne listwy o długości 41cm umieszczone w części centralnej leża, wyposażone w 6 haczyków każda do zawieszenia np. worków na mocz

12. Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane łóżko było wyposażone w odejmowane szczyty o masie nie przekraczającej 300g?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko było wyposażone w odejmowane szczyty o masie nie przekraczającej 300g

13. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko, wyposażone w eurolistwę na dodatkowe akcesoria umieszczoną na górnym szczyście łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, wyposażone w eurolistwę na dodatkowe akcesoria umieszczoną na górnym szczycie łóżka

Dotyczy Łóżko specjalne wraz z wyposażeniem, zasilane elektrycznie – 1 sztuka

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie jest wyposażone we wskaźnik naładowania baterii oraz żywotności akumulatora?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, które nie jest wyposażone we wskaźnik naładowania baterii oraz żywotności akumulatora.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 43-83cm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 43-83cm

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości uzyskania pozycji egzaminacyjnej przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko bez możliwości uzyskania pozycji egzaminacyjnej przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie posiada włącznika/blokady funkcji dla pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżko, które nie posiada włącznika/blokady funkcji dla pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie jest wyposażone w przycisk uruchamiający dostępność jego regulacji w barierkach bocznych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, które nie jest wyposażone w przycisk uruchamiający dostępność jego regulacji w barierkach bocznych

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia oparcia pleców oraz ramy leża wbudowane w barierki boczne, z zaznaczeniem kątów 30°, 60° oraz 90° bez oznaczenia najniższej pozycji leża?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne, wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia oparcia pleców oraz ramy leża wbudowane w barierki boczne, z zaznaczeniem kątów 30°, 60° oraz 90° bez oznaczenia najniższej pozycji leża

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w zintegrowane barierki boczne podwójnie dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS podnoszone i opuszczane wzdłuż leża, dostępne w czterech kolorach do wyboru o wysokości 41,5cm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżka wyposażone w zintegrowane barierki boczne podwójnie dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS podnoszone i opuszczane wzdłuż leża, dostępne w czterech kolorach do wyboru o wysokości 41,5cm

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, wyposażone w obustronne listwy o długości 41cm umieszczone w części centralnej leża, wyposażone w 6 haczyków każda do zawieszenia np. worków na mocz?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, wyposażone w obustronne listwy o długości 41cm umieszczone w części centralnej leża, wyposażone w 6 haczyków każda do zawieszenia np. worków na mocz

9. Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane łóżko było wyposażone w odejmowane szczyty o masie nie przekraczającej 300g?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko było wyposażone w odejmowane szczyty o masie nie przekraczającej 300g

10. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko, wyposażone w eurolistwę na dodatkowe akcesoria umieszczoną na górnym szczycie łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, wyposażone w eurolistwę na dodatkowe akcesoria umieszczoną na górnym szczycie łóżka.

Dotyczy Stołu zabiegowego

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy, którego blat składa się z 4 segmentów: podglówka, segmentu oparcia pleców, segmentu siedziska i segmentu podnóżków niedzielonych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie od 605 do 1005 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy, w którym regulacja oparcia pleców mieści się w przedziale od 0-65°?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy, w którym nie ma możliwości samodzielnej regulacji segmentu siedziska?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny wyposażony w blaty pokryte bezszwowymi przeciwoleżynowymi, viscoelastycznymi materacami w pokrowcu z domieszką lycry zgrzewanymi techniką ultradźwięków, mocowane na rzepy wyłącznie w kolorze czarnym?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości leża za pomocą ręcznego sterownika elektrycznego – przewodowego pilota?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy o dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym 160 kg?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy na podstawie jezdnej, wyposażonej w 4 podwójne koła w tworzywowej obudowie z niebrudzącym podłoża bieżnikiem, centralnie blokowane przy pomocy dwóch ram nożnych umieszczonych obustronnie wzdłuż jego podstawy?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

9. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny, w którym segment podglówka regulowany jest mechanicznie a jego dodatni parametr regulacji wynosi +30°?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

10. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny, w którym regulacja nie dzielonego podnóżka odbywa się mechanicznie od 0 do -90°?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

11. Czy Zamawiający oczekuje do zaferowania stół operacyjny z możliwością wyposażenia go w odejmowane bariery boczne i uchwyty do pchania, które w zależności od potrzeb pozwalają na wykorzystanie stołu jako wysokiej jakości wózka do transportu pacjentów?

Odpowiadamy: Zamawiający w SIWZ nie określił takiego parametru

12. Czy Zamawiający oczekuje do zaferowania stół operacyjny, którego wyprofilowana podstawa przeznaczona jest na przechowywanie dodatkowego sprzętu medycznego oraz rzeczy osobistych pacjenta?

Odpowiadamy: Zamawiający w SIWZ nie określił takiego parametru

13. Czy Zamawiający oczekuje do zaferowania stół operacyjny wyposażony w euro listwy do mocowania dodatkowe wyposażenia?

Odpowiadamy: Zamawiający w SIWZ nie określił takiego parametru

1. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżowe (23 szt. i 12 szt) w której blaty wykonane są z płyty

meblowej?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafki przyłóżkowe (23 szt. i 12 szt) w której blaty wykonane są z płyty meblowej

Pytania dotyczące pakietu I

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.) o szerokości całkowitej 985 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.) o szerokości całkowitej 985 mm

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.) o długości całkowitej 2165 mm

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20 szt.) o długości całkowitej 2165 mm

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.), którym regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana jest za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych pod rama leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta- dźwignie czytelnie oznaczone?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.), którym regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana jest za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych pod rama leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta- dźwignie czytelnie oznaczone

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.) bez tworzywowej osłony podwozia?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.) bez tworzywowej osłony podwozia.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.) czterosegmentowe z trzema segmentami ruchomymi?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.) czterosegmentowe z trzema segmentami ruchomymi

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.) wyposażone w krążki odbojowe jednoosiowe?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.) wyposażone w krążki odbojowe jednoosiowe

7. Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka rehabilitacyjnego (poz.1 20szt.) z tworzywa ABS w kolorze jasny popiel bez kolorowych wklejek?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szczyty łóżka rehabilitacyjnego (poz.1 20szt.) z tworzywa ABS w kolorze jasny popiel bez kolorowych wklejek

8. Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka rehabilitacyjne (poz.1 20szt.) wykonane z rur metalowych chromowanych z wypełnieniami z płyty tworzywowej HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV z możliwością wyboru koloru?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szczyty łóżka rehabilitacyjnego (poz.1 20szt.) z tworzywa ABS w kolorze jasny popiel bez kolorowych wklejek

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 20szt.) wyposażone w barierki składane wzdłuż ramy leża?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (poz.1 2 0szt.) wyposażone w barierki składane wzdłuż ramy leża

10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (poz. 3. 23 szt.) dwustronną , która daje możliwość ustawienia szafki w przypadku zamontowania w późniejszym czasie dodatkowego blatu zarówno z prawej jak i z lewej strony łóżka bez konieczności zmiany stron montażu blatu, oraz kierunku otwierania drzwi?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (poz. 3. 23 szt.) dwustronną , która daje możliwość ustawienia szafki w przypadku zamontowania w późniejszym czasie dodatkowego blatu zarówno z prawej jak i z lewej strony łóżka bez konieczności zmiany stron montażu blatu, oraz kierunku otwierania drzwi

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz.4 12szt.) o szerokości całkowitej 530mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz.4 12szt.) o szerokości całkowitej 530mm

12. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz.4 12szt.) o wymiarach półki bocznej 590x340mm

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz.4 12szt.) o wymiarach półki bocznej 590x340mm

13.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz.4 12szt.) o wysokości 870mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz.4 12szt.) o wysokości 870mm

14.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz.4 12szt.) z regulacją wysokości półki bocznej 740-1040mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz.4 12szt.) z regulacją wysokości półki bocznej 740-1040mm

15.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz.4 12szt.) dwustronną, która daje możliwość ustawienia szafki zarówno z prawej jak i z lewej strony łóżka bez konieczności zmiany stron montażu blatu, oraz kierunku otwierania drzwi ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz.4 12szt.) dwustronną, która daje możliwość ustawienia szafki zarówno z prawej jak i z lewej strony łóżka bez konieczności zmiany stron montażu blatu, oraz kierunku otwierania drzwi

16.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz.4) wyposażoną w cztery koła jezdne zapewniające stabilność szafki?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną (poz. 4) wyposażoną w cztery koła jezdne zapewniające stabilność szafki

17.Czy Zamawiający wymaga aby półka boczna w szafce przyłóżkowej (poz. 4) była składana do boku szafki?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby półka boczna w szafce przyłóżkowej (poz. 4) była składana do boku szafki

PAKIET NR 1

Łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem – 20 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżek z o długości całkowitej 2180 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżek z o długości całkowitej 2180 mm

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek bez listw odbojowych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek bez listw odbojowych

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z krążkami jednoosiowymi w każdym narożniku, które także w wystarczający sposób chronią łóżko i ściany przed uderzeniami?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z krążkami jednoosiowymi w każdym narożniku, które także w wystarczający sposób chronią łóżko i ściany przed uderzeniami

4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka bez osłony tworzywowej podwozia, która jest podatna na uszkodzenia, promieniowane UV oraz gromadzenie się pod nią brudu?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka bez osłony tworzywowej podwozia, która jest podatna na uszkodzenia, promieniowane UV oraz gromadzenie się pod nią brudu

5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z regulacją segmentu oparcia pleców i uda wykonywaną przy pomocy dwóch dźwigni zlokalizowanych pod segmentem oparcia pleców oraz pod segmentem uda?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z regulacją segmentu oparcia pleców i uda wykonywaną przy pomocy dwóch dźwigni zlokalizowanych pod segmentem oparcia pleców oraz pod segmentem uda

6. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek ze szczytami wykonanymi z innego tworzywa niż ABS z kolorową wklejką?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek ze szczytami wykonanymi z innego tworzywa niż ABS z kolorową wklejką

7. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek ze szczytami ze stali nierdzewnej polerowanej z wkładem z płyty HPL oferowanej w różnej kolorystyce, co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie łóżek ze szczytami ze stali nierdzewnej polerowanej z wkładem z płyty HPL oferowanej w różnej kolorystyce, co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego

8. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z wieszakiem kroplówki wykonanym ze stali nierdzewnej polerowanej, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z wieszakiem kroplówki wykonanym ze stali nierdzewnej polerowanej, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego

9. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z uchwytem ręki wykonanym ze stali nierdzewnej polerowanej, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z uchwytem ręki wykonanym ze stali nierdzewnej polerowanej, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego

10. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż leża, co jest rozwiązaniem korzystniejszym ze względu a fakt, iż barierki nie wystają ponad segmenty leża i nie utrudniają pacjentom siadania na łóżku i jego opuszczania?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż leża, co jest rozwiązaniem korzystniejszym ze względu a fakt, iż barierki nie wystają ponad segmenty leża i nie utrudniają pacjentom siadania na łóżku i jego opuszczania

Łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem – 6 sztuk

11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżek z o długości całkowitej 2180 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie łóżek z o długości całkowitej 2180 mm

12. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o wysokości leża wynoszącej 500 mm co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o wysokości leża wynoszącej 500 mm

13. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek ze szczytami lakierowanymi?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie łóżek ze szczytami lakierowanymi

14. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek ze szczytami ze stali nierdzewnej polerowanej?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie łóżek ze szczytami ze stali nierdzewnej polerowanej

15. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek bez listw odbojowych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek bez listw odbojowych

Dotyczy pakietu I - Łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem – 20 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 970 mm oraz 1080 mm z zamontowanymi barierkami?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 970 mm oraz 1080 mm z zamontowanymi barierkami

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna – bezwysiłkowa regulacja wysokości w zakresie 40.5 – 80,5 cm za pomocą pilota?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza łóżko z elektryczna – bezwysiłkowa regulacja wysokości w zakresie 40.5 – 80,5 cm za pomocą pilota

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosegmentowym, przy czym trzy segmenty są ruchome?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosegmentowym, przy czym trzy segmenty są ruchome

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew bocznych, łóżko wyposażone jest w kółka odbojowe doskonale chroniące zarówno łóżko jak i ściany przed uszkodzeniami i zastosowanie listew jest zbędne?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko bez listew bocznych, łóżko wyposażone jest w kółka odbojowe doskonale chroniące zarówno łóżko jak i ściany przed uszkodzeniami i zastosowanie listew jest zbędne

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jednoosiowe kółka odbojowe doskonale chroniące zarówno łóżko jak i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jednoosiowe kółka odbojowe doskonale chroniące zarówno łóżko jak i ściany przed uszkodzeniami

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców i segmentu uda za pomocą pilota dostępną dla pacjenta w łatwo dostępnym miejscu dla pacjenta?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza łóżka z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców i segmentu uda za pomocą pilota dostępną dla pacjenta w łatwo dostępnym miejscu dla pacjenta

Dotyczy pakietu nr I - Łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem – 6 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 970 mm lub 1060 mm w przypadku wymagania przez Zamawiającego łóżka wyposażonego w barierki boczne?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 970 mm lub 1060 mm w przypadku wymagania przez Zamawiającego łóżka wyposażonego w barierki boczne

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z obciążeniem maksymalnym łóżka wynoszącym 170 kg, standardowo wymaganego dla łóżka z stałą wysokością leża?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko z obciążeniem maksymalnym łóżka wynoszącym 170 kg, standardowo wymaganego dla łóżka z stałą wysokością leża

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w lakierowane barierki boczne?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w lakierowane barierki boczne

Dotyczy pakietu nr I - Szafki przyłóżkowe – 23 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 510 mm oraz głębokości 500 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 510 mm oraz głębokości 500 mm

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 860 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 860 mm

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę której czoła szuflad i drzwiczki oraz blat wykonany jest z wysokiej jakości płyty dekoracyjnej z możliwością wyboru koloru?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę której czoła szuflad i drzwiczki oraz blat wykonany jest z wysokiej jakości płyty dekoracyjnej z możliwością wyboru koloru

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach rolkowych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach rolkowych

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki na obuwie wykonanej z siatki ale z możliwością umieszczenia butów w szafce na półce?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę bez półki na obuwie wykonanej z siatki ale z możliwością umieszczenia butów w szafce na półce

6. Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z możliwością ustawienie zarówno z prawej jak i lewej strony łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z możliwością ustawienie zarówno z prawej jak i lewej strony łóżka

Dotyczy Pakietu nr I - Szafki przyłóżkowe z blatem – 12 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 510 mm oraz głębokości 500 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 510 mm oraz głębokości 500 mm

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką boczną o wymiarach 337 x 590 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę z półką boczną o wymiarach 337 x 590 mm

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 860 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 860 mm

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę której czoła szuflad i drzwiczki oraz blat wykonany jest z wysokiej jakości płyty dekoracyjnej z możliwością wyboru koloru?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę której czoła szuflad i drzwiczki oraz blat wykonany jest z wysokiej jakości płyty dekoracyjnej z możliwością wyboru koloru

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach rolkowych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach rolkowych

6. Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki na obuwie wykonanej z siatki ale z możliwością umieszczenia butów w szafce na półce?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę bez półki na obuwie wykonanej z siatki ale z możliwością umieszczenia butów w szafce na półce

7. Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z możliwością ustawienie zarówno z prawej jak i lewej strony łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z możliwością ustawienie zarówno z prawej jak i lewej strony łóżka

8. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat boczny i cztery koła, konstrukcja składnego blatu nie wymaga piątego koła gdyż punkt ciężkości umiejscowiony jest w takim miejscu, że regulacja blatu

9. w żaden sposób nie zmniejsza stabilności szafki?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza szafkę wyposażoną w blat boczny i cztery koła, konstrukcja składnego blatu nie wymaga piątego koła gdyż punkt ciężkości umiejscowiony jest w takim miejscu, że regulacja blatu w żaden sposób nie zmniejsza stabilności szafki

Dotyczy pakiety nr III - Łóżko specjalistyczne wraz z wyposażeniem, zasilanie elektryczne - 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 2230 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający w SIWZ nie określił takiego parametru

Prosimy o zaznaczenie, poprzez pogrubiony druk, wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi, łóżek specjalistycznych wraz z wyposażeniem i stołu zabiegowego wraz z wyposażeniem (BZP nr ogłoszenia: 342744 z dnia 19.10.2011)

Pytania zadane przez firmy:

1. **Dotyczy Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III, Pakiet IV.** Zwracamy się z prośbą o możliwość składania ofert częściowych, na każdy z wymienionych w SIWZ pakietów osobno.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość składania ofert częściowych

2. **Dotyczy Łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem – 20 sztuk** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka przewyższającego funkcjonalnością opisane w SIWZ, o niżej wymienionych parametrach?

- szerokość całkowita 960 mm,
- długość całkowita 2060 mm,
- regulacja za pomocą sprężyny gazowej: wysokości w zakresie 460-760 mm, segmentu pleców 0-80°, segmentu uda 0-45°,
- leże czterosegmentowe, segmenty wypełnione perforowanymi, blaszanymi arkuszami, malowanymi proszkowo,
- maksymalne obciążenie łóżka 180 kg,
- regulacja segmentu podudzia, ręczna, mechanizmem zapadkowym,
- w 4-ech narożnikach leża odbojniki oraz tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki,
- bariery boczne jednoczęściowe, opuszczane poniżej leża,
- 4 koła jezdne o średnicy 125 mm, blokowane po przekątnej,
- szczyty łóżka jednorodne, wykonane z tworzywa ABS z kolorowymi wklejkami., łatwo odejmowane, łatwe w utrzymaniu czystości, odporne na działanie wysokich temperatur, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, oraz promieniowanie UV (możliwość wyboru koloru),
- powierzchnia łóżka odporna na środki dezynfekcyjne,
- na wyposażeniu: wieszak na kroplówkę oraz uchwyt ręki malowane proszkowo, wieszak na worki urologiczne, koszyk na pojemnik urologiczny.
- materac w pokrowcu z tkaniny zmywalnej, nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, łatwej do dezynfekcji i prania, nie zmieniającej swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na środki czyszczące, środki dezynfekcyjne itp.) i wysokie temperatury (pranie w temp 95° C).

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego łóżka

3. **Dotyczy Łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem – 6 sztuk** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka przewyższającego funkcjonalnością opisane w SIWZ, o niżej wymienionych parametrach?

- szerokość całkowita 960 mm,
- długość całkowita 2060 mm,
- wysokość leża od podłogi 500 mm,
- regulacja za pomocą sprężyny gazowej: segmentu pleców 0-80 stopni, segmentu uda 0-45 stopni,
- leże czterosegmentowe, segmenty wypełnione perforowanymi, blaszanymi arkuszami, malowanymi proszkowo,
- maksymalne obciążenie łóżka 180 kg,
- regulacja segmentu podudzia, ręczna, mechanizmem zapadkowym,

- w 4-ech narożnikach leżą odbojniki oraz tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki,
- bariery boczne jednoczęściowe, opuszczane poniżej leżą,
- 4 koła jezdne o średnicy 125 mm, blokowane po przekątnej,
- szczyty łóżka jednorodne, wykonane z tworzywa ABS z kolorowymi wklejkami., łatwo odejmowane, łatwe w utrzymaniu czystości, odporne na działanie wysokich temperatur, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, oraz promieniowanie UV (możliwość wyboru koloru),
- powierzchnia łóżka odporna na środki dezynfekcyjne,
- materac w pokrowcu z tkaniny zmywalnej, nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, łatwej do dezynfekcji i prania, nie zmieniającej swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na środki czyszczące, środki dezynfekcyjne itp.) i wysokie temperatury (pranie w temp 95° C).

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania wyżej opisanego łóżka

4. Dotyczy Szafki przyłóżkowe – 23 sztuki. Szafki przyłóżkowe z półką boczną – 12 sztuk. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej jakości, nowoczesnej szafki przyłóżkowej, jednostronnej o metalowej konstrukcji, lakierowanej proszkowo, o niżej wymienionych cechach? Wymiary (85x46x47cm / wysokość x szerokość x głębokość), wymiary blatu w przewidzianym zakresie, szuflada na prowadnicach rolkowych, z wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa, otwarta półka np. na czasopisma pomiędzy szufladą a dolną zamykaną szafką, bez dodatkowej półki pod częścią zamykaną, boki szafki w kolorze srebrnym, blat i fronty laminatowe, w kolorze jasnej okleiny drewnopodobnej, spójnej z kolorystyką łóżek.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego łóżka

5. Dotyczy: Łóżko specjalistyczne wraz z wyposażeniem przeznaczone dla Oddziału Chirurgicznego, zasilane elektrycznie – 1 sztuka. Łóżko specjalistyczne wraz z wyposażeniem, zasilane elektrycznie – 1 sztuka - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sprawdzonego na polskim rynku, wysokiej jakości i funkcjonalności łóżka ze sterowaniem elektrycznym, o niżej wymienionych parametrach?

- konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, pokryta lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, elektrostatyczna.
- długość całkowita łóżka 2200 mm,
- szerokość całkowita 980 mm,
- możliwość dodatkowego przedłużenia długości leża o 180 mm,
- cztery krążki odbojowe w narożnikach ramy leżą.
- wyjmowane szczyty łóżka wykonane z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego, odporne na promieniowanie UV, konstrukcja szczytów i zdejmowanych paneli leżą ułatwiająca dezynfekcję, możliwość wyboru 8 kolorów wypełnień,
- leże umocowane na dwóch kolumnach o przekroju kwadratowym,
- leże czterosegmentowe z autoregresją segmentu pleców oraz uda, łóżko wyposażone w funkcję auto-konturowania siedziska,
- segment pleców przezierny dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę oraz wskaźnikiem kąta pochylenia,
- w narożnikach łóżka miejsce do zamontowania dodatkowego wyposażenia np. wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.
- elektryczne sterowanie przy pomocy panelu sterowania dla personelu: wysokość leża w zakresie od 44-84 cm; segment oparcia pleców – 0-70°; segment uda – 0-35°; pozycja Trendelenburga – 0-16°; pozycja anty-Trendelenburga – 0-16°; pozycja krzesła kardiologicznego osiągnięta jednym dedykowanym przyciskiem; pozycja CPR realizowana jednym przyciskiem lub mechanicznie;
- możliwość blokowania niektórych funkcji elektrycznej regulacji leża realizowana z panelu sterowania dla personelu,

- łatwa mechaniczna regulacja segmentu podudzia (mechanizm zapadkowy)
- zasilanie akumulatorowe.
- bariery boczne jednorodne (po dwie na każdą stronę łóżka), opuszczane niezależnie od siebie, poniżej leżą, przy pomocy jednej ręki, zabezpieczone siłownikiem, o wysokości 34 cm powyżej leżą,
- sterowanie funkcjami łóżka również w barierkach bocznych, zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu,
- 4 koła jezdne o średnicy 15 cm, z centralną i kierunkową blokadą,
- piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem,
- podstawa łóżka z osłonami wykonanymi z tworzywa sztucznego antystatycznego, ułatwiającego utrzymanie czystości,
- bezpieczne obciążenie robocze - 230 kg.
- elementy wyposażenia łóżka: uchwyty worków urologicznych po obu stronach łóżka; wieszak kroplówki malowany proszkowo; uchwyt na pościel; materac z pianki poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze; stolik/półka mocowany do ramy szczytu mogący służyć jako podpórka do pisania oraz miejsce na przedmioty np. dla lekarza.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego łóżka

6. ***Dotyczy Rozdziału II pkt.1*** Termin wykonania zamówienia, § 1 ust. 2 Projektu Umowy. Zwracamy się z prośbą o określenie terminu wykonania zamówienia przedmiotu umowy do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Określony przez Zamawiającego termin do 09 grudnia 2011 r. może okazać się nierealny, w przypadku ewentualnego przesunięcia terminu składania ofert, bądź odwołań. Należy wziąć pod uwagę, iż realizacja dostawy następuje nie wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy a więc termin ten może być niewystarczający. W przypadku niedotrzymania terminu Wykonawcy grozi wysoka kara, w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy roboczy dzień zwłoki. W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie naszej propozycji i zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia ponieważ na realizację zamówienia Zamawiający otrzymał dotację, którą musi rozliczyć w wyznaczonym terminie

7. ***Dotyczy Rozdziału I pkt.4*** Opis przedmiotu zamówienia, § 4 ust.3 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do max. 48 godzin w dni robocze (tj. dni liczone od pn.- pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do max. 48 godzin w dni robocze

8. ***Dotyczy Pakiet IV pkt.4, Załącznik nr 3*** Zestawienie Parametrów Technicznych Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie dni roboczych w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy gwarancyjnej.

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie dni roboczych w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy gwarancyjnej

9. ***Dotyczy § 4 ust. 3 Projektu Umowy*** - Prosimy o uwzględnienie dni roboczych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie usunięcia usterki.

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie dni roboczych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie usunięcia usterki

10. ***Dotyczy § 4 ust. 4 Projektu Umowy*** - Zwracamy się z prośbą o naniesienie drobnej zmiany w/w punkcie według następującego brzmienia: „Gdyby jednak sytuacja wadliwego działania tego samego podzespołu sprzętu powtórzyła się więcej niż dwa razy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy podzespół sprzętu na nowy”.

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust. 4 Projektu Umowy

11. ***Dotyczy § 5 ust. 2, 3 Projektu Umowy*** - Zwracamy się z prośbą o obniżenie następujących kar umownych:

- w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy roboczy dzień zwłoki,
- w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy – w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia brutto przedmiotu zamówienia.
- w przypadku zwłoki w usunięciu usterek gwarantujących prawidłową obsługę – w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 5 ust. 2, 3 Projektu Umowy

12. ***Dotyczy § 5 Projektu Umowy*** - Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, zwracamy się z prośbą o obciążenie karą także Zamawiającego, (w wysokości przewidzianej jak dla Wykonawcy) za odstąpienie od umowy przez Stronę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 Projektu Umowy

Pytania dot. Pakiet II - Łóżko specjalistyczne wraz z wyposażeniem przeznaczone dla Oddziału Chirurgicznego zasilane elektrycznie – 1 sztuka:

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko, które po przedłużeniu ma długość 2361mm, co nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpłynie na walory użytkowe łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, które po przedłużeniu ma długość 2361mm.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko oparte na kolumnach o podstawie prostokąta, co znacznie zwiększa stabilność i wytrzymałość łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko oparte na kolumnach o podstawie prostokąta

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia pleców przeziernym dla promieni RTG i pozycjonerem kasety RTG i współpracą z ramieniem C tylko w tym obszarze?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia pleców przeziernym dla promieni RTG i pozycjonerem kasety RTG i współpracą z ramieniem C tylko w tym obszarze

16. Dotyczy Pakietu III – Łóżo specjalistyczne wraz z wyposażeniem, zasilane elektrycznie – 1 szt. – Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 2230 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 2230 mm

Prosimy o zaznaczenie, poprzez pogrubiony druk, wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi, łóżek specjalistycznych wraz z wyposażeniem i stołu zabiegowego wraz z wyposażeniem (BZP nr ogłoszenia: 342744 z dnia 19.10.2011)

Pytania dot. Pakiet II - Łóżko specjalistyczne wraz z wyposażeniem przeznaczone dla Oddziału Chirurgicznego zasilane elektrycznie – 1 sztuka:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, które po przedłużeniu ma długość 2361mm, co nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpłynie na walory użytkowe łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, które po przedłużeniu ma długość 2361mm.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko oparte na kolumnach o podstawie prostokąta, co znacznie zwiększa stabilność i wytrzymałość łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko oparte na kolumnach o podstawie prostokąta

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia pleców przemiernym dla promieni RTG i pozycjonerem kasety RTG i współpracą z ramieniem C tylko w tym obszarze?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia pleców przemiernym dla promieni RTG i pozycjonerem kasety RTG i współpracą z ramieniem C tylko w tym obszarze

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości minimalnej 43 cm co nie wpłynie na funkcjonalność łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko o wysokości minimalnej 43 cm.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadą funkcji elektrycznych segmentu nożnego, części pleców i regulacji wysokości? Podczas blokady regulacji wysokości blokowana jest również funkcja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z blokadą funkcji elektrycznych segmentu nożnego, części pleców i regulacji wysokości

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w funkcję mobilizacyjną, pozwalającą i ułatwiającą pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez uchwyty wbudowane w barierki boczne jak i sterowanie elektryczne przy tych uchwytach, aby umożliwić obsłudze jak i pacjentowi aktywną mobilizację przy pomocy łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w funkcję mobilizacyjną, pozwalającą i ułatwiającą pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez uchwyty wbudowane w barierki boczne jak i sterowanie elektryczne przy tych uchwytach, aby umożliwić obsłudze jak i pacjentowi aktywną mobilizację przy pomocy łóżka

7. Czy w związku z wymogiem zaoferowaniem łóżka specjalistycznego dla pacjentów wysoce zależnych, Zamawiający wymaga, aby łóżko wyposażone było w elektryczną regulację segmentu podudzia, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia urazów personelu medycznego podczas podnoszenia segmentu nóg bezwładnego pacjenta?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby łóżko wyposażone było w elektryczną regulację segmentu podudzia, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia urazów personelu medycznego podczas podnoszenia segmentu nóg bezwładnego pacjenta

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko uzyskujące najwyższą wysokość wraz z wypoziomowaniem leża za pomocą dwóch przycisków uzyskiwanych z poziomu zarówno panelu centralnego umieszczonego w barierkach, jak i z panelu sterowania od strony nóg, a nie z panelu nożnego?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko uzyskujące najwyższą wysokość wraz z wypoziomowaniem leża za pomocą dwóch przycisków uzyskiwanych z poziomu zarówno panelu centralnego umieszczonego w barierkach, jak i z panelu sterowania od strony nóg, a nie z panelu nożnego

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z akumulatorem, które pokazuje stan jego naładowania jak i to czy jest on sprawny czy nie, ale bez informacji o jego żywotności i terminie wymiany?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z akumulatorem, które pokazuje stan jego naładowania jak i to czy jest on sprawny czy nie, ale bez informacji o jego żywotności i terminie wymiany

10. Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka do intensywnej terapii wyposażonego w akumulator, Zamawiający wymaga rozwiązania opartego o dwa akumulatory tj. jeden wyłącznie dla zapewnienia działania funkcji szokowej, a drugi dla pozostałych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego funkcje elektryczne wyłączają się po 30 sekundach zarówno na panelu wbudowanym w barierki jak i w panelu na pilocie od strony nóg?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, którego funkcje elektryczne wyłączają się po 30 sekundach zarówno na panelu wbudowanym w barierki jak i w panelu na pilocie od strony nóg

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku STOP, charakterystycznego tylko dla jednego producenta łóżek?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko bez przycisku STOP, charakterystycznego tylko dla jednego producenta łóżek

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym 220 kg, co nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym 220 kg.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi podwójnymi, dzielonymi, nie wspomaganymi sprężynami gazowymi, poruszającymi się wraz z segmentami leża, z możliwością zablokowania na trzech wysokościach, zgodnymi z obowiązującą normą EN 60601-2-52 dotyczącą bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 30.12.2011

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia ponieważ na realizację zamówienia Zamawiający otrzymał dotację, którą musi rozliczyć w wyznaczonym terminie

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych za nieterminową dostawę do 0,5% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu zamówienia?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych za nieterminową dostawę

Pytania dot. Pakiet III - Łóżko specjalistyczne wraz z wyposażeniem, zasilane elektrycznie – 1 sztuka:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z akumulatorem, które pokazuje stan jego naładowania jak i to czy jest on sprawny czy nie, ale bez informacji o jego żywotności i terminie wymiany?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z akumulatorem, które pokazuje stan jego naładowania jak i to czy jest on sprawny czy nie, ale bez informacji o jego żywotności i terminie wymiany

2. Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka do intensywnej terapii wyposażonego w akumulator, Zamawiający wymaga rozwiązania opartego o dwa akumulatory tj. jeden wyłącznie dla zapewnienia działania funkcji szokowej, a drugi dla pozostałych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko oparte na kolumnach teleskopowych, zabezpieczonych przed wnikaniem cieczy, o podstawie prostokąta, co znacznie zwiększa stabilność i wytrzymałość łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza dopuści łóżko oparte na kolumnach teleskopowych, zabezpieczonych przed wnikaniem cieczy, o podstawie prostokąta, co znacznie zwiększa stabilność i wytrzymałość łóżka

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości minimalnej 43 cm co nie wpłynie na funkcjonalność łóżka?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko o wysokości minimalnej 43 cm

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu nożnego o 35 stopni?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu nożnego o 35 stopni

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko uzyskujące najwyższą wysokość wraz z wypoziomowaniem leża za pomocą dwóch przycisków uzyskiwanych z poziomu zarówno panelu centralnego umieszczonego w barierkach jak i z panelu sterowania od strony nóg?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadą funkcji elektrycznych segmentu nożnego, części pleców i regulacji wysokości? Podczas blokady regulacji wysokości blokowana jest również funkcja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko z blokadą funkcji elektrycznych segmentu nożnego, części pleców i regulacji wysokości

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego funkcje elektryczne wyłączają się po 30 sekundach zarówno na panelu wbudowanym w barierki jak i w panelu na pilocie od strony nóg?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko, którego funkcje elektryczne wyłączają się po 30 sekundach zarówno na panelu wbudowanym w barierki jak i w panelu na pilocie od strony nóg

9. Czy w związku z wymogiem zaoferowaniem łóżka specjalistycznego dla pacjentów wysoce zależnych, Zamawiający wymaga, aby łóżko wyposażone było w elektryczną regulację segmentu podudzia, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia urazów personelu medycznego podczas podnoszenia segmentu nóg bezwładnego pacjenta?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza aby łóżko wyposażone było w elektryczną regulację segmentu podudzia, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia urazów personelu medycznego podczas podnoszenia segmentu nóg bezwładnego pacjenta

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku STOP, charakterystycznego tylko dla jednego producenta łóżek?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza dopuści łóżko bez przycisku STOP, charakterystycznego tylko dla jednego producenta łóżek

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym 220 kg, co nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym 220 kg

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi podwójnymi, dzielonymi, nie wspomaganyymi sprężynami gazowymi, poruszającymi się wraz z segmentami leża, z możliwością zablokowania na trzech wysokościach, zgodnymi z obowiązującą normą EN 60601-2-52 dotyczącą bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 30.12.2011

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia ponieważ na realizację zamówienia Zamawiający otrzymał dotację, którą musi rozliczyć w wyznaczonym terminie

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych za nieterminową dostawę do 0,5% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu zamówienia?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych za nieterminową dostawę

Prosimy o zaznaczenie, poprzez pogrubiony druk, wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.