

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stołu zabiegowego wraz z wyposażeniem (BZP nr ogłoszenia: 360540 – 2011 z dnia 02.11.2011)

Odpowiadamy na pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 grudnia 2011r. lub inny stosownie dłuższy termin?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia ponieważ na realizację zamówienia Zamawiający otrzymał dotację, którą musi rozliczyć w wyznaczonym terminie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie stawki kar umownych za opóźnienie w dostawie z 1% na 0,2% lub inną stosowną stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Dotyczy Stołu zabiegowego

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, którego blat składa się z 4 segmentów: podglówka, segmentu oparcia pleców, segmentu siedziska i segmentu podnóżków niedzielonych? **Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie od 605 do 1005 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w blaty pokryte beższwowymi przeciwdoleżynowymi, viscoelastycznymi materacami w pokrowcu z domieszką lycry zgrzewanymi techniką ultradźwięków, mocowane na rzepy wyłącznie w kolorze czarnym?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości leża za pomocą ręcznego sterownika elektrycznego – przewodowego pilota?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy w którym nie ma możliwości samodzielnej regulacji segmentu siedziska?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektryczną regulacją oparcia pleców realizowaną z pilota?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym 160 kg

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy na podstawie jezdnej, wyposażonej w 4 podwójne koła w tworzywowej obudowie z niebrudzącym podłoża bieżnikiem, centralnie blokowane przy pomocy dwóch ram nożnych umieszczonych obustronnie wzdłuż jego podstawy oraz piąte koło kierunkowe ułatwiające pokonywanie wzniesień i nierówności terenu?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym segment podgłówek regulowany jest mechanicznie a jego dodatni parametr regulacji wynosi $+30^{\circ}$?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja nie dzielnego podnóżka odbywa się mechanicznie od 0 do -90° ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez uchwytu rolki papieru?

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga uchwyt rolki papieru.

14. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania stół operacyjny z możliwością wyposażenia go w odedmowane bariery boczne i uchwyty do pchania, które w zależności od potrzeb pozwalają na wykorzystanie stołu jako wysokiej jakości wózka do transportu pacjentów?

Odpowiadamy: Zamawiający w SIWZ nie określił takiego parametru

15. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania stół operacyjny, którego wyprofilowana podstawa przeznaczona jest na przechowywanie dodatkowego sprzętu medycznego oraz rzeczy osobistych pacjenta?

Odpowiadamy: Zamawiający w SIWZ nie określił takiego parametru

16. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w euro listwy do mocowania dodatkowe wyposażenia?

Prosimy o zaznaczenie, poprzez pogrubiony druk, wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

WSZ.XIII.2511/230/8/11

Data: 07.11.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stołu zabiegowego wraz z wyposażeniem (BZP nr ogłoszenia: 360540 – 2011 z dnia 02.11.2011)

Odpowiadamy na pytania:

Dotyczy: SIWZ Rozdział I

Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 24 godz. na 2 dni robocze?

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na 2 dni robocze.

Pytanie 2 – Z uwagi na mało precyzyjny zapis pkt 17 uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający chce aby Katalogi wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów dołączyć do oferty czy przekazać wraz z dostawą przedmiotu zamówienia?

Odpowiadamy: Tak, katalogi wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów należy dołączyć do oferty.

Dotyczy: SIWZ Rozdział II

Pytanie 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 1 z „zamówienie należy zrealizować do 09 grudnia 2011 r.” na zapis: „zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od daty podpisania umowy?”

Odpowiadamy: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt 1 ponieważ na realizację zamówienia Zamawiający otrzymał dotację, którą musi rozliczyć w wyznaczonym terminie.*

Dotyczy: Załącznik nr 6 - wzór umowy

Pytanie 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego z 1% na 0,3% wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy roboczy dzień zwłoki?

Odpowiadamy: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.*

Pytanie 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zdania 2 pkt 2 § 5 wzoru umowy z „A w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia brutto określonej w § 2 na zapis: „Jeżeli wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy powyżej 14 dni Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 2”?

Odpowiadamy: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.*

Pytanie 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,3% wartości brutto, o której mowa w § 2 za każdy roboczy dzień zwłoki w usunięciu usterek gwarantujących prawidłową obsługę zgodnie z § 4 ust. 3 w przypadku nie zapewnienia sprzętu zastępczego?

Odpowiadamy: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.*

Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ

Pytanie 7 - Ad. Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści elektryczne sterowanie regulacji oparcia i siedziska?

Odpowiadamy: *Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.*

Pytanie 8 - Ad. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści regulację podglówka w zakresie -12° do +61°?

Odpowiadamy: *Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.*

Pytanie 9 - Ad. Pkt. 11 i 12. W związku z zaprzeczającymi sobie punktami 11 i 12 odnośnie regulacji segmentu nóg zwracamy się z prośbą o uściślenie zapisu. Jeśli Zamawiający wymaga dzielonego podnóżka to prosimy o wykreślenie punktu 12 z opisu przedmiotu zamówienia, natomiast jeśli Zamawiający akceptuje niedzielony segment nóg z regulacją od 0° do 80° prosimy o wykreślenie punktu 11.

Odpowiadamy: *Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 3 pkt. A-11 wystąpił błąd pisarski.*

Jest napisane - Podnóżek dzielony, z regulacją kąta pochylenia w zakresie min. -50° do +20° ze wspomaganie sprężyną gazową.

A powinno być – *Regulacja podglówka niedzielonego w zakresie min. -20° do +40° ze wspomaganie sprężyną gazową.*

Za powstały błąd serdecznie przepraszamy.

Pytanie 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 5 części C. Gwarancji-serwis gwarancyjny - serwis pogwarancyjny tabeli z: „Aparat zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni” na zapis: „Aparat zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 5 dni

roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 10 dni roboczych”?

Odpowiadamy: *Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt 5 części C*

Pytanie 11 – Czy Zamawiający nie popełnił omyłki we wzorze Załącznika nr 4 do SIWZ wpisując pod tabelą: „Całkowita wartość netto w Pakiecie IV wynosi.....” i „Całkowita wartość brutto w Pakiecie IV wynosi.....”. Jeśli tak to prosimy o wykreślenie słów: Pakiecie IV.

Odpowiadamy: Zamawiający informuje, że nastąpił błąd pisarski w Załączniku nr 4. Należy wykreślić słowa: **w Pakiecie IV**.

Za powstały błąd serdecznie przepraszamy.

Prosimy o zaznaczenie, poprzez pogrubiony druk, wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

WSZ.XIII.2511/230/10/11

Data: 07.11.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stołu zabiegowego wraz z wyposażeniem (BZP nr ogłoszenia: 360540 – 2011 z dnia 02.11.2011)

Odpowiadamy na pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje dobrej jakości stół zabiegowy z maksymalnym udźwigiem 150 kg?

Odpowiadamy: *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jakości stołu zabiegowego z maksymalnym udźwigiem 150 kg*

2. Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert do godziny 9:00, co pozwoli na dostarczenie oferty przetargowej przez firmę kurierską.

Odpowiadamy: *Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.*

Prosimy o zaznaczenie, poprzez pogrubiony druk, wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.