

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych - BZP 402462 - 2011**Pytania zadane przez firmy:**

1. **Dot. Pakietu X, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew **w kolorze czarnym z podwójną igłą, typu odwrotnie tnąca szpatuła, o długości 13,07mm** (zamiast 13,00mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?
2. **Dot. Pakietu X, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew **z podwójną igłą typu odwrotnie tnąca szpatuła, o długości 11,04mm** (zamiast 11,00mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?
3. **Dot. Pakietu X, poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew **z podwójną igłą typu szpatuła**, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?
4. **Dot. Pakietu XI, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew o grubości nitki 10/0 (zamiast 9/0) **z 1 igłą o długości 4,22mm (zamiast 4,5mm), krzywiznie 1/2 koła (zamiast 3/8 koła) + 1 igłą prostą o długości 16,00mm**, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?
5. **Dot. § 2 ust 3 projektu umowy** – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 48 do 72 godzin od chwili złożenia zamówienia.
6. **Dot. projektu umowy** – Mając na uwadze art. 144 ust. 1 Pzp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do projektu umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny jednostkowej brutto przy zachowaniu ceny jednostkowej netto w momencie zmiany stawki VAT.
7. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy fakt świadczenia, dla Wykonawcy usług transportowych przez wyspecjalizowane firmy celem dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako podwykonawstwo?
8. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 3 oraz 12 dopuści igłę o długości 25mm lub 27mm zamiast 26mm?
9. Czy Zamawiający w **Pakiecie I poz. 7, 10 oraz 19** dopuści igłę o długości 38mm zamiast 37mm?
10. Czy Zamawiający w **Pakiecie I poz. 10 oraz 19** dopuści igłę o długości 35mm zamiast 37mm?
11. Czy Zamawiający w **Pakiecie I poz. 17, 25 oraz 26** dopuści igłę o długości 50mm zamiast 48mm?
12. Czy Zamawiający w **Pakiecie I poz. 25 oraz 26** dopuści igłę o długości 90cm zamiast 75cm?
13. Zamawiający w **Pakiecie I** wymaga zaoferowania materiału szewnego o sile podtrzymywania tkankowego 80% po 14 dniach. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie I szwów zachowujących siłę podtrzymywania tkankowego na poziomie 75-80% po 2 tygodniach, po 3 tygodniach zachowujących zdolność podtrzymywania na poziomie 50%.
14. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż do złożonej oferty Zamawiający wymaga dołączenia próbek wymienionych przy danym pakiecie w załączniku nr 2 oraz, iż Wykonawcy nie są

zobowiązani do dołączenia próbek innych niż wymienione w załączniku nr 2.

15. **Dotyczy Pakietu I** – Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli (glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane mieszanką poli (glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach 25%)?
16. **Dotyczy Pakietu I poz. 15** – Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem (przypstrzoną), przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?
17. **Dotyczy Pakietu II** – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici syntetycznych, niewchłaniających, monofilamentowych, nylonowych (poliamidowych)?
18. **Dotyczy Pakietu IV** – Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy monofilamentowe polipropylenowe, niewchłaniające, bez dodatku polietylenu?
19. **Dotyczy Pakietu V** – Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z polidiksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% (w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-60% pierwotnej siły (w zależności od rozmiaru nici) w 57 dniu ok. 40% pierwotnej siły?
20. **Dotyczy Pakietu IX** – Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-90 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 80% pierwotnej siły po 21 dniach ok. 50% pierwotnej siły, po 28 dniach ok. 20% pierwotnej siły?
21. **Dotyczy Pakietu X poz. 1** – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici barwionej przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?
22. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie XXI** powleczenie silikonem?
23. Czy w **Pakiecie XX** Zamawiający miał na myśli w rodzaju igły iż ma to być igła odwrotnie tnąca lub trokarowi?
24. Czy Zamawiający w **Pakiecie IX** wymaga by szew poliglikolowy był powlekany poliglikonamem lub glikonatem?
25. **Dotyczy Pakietu II** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów niewchłaniających syntetycznych monofilamentowych poliamidowych?
26. **Dotyczy Pakietu II poz. 1 i 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm lub 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?
27. **Dotyczy Pakietu IX poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez określenia „masywna” z nitką o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?
28. **Dotyczy Pakietu XX poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła odwrotnie tnąca o długości 57mm?

29. Czy w **Pakiecie X poz. 2** Zamawiający dopuści nić 6/0 z igłą typu szpatułka z mikroostrzem lub igłę odwrotnie tnącą, pozostałe wymagania bez zmian?
30. Czy w **Pakiecie X poz. 1** Zamawiający dopuści 4/0 czarną, przy równoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań lub wydzieli tę pozycję do odrębnego zadania?
31. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie I nić charakteryzującą się zdolnością podtrzymywania po 14 dniach 75%, pozostałe parametry bez zmian?
32. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie I pozycjach 2 i 5** nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?
33. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie I pozycjach 4, 9, 18, 22** igłę o długości 31mm, pozostałe parametry bez zmian?
34. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie I pozycji 7** igłę o długości 36mm oraz nić o długości 70cm i grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?
35. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie I pozycjach 8 i 16** igłę o długości 26mm oraz nić o długości 70cm pozostałe parametry bez zmian?
36. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie I pozycji 17, 23, 25, 26** igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?
37. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie I pozycjach 10, 19** igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?
38. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 12 pozycji 3** dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
39. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 12 pozycji 4** nić o długości 12x45cm, pozostałe parametry bez zmian?
40. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 14 pozycjach 1, 8, 11, 14** nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?
41. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 16 pozycjach 4, 5** igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?
42. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 17 pozycjach 1 i 8** igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?
43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie XVII poz. 2** nici o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie XVII poz. 3** igły o długości 45 mm nici o długości 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie XVII poz. 3** nici o długości 100 cm nici bez pętli przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie XVII poz. 4** igły o długości 50 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie XVII poz. 5** igły o długości 50 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie XVII poz. 5** igły o długości 50 mm nici o długości 100cm bez pętli przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie XVII poz. 8** igły o długości 35 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie XVII poz. 9** igły o krzywiznie ½ koła przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie XVII poz. 12, 14, 15** igły plastikowej bez dwuwkłęskiego ostrza przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie XVII poz. 16** igły o długości 6,2 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie XVII poz. 1-16** szwu o zmniejszonej hydrofilności nie pakowanego na mokro przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiadamy:

1. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
2. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
3. Zamawiający dopuści w Pakiecie X poz. 3 szew z **podwójną igłą typu szpatuła**, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu.
4. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
5. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
6. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
7. Świadczenia, dla Wykonawcy usług transportowych przez wyspecjalizowane firmy celem dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiający nie traktuje jako podwykonawstwo.
8. Zamawiający w Pakiecie I poz. 3 oraz 12 dopuści igłę o długości 25mm lub 27mm zamiast 26mm.
9. Zamawiający w Pakiecie I poz. 7, 10 oraz 19 dopuści igłę o długości 38mm zamiast 37mm.
10. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
11. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
12. W Pakiecie I poz. 25 Zamawiający nie dopuszcza igły o długości 90cm a w poz. 26 Zamawiający wnioskuje o taką nitkę.
13. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
14. Zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ.
15. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
16. W Pakiecie I poz. 15 Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem (przypstrzoną), przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego.
17. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
18. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
19. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
20. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

21. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
22. Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie XXI powleczenie silikonem.
23. Zamawiający wymaga igły trokarowej - o mocnym zakończeniu tnącym (trójkątny przekrój z trójkątnym czubkiem wewnątrz krzywizny igły), która przechodzi w silny zaokrąglony trzon.
24. Zamawiający w Pakiecie IX wymaga aby szew był powlekany poliglikonamem lub glikonatem.
25. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
26. Zamawiający w Pakiecie II poz. 1 i 2 dopuści długość igły 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu.
27. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
28. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
29. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
30. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
31. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
32. Zamawiający dopuści w Pakiecie I pozycjach 2 i 5 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian.
33. Zamawiający dopuści w Pakiecie I pozycjach 4, 9, 18, 22 igłę o długości 31mm, pozostałe parametry bez zmian.
34. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
35. Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie I pozycjach 8 i 16 igłę o długości 26mm oraz nić o długości 70cm pozostałe parametry bez zmian.
36. Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie I pozycji 17, 23, 25, 26 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian.
37. Zamawiający dopuści w Pakiecie I pozycjach 10, 19 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian.
38. Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 pozycji 3 dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian.
39. Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 pozycji 4 nić o długości 12x45cm, pozostałe parametry bez zmian.
40. Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 pozycjach 1, 8, 11, 14 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian.
41. Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie 16 pozycjach 4, 5 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian.
42. Tak, Zamawiający dopuści w Pakiecie 17 pozycjach 1 i 8 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian.
43. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII poz. 2 nici o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.
44. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
45. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

46. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII poz. 4 igły o długości 50 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.
47. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII poz. 5 igły o długości 50 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.
48. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
49. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII poz. 8 igły o długości 35 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.
50. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
51. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
52. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII poz. 16 igły o długości 6,2 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.
53. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.