

Znak: WSZ.XIII. 2511/ 223/8/11.

Data: 03.01.2012r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, histopatologicznych, podłoży bakteriologicznych oraz testów narkotycznych.

Pytania zadane przez jedną z firm:

1. Pakiet XV Czy Zamawiający w pakiecie XV poz. 2 wymaga testu do wykrywania przeciwciał w surowicy czy antygeny w kale?

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga testu do wykrywania przeciwciał w surowicy.

2. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust.2 na: „Dostawy będą realizowane po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym lub faxem maksymalnie w ciągu **5 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia” ?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy i podtrzymuje zapis SIWZ.

3. Pakiet VIII Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści opakowanie a. 20 szt?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza opakowań po 20 sztuk.

4. Pakiet VIII Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści podłoże płynne w próbówce o terminie ważności minimum 3 m-ce?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza podłoże płynne w próbówce o terminie ważności minimum 3 m-ce.

5. Pakiet XV Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści test immunochromatograficzny kasetkowy?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza test immunochromatograficzny kasetkowy.

6. Pakiet IV Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie acetonu i ksyleny w opakowaniach 5 l. ?

Odpowiadamy : Zamawiający nie wyraża zgody aby aceton i ksylen był w opakowaniach 5 litrowych, lecz w 1 litrowych.

7. Pakiet IV Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem.

8. Pakiet V Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem..

9. Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto danego pakietu opóźnionej lub niewykonanej dostawy, za każdy dzień zwłoki, z tym, że kara ta nie może przekraczać 10% wartości brutto danego pakietu ?

Odpowiadamy : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy i podtrzymuje zapis SIWZ.

Wszelkie dopuszczone zmiany przez Zamawiającego prosimy zaznaczyć pogrubionym drukiem w formularzu cenowym.