

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

WSZ.XIII.2511/280/2/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH

ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice.

tel. fax. /046/ 834-08-21

www.wsz-skier.pl/dzp

Skierniewice 06.12.2010r

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę:

Tomografu komputerowego szesnastowarstwowego wraz z montażem

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

załącznik nr 1: Formularz ofertowy *Wykonawcy* w trybie przetargu nieograniczonego

załącznik nr 2: Formularz cenowy

załącznik nr 3: Zestawienie parametrów

załącznik nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

załącznik nr 5: Oświadczenie *Wykonawcy* o spełnianiu warunków technicznych

załącznik nr 6: Wykaz zrealizowanych dostaw

załącznik nr 7: Wzór umowy

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Rozdział I

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa tomografu komputerowego szesnastowarstwowego wraz z montażem** szczegółowo opisanego w **załączniku nr 3**.
2. Zaoferowany przez *Wykonawcę* tomograf komputerowy szesnastowarstwowy musi być fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku.
3. Wszystkie pozostałe elementy zestawu muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2011 roku.
4. Cena za aparat musi być skalkulowana wraz z kosztami transportu, rozładunku, montażem, uruchomieniem aparatu oraz integracją z posiadanym przez *Zamawiającego* systemem RIS/PACS. Zakres prac związanych z integracją został ujęty w Załączniku nr 3 pkt A4. Wysokospecjalistyczny fabrycznie nowy tomograf komputerowy szesnastowarstwowy musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku. *Wykonawca* bezpłatnie przeszkoli personel medyczny (lekarzy i techników rtg) w zakresie obsługi tomografu komputerowego. Szkolenie trwało będzie co najmniej 14 dni roboczych (po 5 godzin dziennie) w Pracowni Tomografii Komputerowej w Skierniewicach.
5. Dostarczony tomograf komputerowy szesnastowarstwowy zostanie zainstalowany pod nadzorem specjalistów serwisu *Wykonawcy*.
6. *Wykonawca* dokona montażu, uruchomienia aparatu, integracji z posiadanym systemem RIS/PACS we wskazanym pomieszczeniu o pow. 32m² zapewniającym pracę bez ograniczeń.
7. *Wykonawca* zapewni pełną integrację z posiadanym systemem RIS/PACS firmy UHC Sp. z o.o. w szczególności w zakresie list roboczych, przesyłanych wyników badań do archiwum PACS, archiwizowania opisów badań wraz z wynikami:
 - zainstalowanie systemu RIS/PACS na wskazanym serwerze
 - integracja z oferowanym aparatem wraz z Work-listą
 - readresacja posiadanej sieci RIS/PACS.
8. Okres pełnej gwarancji tomografu komputerowego liczony będzie od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania w pracowni tomografii komputerowej w tym okresie gwarancji lampy rtg (bez limitu skanów) ≥ 36 miesięcy (lub zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. L 1).
9. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielanej przez *Wykonawcę* gwarancji, *Zamawiający* będzie uprawniony do wykonywania z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

10. Wykonawca zapewni ilość bezpłatnych przeglądów aparatu TK w okresie gwarancji ≥ 3 / rok i ostatni na zakończenie gwarancji.
11. Wykonawca zapewni wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych.
12. Wykonawca zapewni czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatu TK ≤ 48 godzin.
13. Wykonawca zapewni czas trwania naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego wydłuża się okres gwarancji o czas przestoju max. 5 dni.
14. Wykonawca przystąpi do naprawy w okresie pogwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatu TK ≤ 48 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
15. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych w okresie minimum 8 lat.
16. Wykonawca dokona wymiany urządzenia na nowe jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona trzech napraw tego samego istotnego podzespołu, a aparat nadal będzie wskazywał wadę.
17. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.
18. Tomograf komputerowy szesnastowarstwowy musi spełniać warunki i parametry przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
19. Wykonawca dołączy do oferty dokumentację producenta dotyczącą zaleceń instalacyjnych.
20. Wykonawca zobowiązany jest do opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniem producenta oraz opisu właściwości, zasad użytkowania.
21. Tomograf komputerowy szesnastowarstwowy wymieniony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 musi posiadać wymagane przez polskie prawo atesty, zezwolenia i certyfikaty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.
22. Wykonawca dołączy instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu 1 kpl. wraz z dostawą w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym.
23. Wykonawca dołączy dokumentację techniczną potwierdzającą wymagane i oceniane parametry techniczne.
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

-
25. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 26. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania aparatu, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie.
 27. Projekt umowy stanowiący **załącznik nr 7** do SIWZ jest integralną częścią niniejszej specyfikacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
 28. Przekazanie urządzenia nastąpi podpisaniem protokołu przekazania do użytkowania, sporządzonym z udziałem obu stron.

Rozdział II

Termin wykonania zamówienia

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do **31.03.2011r.**
2. Wykonawca dokona montażu, uruchomienia aparatu, integracji z posiadany systemem RIS/PACS oraz przeszkoleniem personelu medycznego (lekarzy i techników rtg) w zakresie obsługi tomografu komputerowego.

Rozdział III

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 - 1) **Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**
 - 1.1 **Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku** – Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty aktualne dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 17.06.2010).
 - 2) **Posiadania wiedzy i doświadczenia.**
 - 2.2 **Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku** - Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, co najmniej dwie dostawy tomografu komputerowego do zakładu opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane – **załącznik nr 6**.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.1 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku - Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną osobę do przeprowadzenia szkolenia z obsługi i użytkowania tomografu komputerowego wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4.1 Zamawiający nie definiuje tego warunku przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.1 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku - Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasobach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty:

- a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - **załącznik nr 4**.
- b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

e) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

f) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) jest niezgodną z ustawą;
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

- 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie przeprowadzona na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych w ofertach przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymienionych w SIWZ.

Rozdział IV **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców załączy do formularza oferty następujące dokumenty:

1) Wykaz spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1:

- 1.1) Wykaz co najmniej dwóch dostaw tomografów komputerowych do zakładów opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane – **załącznik nr 6.**
- 1.2) Wykaz co najmniej jednej osoby do przeprowadzenia szkolenia z obsługi i użytkowania tomografu komputerowego wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.
- 1.3) Certyfikaty CE i świadectwa dla tomografu komputerowego:
 - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu
 - certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną
 - zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu tomografu.
- 1.4) Certyfikaty CE i świadectwa dla konsoli lekarskiej obejmujące dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnymi wymaganiami.
- 1.5) Certyfikaty i świadectwa dla pozostałych oferowanych produktów zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

1.6) Oświadczenie, że oferowany tomograf komputerowy spełnia wymagania SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowany tomograf komputerowy oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych – **załącznik nr 5**.

2) Wykaz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1:

2.1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w art.24 ust 1 i 2 - **załącznik nr 4**.

2.2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2.3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

2.6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Formularz cenowy, złożony na druku stanowiącym - **załącznik nr 2** do SIWZ.
3. Jeżeli *Wykonawca* wykazując spełnienie warunku, o których mowa wyżej polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) *Zamawiający* uzna, że *Wykonawca* spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione przez całe konsorcjum, – co oznacza, że nie każdy członek konsorcjum musi spełniać wszystkie warunki udziału w przetargu.
5. Jeżeli *Wykonawca* ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać *Zamawiający* od *Wykonawcy* (Dz. U. z 2009r., Nr 226 poz. 1817).
6. **Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej**
 - 1) *Wykonawcy* mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 - 2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale IV ust 1 pkt 2 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
7. **Postanowienia dotyczące składanych dokumentów**
 - 1) Wyżej wymienione dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 - 2) W przypadku *Wykonawców* wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio *Wykonawcy* lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez *Wykonawcę* lub te podmioty.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

-
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. **Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:**
- 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
- 2) Dokumenty wymienione w Rozdziale III i IV.
9. **Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:**
- 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie dowolnej części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca musi podać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 2) Brak wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom będzie rozumiany jak oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie bez podwykonawców i skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.
10. Wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Rozdział V **Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: **Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice. Dział Zamówień Publicznych pok. nr 19.**
2. W celu usprawnienia postępowania prosimy o przesłanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i zapytań na nr. **tel/fax /46/ 834-08-21** pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie – przesłania własnoręcznie podpisanego.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, *Zamawiający* może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami *Zamawiający* przekaze *Wykonawcom*, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wsz-skier.pl/dzp
7. *Zamawiający* nie przewiduje zorganizowania zebrania z *Wykonawcami*.
8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do *Zamawiającego* zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
9. W uzasadnionych przypadkach *Zamawiający* może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Dokonane zmiany przekazane zostaną niezwłocznie wszystkim *Wykonawcom*, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wsz-skier.pl/dzp
11. Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu *Zamawiający* przekaze Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne zgodnie z art. 12a ust. 1.
12. Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu *Zamawiający* zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.wsz-skier.pl/dzp oraz przekaze informację wszystkim *Wykonawcom*, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, *Zamawiający* przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym *Wykonawców* którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

www.wsz-skier.pl/dzp

14. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- **mgr inż. Jerzy Urbanek** – tel./46/ 834-08-52 w sprawach proceduralnych w godz. od 8⁰⁰ do 14³⁰
 - **lek. med. Stanisław Gołębiowski** - tel./46/ 834-08-54 w sprawach proceduralnych w godz. od 8⁰⁰ do 14³⁰
 - **mgr Małgorzata Walkowska-Walkiewicz** – tel./fax /46/ 834-07-57 w sprawach merytorycznych w godz. od 8⁰⁰ do 14³⁰
15. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Rozdział VI

Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **67 300,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm). Dokumenty należy złożyć w kasie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego **Kredyt Bank S.A. Skierniewice 54 1500 1689 1216 8002 4822 0000** z dopiskiem „**Wadium w przetargu nieograniczonym – Dostawa tomografu komputerowego szesnastowarstwowego wraz z montażem WSZ.XIII.2511/280/2010**”
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

OŚ priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w **odrębnej kopercie** oznaczonej „Wadium w przetargu nieograniczonym - Dostawa tomografu komputerowego szesnastowarstwowego wraz z montażem WSZ.XIII.2511/280/2010” do pok. nr 19 przed upływem terminu składania ofert. **Dokument nie może być trwale spięty z ofertą.**
7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
8. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawarte w art. 45 i 46.

W przypadku wpłaty wadium w formie pieniężnej prosimy podać nazwę i nr. konta na które zostanie zwrócone wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a oraz 5.

Rozdział VII

Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Rozdział VIII

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- 4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
- 5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
- 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
- 8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna - w przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- 1) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
- 2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty
- 3) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

wykonanie zobowiązań

- 5) W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętych dwóch kopertach.
- 2) Koperty/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres: **Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, Dział Zamówień Publicznych – pok. nr 19**
- 3) Oznakowane następująco: **Nazwa i adres Wykonawcy** (ewentualnie pieczęć)

„Oferta w przetargu nieograniczonym

Dostawa tomografu komputerowego szesnastowarstwowego wraz z montażem

WSZ.XIII.2511/280/2010”

Nie otwierać do dnia 18 stycznia 2011r. do godz. 09³⁰

- 4) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 5) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie pkt 3 ppkt. 3) z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
- 6) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział IX

Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w **Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 19 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach** przy **ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice** do dnia **18 stycznia 2011r. do godziny 09⁰⁰**.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Rozdział X

Miejsce i termin otwarcia ofert

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego w świetlicy szpitala **18 stycznia 2011r.** o godzinie **09³⁰**

Rozdział XI

Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca poda wartość netto w PLN i wartość brutto (z VAT).
2. Cena oferty powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe)
3. Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie dopuszcza innej formy zapłaty niż przelew.
5. Wartość brutto jest wartością oferty podlegającą ocenie.
6. Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą tylko w PLN.
7. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Rozdział XII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
 - wniesiono poprawnie wadium.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto oferty – C znaczenie – 60 %

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny – wskaźnik C

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

$$C = \frac{\text{Najniższa oferowana wartość brutto spośród zakwalifikowanych ofert}}{\text{Wartość badanej oferty brutto}} \times 100 \times 60\%$$

Parametr techniczny – U znaczenie – 40%

Ocena parametru technicznego będzie dokonywana według następujących zasad:

Parametr techniczny – wskaźnik U

$$U = \frac{\text{Liczba punktów przyznanych danej ofercie}}{\text{Najwyższa liczba punktów jaką Wykonawca mógł otrzymać}} \times 100 \times 40\%$$

Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie wymienione kryteria

Wartość brutto jest wartością oferty podlegającą ocenie.

Rozdział XIII **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione**
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty *Zamawiający* jednocześnie zawiadomi *Wykonawców* którzy złożyli oferty, o:
 - 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres *Wykonawcy*, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy *Wykonawców*, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) *Wykonawcach*, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 3) *Wykonawcach*, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 1 lub art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty *Zamawiający* zamieści informacje, o których mowa

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

w pkt 1 ppkt. 1 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.wsz-skier.pl/dzp

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Zamawiający* zawiadomi równocześnie wszystkich *Wykonawców*, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia *Zamawiający* na wniosek *Wykonawcy*, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
5. Jeżeli *Wykonawca*, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego *Zamawiający* może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.
6. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
7. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej *Wykonawców* wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego *Zamawiający* zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

Rozdział XIV

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Od *Wykonawcy*, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokość 5% ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

OŚ priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca przed podpisaniem umowy wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **Kredyt Bank S.A. Skierniewice 54 1500 1689 1216 8002 4822 0000**.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia jeżeli uzna, że zamówienie zostało należycie wykonane.

Rozdział XV

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

Rozdział XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawieranej umowy

1. W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Prawo zamówień publicznych, oraz skarga do sądu.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

OŚ priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Rozdział XVII

Oferty częściowe

1. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert.

Rozdział XVIII

Informacje o zawarciu umowy ramowej

1. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Rozdział XIX

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XX

Oferty wariantowe

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XXI

Aukcja elektroniczna

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

Rozdział XXII

Postanowienia końcowe

1. Zasady udostępniania dokumentów
 - a) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po upływie terminu ich składania w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

b) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
- Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,30 zł;
- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz Kodeks cywilny.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Załącznik nr 1

O F E R T A

z dnia.....

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Do:

Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach

ul. Rybickiego 1, 96 - 100 Skierniewice

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **dostawę tomografu komputerowego szesnastowarstwowego wraz z montażem:**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Poświadczam wniesienie wadium w wysokościzł, w formie:
4. Nazwa i nr konta, na które zostanie zwrócone wadium po zakończeniu przetargu
5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez *Zamawiającego*.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - (1)
 - (2)
 - (3)

Podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa /symbol /numer katalogowy</i>	<i>Ilość/szt</i>	<i>Cena jednostkowa netto w zł.</i>	<i>Wartość netto w zł.</i>	<i>VAT</i>	<i>Wartość brutto w zł.</i>	<i>Certyfikat/deklaracja zgodności CE</i>
<i>1</i>	<i>Tomograf komputerowy szesnastowarstwowy wraz z montażem</i>	<i>1</i>					

Całkowita wartość netto zamówienia *tomografu komputerowego szesnastowarstwowego wraz z montażem* wynosi:

słownie:.....

Całkowita wartość brutto (z VAT) zamówienia *tomografu komputerowego szesnastowarstwowego wraz z montażem* wynosi:

słownie:

Termin płatności wynosi ... dni od daty otrzymania faktury

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Załącznik nr 3

Zestawienie parametrów do opisu i oceny jakościowej przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy szesnastowarstwowy

Producent:

Typ aparatu:

Rok produkcji:

Lp.	Parametry graniczne i oceniane	Warunek	Parametry oferowane przez Wykonawcę	Skala oceny punktowej za parametry poddane ocenie	Wskazanie strony oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
A. Parametry ogólne					
1	Aparat wyprodukowany w 2011 roku, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondukcjonowany	Tak		Nie podlega ocenie	
2	Wszystkie pozostałe elementy zestawu fabrycznie nowe, rok produkcji 2011.	Tak		Nie podlega ocenie	
3	Aparat umożliwiający jednoczesne (w trakcie jednego obrotu układu lampa-detektor) uzyskiwanie min. 16 przylegających (nie nakładających się) warstw akwizycyjnych	Tak		Nie podlega ocenie	
4	Pełna integracja z posiadany systemem PACS/RIS firmy UHC Sp. z o.o w szczególności w zakresie list roboczych, przesyłanych wyników badań do archiwum PACS, archiwizowania opisów badań wraz z wynikami - zainstalowanie systemu RIS/PACS na wskazanym serwerze - integracja z oferowanym aparatem wraz z Work-listą - readresacja posiadanej sieci RIS/PACS	Tak		Nie podlega ocenie	
5	Certyfikaty CE i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu	Tak, załączyć do oferty oświadczenie		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

	tomografu - certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną - zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu tomografu	o posiadaniu certyfikatów i deklaracji			
6	Certyfikaty CE i świadectwa dla konsoli lekarskiej obejmujące dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnymi wymaganiami.	Tak, załączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu certyfikatów i deklaracji		Nie podlega ocenie	
7	Certyfikaty i świadectwa dla pozostałych oferowanych produktów zgodnie z aktualnymi wymaganiami.	Tak, załączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu certyfikatów i deklaracji		Nie podlega ocenie	
8	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu 1 kpl. wraz z dostawą w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym.	Tak		Nie podlega ocenie	
9	Przeszkolenie personelu medycznego (lekarzy i techników rtg) w zakresie obsługi tomografu komputerowego trwającej co najmniej 14 dni roboczych (po 5 godzin dziennie) w Pracowni Tomografii Komputerowej w Skierniewicach	Tak		Nie podlega ocenie	
10	Wykonanie testów akceptacyjnych dla oferowanego urządzenia.	Tak		Nie podlega ocenie	
11	Wymagana moc podłączeniowa [kVA]	Podać		Nie podlega ocenie	
12	Zakres temperatur pracy systemu	Podać		Nie podlega ocenie	
13	Zainstalowanie tablicy rozdzielczej	Tak		Nie podlega ocenie	
14	Montaż, uruchomienie aparatu, integracja z posiadanym systemem RIS/PACS we wskazanym pomieszczeniu o pow. 32m ² zapewniającym pracę bez ograniczeń	Tak		Nie podlega ocenie	
15	Do oferty dołączyć dokumentację producenta dotyczącą zaleceń instalacyjnych i rysunek ustawienia aparatu	Tak		Nie podlega ocenie	
16	Wykonanie obliczeń osłon stałych do instalowanego aparatu i jego uzgodnienie z WSSE w Łodzi.	Tak		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

B. Gantry i stół pacjenta					
1	Ciężar gantry	$\leq 2000\text{kg}$		Nie podlega ocenie	
2	Minimalny czas pełnego obrotu	$\leq 0,6\text{s}$		Nie podlega ocenie	
3	Średnica otworu gantry	$\geq 70\text{ cm}$		Nie podlega ocenie	
4	Pochylenie gantry	$\geq \pm 30^\circ$		Nie podlega ocenie	
5	Możliwość sterowania pochyleniem gantry: - z konsoli w sterowni - automatycznie z programu badania - z obu stron gantry (lewa / prawa)	Tak		Nie podlega ocenie	
6	Detektory typu stałego	Tak		Nie podlega ocenie	
7	Liczba elementów lub kanałów pomiarowych detektora (dla pojedynczej projekcji) aktywnych w trakcie gromadzenia danych dla pojedynczego rzędu detektora	≥ 670		0-20pkt 0 – wartość graniczna 20 – Wartość największa, pozostałe proporcjonalnie	
8	Liczba rzeczywistych aktywnych rzędów detektorów submilimetrych (o wymiarze detektora w osi Z <1mm) biorących udział w akwizycji danych	≥ 16 , podać		Nie podlega ocenie	
9	Rzeczywista liczba zainstalowanych rzędów detektorów całego systemu detekcyjnego	≥ 16 , podać		Nie podlega ocenie	
10	Długość skanu topograficznego	$\geq 150\text{ [cm]}$		Nie podlega ocenie	
11	Dopuszczalne obciążenie blatu stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania $\pm 0,25\text{mm}$ $\geq 180\text{ kg}$	$\geq 180\text{kg}$		0-20pkt 0 – wartość graniczna 20 – Wartość największa, pozostałe proporcjonalnie	
12	Najniższa wysokość stołu cm	Podać		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

13	Wyposażenie stołu pacjenta (min.): dwa materace, podglówki bez elementów metalowych, pasy stabilizacyjne, zestaw do pozycjonowania	Tak		Nie podlega ocenie	
C. Układ rentgenowski					
1	Maksymalna moc generatora rtg rozumiana jako iloczyn napięcia [kV] i prądu anody lampy [A] możliwych do jednoczesnego zaprogramowania w protokole klinicznym przez użytkownika	$\geq 50\text{kW}$		Nie podlega ocenie	
2	Maksymalne napięcie używane w protokołach klinicznych	$\geq 140\text{kV}$		Nie podlega ocenie	
3	Minimalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych	$\leq 80 \text{ [kV]}$		Nie podlega ocenie	
4	Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym	$\geq 400 \text{ [mA]}$		Nie podlega ocenie	
5	Pojemność cieplna anody lampy (w przypadku innej niż klasyczna - podać ekwiwalent ale oceniana będzie rzeczywista pojemność cieplna)	$\geq 6 \text{ [MHU]}$		Nie podlega ocenie	
6	Automatyczny wybór ogniska	Tak		Nie podlega ocenie	
7	Ilość ognisk	≥ 2		Nie podlega ocenie	
D. Parametry badania					
1	Ilość submilimetrowych, nienakładających się oferowanych warstw zbieranych jednocześnie w czasie najkrótszego oferowanego pełnego skanu (360°) (w skanie osiowym i spiralnym)	≥ 16		0-20pkt 0-wartość graniczna 20-wartość największa, Pozostałe proporcjonalnie	
2	Czas najkrótszego skanu dla minimum 16 warstw wykonywanych jednocześnie w trybie spiralnym dla rozdzielczości standardowej oraz wysokiej $\leq 0,6 \text{ [s]}$	$\leq 0,6 \text{ [s]}$		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

3	Maksymalny czas ciągłej akwizycji spiralnej	≥ 100 [s]		0-20pkt 0-wartość graniczna 20-wartość największa, pozostałe proporcjonalnie	
4	Grubość najcieńszej warstwy (dla jednoczesnej akwizycji min. 16 warstw)	$\leq 0,70$ [mm]		Nie podlega ocenie	
5	Największe dostępne pole obrazowe (FOV)	≥ 50 [cm]		Nie podlega ocenie	
6	Maksymalna długość badania spiralnego (heliakalnego) bez elementów metalowych w stole i bez konieczności przekładania pacjenta ≥ 150 [cm]	≥ 150 [cm]		Nie podlega ocenie	
7	Liczba pozycji projekcji skanu topograficznego (min AP i LAT)	Min. 2		0-10pkt 0-wartość graniczna 10-wartość największa, pozostałe proporcjonalnie	
8	Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie	Tak		Nie podlega ocenie	
9	Zakres zmienności diagnostycznego współczynnika pitch (tzn. z uwzględnieniem korekcji stożka)	$\geq 0,625 - 1,5$		0 -10 pkt 0-wartość graniczna 10-wartość największa, pozostałe proporcjonalnie	
10	Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy zgodna z wielkością pola skanowania.	Tak		Nie podlega ocenie	
11	Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym jednocześnie w osiach x,y,z	Tak		Nie podlega ocenie	
12	Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej DLP lub CTDIvol, jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej	Tak		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

13	Wyświetlanie dawki DLP jaka zostanie pochłonięta przez badanego pacjenta w czasie badania wraz ze zmianami powodowanymi przez modyfikację protokołu badania oraz zastosowanymi metodami redukcji dawki, dla każdej warstwy przed rozpoczęciem akwizycji.	Tak		Nie podlega ocenie	
E. Parametry jakości obrazu					
1	Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 2% krzywej MTF	≥ 14 pl/cm		0-20pkt 0-wartość graniczna 20-wartość największa, pozostałe proporcjonalnie	
2	Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna przy różnicy gęstości 3 HU określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm dla napięcia ≥ 110 kV dla warstwy 10mm	≤ 5 mm		Nie podlega ocenie	
3	Zastosowanie algorytmów filtrujących surowe dane w celu zmniejszenia poziomu szumów	Tak		Nie podlega ocenie	
4	Zastosowanie algorytmów zmniejszające artefakty związane z występowaniem tkanek o różnych gęstościach.	Tak		Nie podlega ocenie	
5	Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazów/sekundę]	≥ 16		Nie podlega ocenie	
6	Matryca rekonstrukcji obrazu [pikseli]	$\geq 512 \times 512$		Nie podlega ocenie	
7	Matryca prezentacyjna obrazu [pikseli]	$\geq 1024 \times 1024$		Nie podlega ocenie	
F. Konsola operatorska					
1	Konsola operatorska dwumonitorowa umożliwiająca jednoczesną pracę technika operatora i lekarza diagnosty (w zakresie jednoczesnego wykonywania badań lub innych serii bieżącego badania	Tak		Nie podlega ocenie	
2	Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat	$\geq 18''$		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

3	Pojemność dysku twardego dla obrazów TK 512x512 bez kompresji wyrażona liczbą obrazów	≥ 240000			
4	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/Retrieve - Storage Commitment - Worklist	Tak		Nie podlega ocenie	
5	Dwukierunkowy intercom do komunikacji głosowej z pacjentem	Tak		Nie podlega ocenie	
6	Wskaźnik zatrzymania oddechu i system automatycznego instruktora głosowego dla pacjenta w języku polskim	Tak		Nie podlega ocenie	
G. Oprogramowanie zainstalowane na konsoli operatorskiej					
1	Wielozadaniowy system operacyjny do sterowania tomografem umożliwiający współbieżne skanowanie, rekonstrukcje, wyświetlanie obrazu, przesyłanie danych do konsoli diagnostycznej, archiwizację oraz przeglądanie badania zapisanego na dysku	Tak		Nie podlega ocenie	
2	Pomiary geometryczne(długości, kątów, powierzchni i objętości)	Tak		Nie podlega ocenie	
3	Pomiary analityczne (pomiar poziomu, gęstości, profile gęstości, histogramy analiza skanu dynamicznego, inne)	Tak		Nie podlega ocenie	
4	Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów, inne)	Tak		Nie podlega ocenie	
5	MIP	Tak		Nie podlega ocenie	
6	SSD	Tak		Nie podlega ocenie	
7	VRT	Tak		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

8	Reformatowanie wielopłaszczyznowe MPR, rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej	Tak		Nie podlega ocenie	
9	Oprogramowanie do perfuzji mózgu, oceny mózgowego przepływu krwi (CBF), średniego czasu przepływu MTT), objętości przepływającej krwi (CBV) itp. oraz do automatycznego generowania barwnych map parametrycznych	Tak		Nie podlega ocenie	
10	Sprzężenie strzykawkki kontrastu z tomografem kablem komunikacyjnym	Tak		Nie podlega ocenie	
11	Sterowanie strzykawką kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów strzykawkki kontrastu bezpośrednio w protokóle badania TK na konsoli operatorskiej.	Tak / Nie		Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt	
12	Automatyczny raport dotyczący dawki jaką otrzymał pacjent w czasie badania dołączony w postaci dodatkowej serii z możliwością jego zapamiętania i wydruku	Tak		Nie podlega ocenie	
13	Oprogramowanie do automatycznej synchronizacji startu badania spiralnego po dotarciu kontrastu w badaną okolicę. Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych.	Tak		Nie podlega ocenie	
14	Archiwizacja badań pacjentów na CD i DVD w standardzie DICOM 3.0	Tak		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

H. Konsola lekarska					
1	Dwumonitorowa konsola lekarska niezależna od konsoli operatorskiej(o rozdzielnej bazie danych obrazowych, umożliwiająca pracę lekarza diagnosty przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu) połączona z tomografem poprzez sieć komputerową i otrzymującą obrazy z tomografu w standardzie DICOM 3.0	Tak		Nie podlega ocenie	
2	Monitory LCD spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. przekątna kolorowych monitorów ≥ 19 ”	Tak		Nie podlega ocenie	
3	Dwumonitorowa konsola lekarska umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie co najmniej 4 obrazów w rozdzielczości 512x512	Tak		Nie podlega ocenie	
4	Pamięć operacyjna konsoli postprocesingowej min. 4 GB z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK konsoli lekarskiej.	Tak, podać		Nie podlega ocenie	
5	Możliwość rozbudowy pamięci operacyjnej konsoli postprocesingowej do min. 10GB z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK konsoli lekarskiej (np. możliwość budowy modeli 3D z 5000 obrazów CT załadowanych do pamięci operacyjnej)	Tak/Nie		Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt	
6	Identyczna obsługa konsoli operatorskiej i konsoli lekarskiej w zakresie wspólnych funkcji postprocesingowych (oprogramowanie od jednego producenta)	Tak/Nie		Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt	
7	Możliwość zdalnego dostępu do konsoli postprocessingowej za pośrednictwem sieci LAN (dostęp do wszystkich funkcji konsoli ze zdalnego komputera PC)	Tak		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

I. Oprogramowanie zainstalowane na konsoli lekarskiej					
1	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/Retrieve - Storage Commitment - Worklist	Tak		Nie podlega ocenie	
2	Archiwizacja badań pacjentów na CD i DVD w standardzie DICOM 3.0	Tak		Nie podlega ocenie	
3	Oprogramowanie do badań naczyniowych Angio CT z automatyczną rekonstrukcją obrazowanego naczynia (względem osi obrazowanego naczynia) i automatycznymi pomiarami stenozy	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
4	Rekonstrukcje SSD	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
5	Edycja 3D	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
6	Reformatowanie wielopłaszczyznowe MPR, rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
7	Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie za pomocą wskazania jednego punktu odniesienia wskazanego w naczyniu	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
8	Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

9	Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modeli MIP oraz VRT (przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień)	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
10	Pomiary geometryczne (długości/kątów/powierzchni/objętości)	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
11	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego, inne)	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
12	Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów i inne)	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
13	Oprogramowanie do perfuzji mózgu, oceny mózgowego przepływu krwi (CBF), średniego czasu przepływu MTT), objętości przepływającej krwi (CBV) itp. oraz do automatycznego generowania barwnych map parametrycznych	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
14	Oprogramowanie do badań perfuzyjnych wątroby i innych narządów umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz MTT (średni czas przejścia) lub TTP (czas do szczytu)	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
15	Oprogramowanie do szczegółowej oceny zmian ogniskowych w obrębie wątroby i węzłów chłonnych innych zmian ogniskowych, automatyczna segmentacja zmian (pomiar objętości, maksymalnej średnicy itp oraz możliwość porównania zmiany z poprzednim badaniem	Tak / Nie		Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt	
16	Możliwość oceny perfuzji nowotworowych zmian ogniskowych	Tak		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

17	Ocena perfuzji prostaty (za pomocą dedykowanych narządowo specjalizowanych protokołów do perfuzji prostaty)	Tak		Nie podlega ocenie	
18	Ocena perfuzji nerek (za pomocą dedykowanych narządowo specjalizowanych protokołów do perfuzji nerek)	Tak		Nie podlega ocenie	
19	Ocena perfuzji nowotworów kości (za pomocą dedykowanych narządowo specjalizowanych protokołów do perfuzji nowotworów kości)	Tak		Nie podlega ocenie	
20	Ocena perfuzji śledziony (za pomocą dedykowanych narządowo specjalizowanych protokołów do perfuzji śledziony)	Tak		Nie podlega ocenie	
21	Ocena perfuzji mózgowia	Tak		Nie podlega ocenie	
22	Ocena perfuzji trzustki (za pomocą dedykowanych narządowo specjalizowanych protokołów do perfuzji trzustki)	Tak		Nie podlega ocenie	
23	Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów rBF(miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), MTT (średni czas przejścia) lub TTP (czas do szczytu)	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
24	Oprogramowanie umożliwiające segmentację tkanek mózgu (istoty białej i szarej)na podstawie map przepływu i objętości	Tak/Nie		Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt	
25	Oprogramowanie do kolonografii i kolonoskopii TK, umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach.	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
26	Automatyczna detekcja polipów w obrębie jelita grubego	Tak		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

27	Oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie całej wewnętrznej ściany jelita grubego na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi (bez kawałkowania obrazu wewnętrznej ściany jelita) tzw. wirtualna dysekcja jelita	Tak / Nie		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
28	Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych i płynów z jelita grubego tzw. stool tagging	Tak / Nie		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
29	Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miększu i przyopłucnowych przez program komputerowy z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian i wyznaczaniem czasu podwajania objętości guza.	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
30	Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD i rozedmy) umożliwiające segmentację płatów płuc i analizę dróg oddechowych	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	
31	Oprogramowanie do pomiarów dróg oddechowych (drzewa oskrzelowego) umożliwiające automatyczny pomiar światła i grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych.	Tak / Nie		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
32	Oprogramowanie do automatycznego obliczania rozedmy płuc w poszczególnych płatach płuc	Tak /Nie		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
J. Wyposażenie dodatkowe					
1	Automatyczna specjalizowana do badań CT dwugłowicowa strzykawka kontrastu sprzężona z tomografem komputerowym	Tak		Nie podlega ocenie	
2	Zestaw fantomów służących do prawidłowego wykonywania testów podstawowych wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. a w szczególności:	Tak		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: *UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00*

Tytuł projektu: *„Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”*

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

	- zestaw fantomów do kalibracji tomografu - zestaw do kalibracji monitorów LCD - zestaw fantomów do kontroli jakości tomografu komputerowego umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości wysoko i niskokontrastowej oraz grubości warstwy itp.				
3	Zestaw fartuchów ołowiowych do ochrony radiologicznej pacjenta: - dwie sztuki na całe ciało - osłona gruczołów sutkowych – lateks impregnowany bizmutem - osłony na tarczycę - osłony na gonady - osłona oczu pacjenta	Tak		Nie podlega ocenie	
4	Dwuformatowa kamera do rejestracji obrazów pracująca w systemie suchym	Tak		Nie podlega ocenie	
5	Urządzenie umożliwiające automatyczne wypalanie płyt CD/DVD z wynikiem badania dla pacjenta - pojemność zasobnika na płyty czyste/wypalone ≥ 100 szt./100szt. - nadruk na płytach danych pacjenta i badania - urządzenie podłączone do sieci Ethernet (bezpośrednio lub poprzez dołączony komputer sterujący)	Tak		Nie podlega ocenie	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

6	Zasilacz awaryjny UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera konsoli lekarskiej ze sterowaniem zapewniającym zakończenie cyklu pracy min. 20 minut. Liczba i typ gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania: 8xIEC320 C13 (10A) Wymagana funkcja „zimny start”	Tak		Nie podlega ocenie	
7	Kolorowa drukarka laserowa do wydruków barwnych map perfuzyjnych	Tak		Nie podlega ocenie	
K. Teleserwis					
1	Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe	Tak, opisać procedurę		Nie podlega ocenie	
2	Możliwość zgłoszenia uszkodzenia lub artefaktów obrazowych bezpośrednio z konsoli operatorskiej tomografu (używając funkcji oprogramowania użytkowego konsoli) przez modem, router lub połączenie sieciowe	Tak/Nie		Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
3	Zdalna diagnostyka serwisowa generatora wysokiego napięcia (w tym możliwość zdalnego wykonywania testów serwisowych)	Tak/Nie		Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
4	Zdalna diagnostyka serwisowa modułów konsoli operatorskiej (testy uruchamiane zdalnie: komputera głównego, dysków twardych, rekonstruktora TK)	Tak/Nie		Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
5	Zdalna diagnostyka lampy rtg (testy uruchamiane zdalnie układu żarzenia, układu wirowania anody oraz pomiary wartości napięć i prądów pracy)	Tak/Nie		Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
6	Zdalna możliwość naprawy uszkodzeń oprogramowania	Tak/Nie		Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
7	Zdalna możliwość oceny stanu technicznego (stopnia zużycia) podstawowych modułów aparatu (np. lampy rtg, dysków, itp.)	Tak/Nie		Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

8	Zdalna możliwość wykonywania technicznych testów jakości obrazów	Tak/Nie		Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
L. Serwis i gwarancja					
1	Okres pełnej gwarancji tomografu komputerowego liczony od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania w pracowni tomografii komputerowej w tym okres gwarancji lampy rtg (bez limitu skanów) ≥ 36 [miesiący]	Tak		Za każde dodatkowe 6 m-cy – 10pkt. 0 – wartość graniczna	
2	Ilość bezpłatnych przeglądów aparatu TK w okresie gwarancji ≥ 3 / rok i ostatni na zakończenie gwarancji	Tak		Nie podlega ocenie	
3	Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych	Tak		Nie podlega ocenie	
4	Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatu TK ≤ 48 [godzin]	Tak		Nie podlega ocenie	
5	Czas trwania naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego wydłuża się okres gwarancji o czas przestoju max. 5 [dni]	Tak		Nie podlega ocenie	
6	Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie pogwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatu TK ≤ 48 [godzin] z wyłączeniem dni wolnych od pracy	Tak		Nie podlega ocenie	
7	Dostępność części zamiennych ≥ 8 [lat]	Tak		Nie podlega ocenie	
8	Dokumentacja techniczna potwierdzająca wymagane i oceniane parametry techniczne	Tak		Nie podlega ocenie	

Uwaga

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnach „Parametry graniczne oceniane” oraz „Warunek” określone jako „Tak” oraz parametry liczbowe oznaczone „ \geq ” lub „ \leq ” lub w inny sposób stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna „Parametry oferowane przez Wykonawcę” musi być w całości wypełniona.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie „Parametry graniczne i oceniane”

Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów co spowoduje odrzucenie oferty.

Zasady punktacji:

Punktacja za poszczególne parametry wyliczana będzie z proporcji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ZAWARTYCH W ART. 24 UST. 1 I 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu.....

Numer faxu

Oświadczam, że nie jestem wykluczony z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm).

Podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Numer fax-u

Oświadczamy, że:

1. oferowany tomograf komputerowy spełnia wymagania SIWZ, jest kompletny, fabrycznie nowy i będzie po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi);
2. oferowany tomograf komputerowy oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych;
3. w cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane w załączniku nr 3 funkcje.

Podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

OŚ priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Załącznik nr 6

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa i adres Zakładu opieki zdrowotnej w której realizowano zamówienie</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Wartość Zamówienia brutto</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

** do niniejszego wykazu prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane*

Podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY

UMOWA

Zawarta w dniur. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice

w imieniu którego działają:

1. *mgr Grażyna Krulik – Dyrektor*
2. *mgr Danuta Nobis – Główny Księgowy*

zwanym w dalszej części umowy *Zamawiającym*.

a firmą wpisaną do KRS pod nr posiadającą kapitał zakładowy zł., NIP, REGON w imieniu, którego działają:

1.
2.

zwanym w dalszej części umowy *Wykonawcą*,

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez *Zamawiającego* oferty *Wykonawcy* w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm).

§ 1.

1. *Wykonawca* dostarczy *Zamawiającemu tomograf komputerowy szesnastowarstwowy wraz z montażem* o nr katalogowym ..., zgodnie z warunkami techniczno – użytkowymi opisanymi szczegółowo w SIWZ, która stanowi integralną część umowy.
2. Wartość zamówienia wynosi: ... zł brutto (słownie:).
3. Tomograf komputerowy szesnastowarstwowy fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku, nie używany, nie rekondukcjonowany. Wszystkie pozostałe elementy zestawu fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2011 roku.
- 2) Cena za aparat musi być skalkulowana wraz z kosztami transportu, rozładunku, montażem, uruchomieniem aparatu oraz integracją z posiadanym przez *Zamawiającego* systemem RIS/PACS.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Zakres prac związanych z integracją został ujęty w Załączniku nr 3 pkt A4. Wysokospecjalistyczny fabrycznie nowy tomograf komputerowy szesnastowarstwowy musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku. Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel medyczny (lekarzy i techników rtg) w zakresie obsługi tomografu komputerowego. Szkolenie trwało będzie co najmniej 14 dni roboczych (po 5 godzin dziennie) w Pracowni Tomografii Komputerowej w Skierniewicach.

§ 2.

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31.03.2011r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania aparatu, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie.
3. Wykonawca dołączy instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu 1 kpl. wraz z dostawą w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym.
4. Wykonawca dołączy dokumentację techniczną potwierdzającą wymagane i oceniane parametry techniczne.
5. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy dokumenty dotyczące gwarancji oraz oprogramowania w języku polskim.
6. Wykonawca odpowiada za jakość i tożsamość dostarczonego aparatu.
7. Wykonawca musi zapewnić pozytywny odbiór instalacji urządzenia do użytkowania w pracowni tomografii komputerowej.

§ 3.

1. Zapłata za dostarczony aparat wraz z montażem, uruchomieniem aparatu, integracją z posiadanym systemem RIS/PACS oraz przeszkoleniem personelu nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania do użytkowania, przelewem w ciągu ... dni od daty dostarczenia faktury.
2. Za dokonanie płatności rozumie się dzień dokonania polecenia przelewu wystawionego przez Zamawiającego na konto Wykonawcy.

§ 4.

1. Okres pełnej gwarancji tomografu komputerowego liczony będzie od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania w pracowni tomografii komputerowej w tym okres gwarancji lampy rtg (bez limitu skanów) lampy rtg \geq 36miesiący (lub zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. L 1)
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielanej przez Wykonawcę gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

3. Wykonawca zapewnia ilość bezpłatnych przeglądów aparatu TK w okresie gwarancji ≥ 3 / rok i ostatni na zakończenie gwarancji.
4. Wykonawca zapewnia wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych.
5. Wykonawca zapewnia czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatu TK ≤ 48 godzin.
6. Wykonawca zapewnia czas trwania naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego wydłuża się okres gwarancji o czas przestoju max. 5 dni.
7. Wykonawca zapewnia czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie pogwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatu TK ≤ 48 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
8. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych minimum 8 lat.
9. Wykonawca dokona wymiany urządzenia na nowe jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona trzech napraw tego samego istotnego podzespołu, a aparat nadal będzie wskazywał wadę.
10. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.
11. W przypadku nie usunięcia wad w terminie dłuższym niż 7 dni roboczych bez wymiany części i do 14 dni z wymianą części bądź odmowy wymiany wadliwego sprzętu na nowy w okresie gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez okresu wypowiedzenia i żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

§ 5.

1. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy oferowany przedmiot zakupu nie jest zgodny z formularzem parametrów technicznych oferty, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w ust. 2.

2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego lub zwłoki w usunięciu wad o których mowa w § 4, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust 2 za każdy dzień zwłoki.

§ 6.

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony *od dnia2010r. do dnia 31.03.2011r.*

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

OŚ priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

§ 7.

1. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

§ 8.

1. Strony ustalają, że przekazanie praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich nie może być dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9.

1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający