

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

WSZ.I.0761/06-02/2011/DO

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH**  
**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający:

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH**

**ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice.**

**tel. fax. /046/ 834-08-21**

**www.wsz-skier.pl/dzp**

Skierniewice 22.02.2011r

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę:

***Mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem***

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

załącznik nr 1: Formularz ofertowy *Wykonawcy* w trybie przetargu nieograniczonego

załącznik nr 2: Formularz cenowy

załącznik nr 3: Zestawienie parametrów

załącznik nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

załącznik nr 5: Oświadczenie *Wykonawcy* o spełnianiu warunków technicznych

załącznik nr 6: Wykaz zrealizowanych dostaw

załącznik nr 7: Wzór umowy

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

## **Rozdział I**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa, montaż i uruchomienie mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem** szczegółowo opisanego w **załączniku nr 3**.
2. Zaoferowany przez Wykonawcę wysokospecjalistyczny mammograf analogowy z automatyczną wywoływarką i negatoskopem musi być fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku.
3. Wszystkie pozostałe elementy składowe, podzespoły muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2011 roku.
4. Cena za mammograf analogowy z automatyczną wywoływarką i negatoskopem musi być skalkulowana wraz z kosztami transportu, rozładunku, montażem, uruchomieniem aparatu. Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel medyczny (lekarzy i techników rtg) w zakresie obsługi mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem. Szkolenie trwało będzie co najmniej 3 dni robocze (po 5 godzin dziennie) w Pracowni Mammografii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia dwóch wyznaczonych pracowników użytkownika w zakresie prowadzenia kontroli jakości w pracowni mammograficznej.
6. Dostarczony mammograf analogowy z automatyczną wywoływarką i negatoskopem zostanie zainstalowany pod nadzorem specjalistów serwisu Wykonawcy.
7. Wykonawca wykona plany rozmieszczenia aparatury w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem parametrów istniejącej instalacji elektrycznej.
8. Wykonawca zapewni ilość bezpłatnych przeglądów mammografu w okresie gwarancji  $\geq 2$  / rok i ostatni na zakończenie gwarancji.
9. Wykonawca zapewni czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie mammografu  $\leq 48$  [godzin] a usunięcie awarii w terminie do max. 72 godzin w dni robocze (dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
10. Wykonawca dołączy instrukcje obsługi w języku polskim.
11. Wykonawca zapewni pełną gwarancję na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia min. 36 miesięcy.
12. Wykonawca zapewni wykonanie testów akceptacyjnych po uruchomieniu mammografu i po każdej istotnej naprawie aparatu w okresie gwarancji.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

13. Wykonawca dokona zainstalowania tablicy rozdzielczej, montażu, uruchomienia mammografu, oraz przeszkoleniem personelu medycznego (lekarzy i techników rtg) w zakresie obsługi mammografu oraz wykona obliczenia osłon stałych do instalowanego aparatu i dokona uzgodnienia z WSSE w Łodzi.
14. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych od daty sprzedaży mammografu  $\geq 8$  lat i zapewni serwis pogwarancyjny.
15. Wykonawca dokona wymiany urządzenia na nowe jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona trzech napraw tego samego istotnego podzespołu, a aparat nadal będzie wskazywał wadę.
16. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.
17. Mammograf analogowy z automatyczną wywoływarką i negatoskopem musi spełniać warunki i parametry przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
18. Wykonawca zobowiązany jest do opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniem producenta oraz opisem właściwości, zasad użytkowania.
19. Mammograf analogowy z automatyczną wywoływarką i negatoskopem wymieniony w Formularzu cenowym stanowiącym **załącznik nr 2** musi posiadać wymagane przez polskie prawo atesty, zezwolenia i certyfikaty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.
20. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie.
21. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielanej przez Wykonawcę gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.
23. Projekt umowy stanowiący **załącznik nr 7** do SIWZ jest integralną częścią niniejszej specyfikacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
24. Przekazanie urządzenia nastąpi podpisaniem protokołu przekazania do użytkowania, sporządzonym z udziałem obu stron.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

## **Rozdział II**

### **Termin wykonania zamówienia**

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie **do 31.05.2011r.**

## **Rozdział III**

### **Warunki udziału w postępowaniu oraz**

#### **opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) **Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

**1.1 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku** – Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty aktualne dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 17.06.2010).

- 2) **Posiadania wiedzy i doświadczenia.**

**2.2 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku** - Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, co najmniej dwie dostawy mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem do zakładu opieki zdrowotnej wraz z uruchomieniem w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane – **załącznik nr 6.**

- 3) **Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

**3.1 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku** - Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną osobę do przeprowadzenia szkolenia z obsługi i użytkowania mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

### **3. 2 Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku** - Warunek ten zostanie spełniony przez

Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną osobę do przeprowadzenia szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości w pracowni mammograficznej wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.

#### **4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

**4.1 Zamawiający** nie definiuje tego warunku przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

#### **2.1 Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku** - Warunek ten zostanie spełniony przez

Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasobach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty:

- a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - **załącznik nr 4.**
- b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

- 
- d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- e) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- f) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- 1) jest niezgodną z ustawą;
  - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie przeprowadzona

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych w ofertach przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymienionych w SIWZ.

#### **Rozdział IV**                    **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców załączy do formularza oferty następujące dokumenty:

##### **1) Wykaz spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1:**

- 1.1) Wykaz co najmniej dwóch dostaw mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem do zakładów opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane – **załącznik nr 6.**
- 1.2) Wykaz co najmniej jednej osoby do przeprowadzenia szkolenia z obsługi i użytkowania mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.
- 1.3) Wykaz co najmniej jednej osoby do przeprowadzenia szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości w pracowni mammograficznej wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.
- 1.4) Deklaracja i certyfikaty CE dla kompletnego zestawu oferowanego mammografu (jedna deklaracja dla całego kompletnego mammografu), wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie RP.
- 1.5) Oświadczenie, że oferowany mammograf analogowy z automatyczną wywoływarką i negatoskopem spełnia wymagania SIWZ, jest kompletny, fabrycznie nowy i będzie po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowany mammograf analogowy z automatyczną wywoływarką i negatoskopem oprócz spełniania odpowiednich

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych – **załącznik nr 5.**

1.6) Oświadczenie Producenta, że Wykonawca jest Autoryzowanym Dystrybutorem oferowanego mammografu oraz posiada także Autoryzację Producenta do jego serwisowania a także ma dostęp do oryginalnych części .

1.7) Wykonawca dołączy do oferty dokumentację producenta dotyczącą zaleceń instalacyjnych i rysunek ustawienia aparatu.

1.8) Wykonawca dołączy dokumentację techniczną potwierdzającą wymagane i oceniane parametry techniczne.

## **2) Wykaz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia**

### **Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1:**

2.1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w art.24 ust 1 i 2 - **załącznik nr 4.**

2.2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2.3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

- 
- 2.5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 2.6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Formularz cenowy, złożony na druku stanowiącym - **załącznik nr 2** do SIWZ.
3. Jeżeli *Wykonawca* wykazując spełnienie warunków, o których mowa wyżej polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) *Zamawiający* uzna, że *Wykonawca* spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione przez całe konsorcjum, – co oznacza, że nie każdy członek konsorcjum musi spełniać wszystkie warunki udziału w przetargu.
5. Jeżeli *Wykonawca* ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać *Zamawiający* od *Wykonawcy* (Dz. U. z 2009r., Nr 226 poz. 1817).
6. **Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej**
- 1) *Wykonawcy* mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- 2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale IV ust 1 pkt 2 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
7. **Postanowienia dotyczące składanych dokumentów**
- 1) Wyżej wymienione dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

- 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
  - 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. **Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:**
- 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
  - 2) Dokumenty wymienione w Rozdziale III i IV.
9. **Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:**
- 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie dowolnej części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca musi podać w ofercie te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
  - 2) Brak wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom będzie rozumiany jak oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie bez podwykonawców i skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.
10. Wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

**Rozdział V** **Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: **Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice. Dział Zamówień Publicznych pok. nr 19.**
2. W celu usprawnienia postępowania prosimy o przesłanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i zapytań na nr. **tel/fax /46/ 834-08-21** pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie – przesłania własnoręcznie podpisanego.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

- 
- warunków zamówienia. *Zamawiający* jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do *Zamawiającego* nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, *Zamawiający* może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
  6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami *Zamawiający* przekaze *Wykonawcom*, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.wsz-skier.pl/dzp](http://www.wsz-skier.pl/dzp)
  7. *Zamawiający* nie przewiduje zorganizowania zebrania z *Wykonawcami*.
  8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do *Zamawiającego* zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
  9. W uzasadnionych przypadkach *Zamawiający* może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  10. Dokonane zmiany przekazane zostaną niezwłocznie wszystkim *Wykonawcom*, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.wsz-skier.pl/dzp](http://www.wsz-skier.pl/dzp)
  11. Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu *Zamawiający* przekaze Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne zgodnie z art. 12a ust. 1.
  12. Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu *Zamawiający* zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej [www.wsz-skier.pl/dzp](http://www.wsz-skier.pl/dzp) oraz przekaze informację wszystkim *Wykonawcom*, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.
  13. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej

[www.wsz-skier.pl/dzp](http://www.wsz-skier.pl/dzp)

14. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- **mgr inż. Jerzy Urbanek** – tel./46/ 834-08-52 w sprawach proceduralnych w godz. od 8<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>
- **lek. med. Stanisław Gołębiewski** - tel./46/ 834-08-54 w sprawach proceduralnych w godz. od 8<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>
- **mgr Małgorzata Walkowska-Walkiewicz** – tel./fax /46/ 834-07-57 w sprawach merytorycznych w godz. od 8<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>

15. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

## **Rozdział VI**

### **Wymagania dotyczące wadium**

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **8 400,00zł** (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm). Dokumenty należy złożyć w kasie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego **Kredyt Bank S.A. Skierniewice 54 1500 1689 1216 8002 4822 0000** z dopiskiem „**Wadium w przetargu nieograniczonym – Dostawa mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką**”

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

***i negatoskopem WSZ.I.0761/06-02/2011/DO”***

5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku *Zamawiającego*.
6. Jeżeli *Wykonawca* wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w **odrębnej kopercie** oznaczonej „*Wadium w przetargu nieograniczonym - Dostawa mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem WSZ.I.0761/06-02/2011/DO*” do pok. nr 19 przed upływem terminu składania ofert. **Dokument nie może być trwale spięty z ofertą.**
7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium *Wykonawca* zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
8. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawarte w art. 45 i 46.

**W przypadku wpłaty wadium w formie pieniężnej prosimy podać nazwę i nr konta, na które zostanie zwrócone wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem *Wykonawcy*, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a oraz 5.**

## ***Rozdział VII***

### ***Termin związania ofertą***

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. *Wykonawca* jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
2. *Wykonawca* samodzielnie lub na wniosek *Zamawiającego* może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że *Zamawiający* może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do *Wykonawców* o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie *Wykonawcy*, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

## **Rozdział VIII**

### **Opis sposobu przygotowania oferty**

#### 1. Przygotowanie oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- 4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
- 5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
- 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
- 8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

#### 2. Oferta wspólna - w przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- 1) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
- 2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty
- 3) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

---

wykonanie zobowiązań

- 5) W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętych dwóch kopertach.
- 2) Koperty/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres: **Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, Dział Zamówień Publicznych – pok. nr 19**
- 3) Oznakowane następująco: Zewnętrzna koperta winna być oznakowana następująco „**Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem WSZ.I.0761/06-02/2011/DO**”

*Nie otwierać do dnia 04 kwietnia 2011r. do godz. 13<sup>00</sup>*

Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana następująco **Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) „Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem WSZ.I.0761/06-02/2011/DO”**

*Nie otwierać do dnia 04 kwietnia 2011r. do godz. 13<sup>00</sup>*

- 4) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 5) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie pkt 3 ppkt. 3) z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
- 6) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## **Rozdział IX**

### **Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w **Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 19 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice** do dnia **04 kwietnia 2011r. do godziny 12<sup>30</sup>**.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do *Zamawiającego* a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. *Wykonawcy* mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku nieobecności *Wykonawcy* przy otwieraniu ofert, *Zamawiający* prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

## **Rozdział X**

### **Miejsce i termin otwarcia ofert**

*Zamawiający* otworzy koperty z ofertami w obecności *Wykonawców*, którzy zechcą przybyć do siedziby *Zamawiającego* w świetlicy szpitala **04 kwietnia 2011r.** o godzinie **13<sup>00</sup>**

## **Rozdział XI**

### **Opis sposobu obliczania ceny**

1. *Wykonawca* poda wartość netto w PLN i wartość brutto (z VAT).
2. Cena oferty powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez *Wykonawcę* (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
3. Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. *Zamawiający* nie dopuszcza innej formy zapłaty niż przelew.
5. Wartość brutto jest wartością oferty podlegającą ocenie.
6. *Zamawiający* będzie prowadził rozliczenia z *Wykonawcą* tylko w PLN.
7. Termin płatności minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury.

## **Rozdział XII**

### **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Kryteria oceny ofert - *Zamawiający* uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  - oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
  - oferta została złożona, w określonym przez *Zamawiającego* terminie,
  - *Wykonawca* przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami *Zamawiającego*,
  - wniesiono poprawnie wadium.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

---

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

**Cena brutto oferty – C znaczenie – 60 %**

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny – wskaźnik C

$$C = \frac{\text{Najniższa oferowana wartość brutto spośród zakwalifikowanych ofert}}{\text{Wartość badanej oferty brutto}} \times 100 \times 60\%$$

**Parametr techniczny – U znaczenie – 40%**

Ocena parametru technicznego będzie dokonywana według następujących zasad:

Parametr techniczny – wskaźnik U

$$U = \frac{\text{Liczba punktów przyznanych danej ofercie}}{\text{Najwyższa liczba punktów jaką Wykonawca mógł otrzymać (tj. 140pkt)}} \times 100 \times 40\%$$

**Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie wymienione kryteria**

**Rozdział XIII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione**

**po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty, o:
  - 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

- 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 1 lub art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty *Zamawiający* zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej [www.wsz-skier.pl/dzp](http://www.wsz-skier.pl/dzp)
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Zamawiający* zawiadomi równocześnie wszystkich *Wykonawców*, którzy:
  - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
  - 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia *Zamawiający* na wniosek *Wykonawcy*, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
5. Jeżeli *Wykonawca*, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego *Zamawiający* może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.
6. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
7. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej *Wykonawców* wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego *Zamawiający* zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

#### **Rozdział XIV**                      **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Od *Wykonawcy*, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokość 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

- 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca przed podpisaniem umowy wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **Kredyt Bank S.A. Skierniewice 54 1500 1689 1216 8002 4822 0000.**
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia jeżeli uzna, że zamówienie zostało należyście wykonane.

**Rozdział XV** **Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy**

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

**Rozdział XVI** **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

1. W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz skarga do sądu.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

---

## **Rozdział XVII**

### **Oferty częściowe**

1. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert.

## **Rozdział XVIII**

### **Informacje o zawarciu umowy ramowej**

1. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

## **Rozdział XIX**

### **Zamówienia uzupełniające**

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **Rozdział XX**

### **Oferty wariantowe**

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **Rozdział XXI**

### **Aukcja elektroniczna**

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

## **Rozdział XXII**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zasady udostępniania dokumentów

- a) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po upływie terminu ich składania w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (zgodnie z art. 96 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych);
- b) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
  - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
  - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

Nr umowy o dofinansowanie projektu: *UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00*

Tytuł projektu: „*Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej*”

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013*

*OŚ priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia*

---

- *Zamawiający* wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
- *Zamawiający* umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,30 zł;
- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie *Zamawiającego* oraz w czasie godzin jego urzędowania tj. od 08:00 do 15:00.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz Kodeks cywilny.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

**Załącznik nr 1**

## O F E R T A

z dnia.....

Nazwa i siedziba Wykonawcy .....

Do:

**Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach**

**ul. Rybickiego 1, 96 - 100 Skierniewice**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **dostawę mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem:**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości .....zł, w formie: .....
4. Nazwa i nr konta, na które zostanie zwrócone wadium po zakończeniu przetargu .....
5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - (1) .....
  - (2) .....
  - (3) .....

Podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Załącznik nr 2

### Formularz cenowy

**Przedmiot zamówienia:** *Mammograf analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem*

**Producent:** .....

**Typ aparatu:** .....

**Rok produkcji:** .....

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa /symbol /numer katalogowy</i>	<i>Ilość/szt</i>	<i>Cena jednostkowa netto w zł.</i>	<i>Wartość netto w zł.</i>	<i>VAT</i>	<i>Wartość brutto w zł.</i>	<i>Certyfikat/deklaracja zgodności CE</i>
<i>1</i>	<i>Mammograf analogowy z automatyczną wywoływarką i negatoskopem</i>	<i>1</i>					

Całkowita wartość netto zamówienia wynosi: .....

słownie: .....

Całkowita wartość brutto (z VAT) zamówienia wynosi: .....

słownie: .....

Termin płatności wynosi ... dni od daty otrzymania faktury

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Załącznik nr 3

Zestawienie parametrów do opisu i oceny jakościowej przedmiotu zamówienia

**Przedmiot zamówienia:** *Mammograf analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem*

**Producent:** .....

**Typ aparatu:** .....

**Rok produkcji:** .....

Lp.	Parametry graniczne i oceniane	Warunek	Parametry oferowane przez Wykonawcę	Skala oceny punktowej za parametry poddane ocenie	Wskazanie strony oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
<b>A. Parametry ogólne</b>					
1	Oferowany mammograf, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondukcjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu 2011.	Tak		Bez punktacji	
2	Deklaracja i certyfikaty CE dla kompletnego zestawu oferowanego mammografu (jedna deklaracja dla całego kompletnego mammografu), wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie RP	Tak		Bez punktacji	
3	Oferowany mammograf spełnia wymagania dla aparatów rentgenowskich zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006r. nr 180, poz. 1325)	Tak		Bez punktacji	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

4	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak		Bez punktacji	
<b>B. Generator rtg</b>					
1	Moc generatora	$\geq 4,0$ kW		10 pkt – wartość największa 0 pkt – wartość wymagana Pozostałe proporcjonalnie	
2	Częstotliwość generatora	$\geq 20$ kHz		Bez punktacji	
3	Zakres nastaw napięcia anodowego	Min. 25 - 35kV		Bez punktacji	
4	Cyfrowe wyświetlanie wartości nastawionych parametrów ekspozycji kV, mAs, rodzaj filtra	Tak		Bez punktacji	
5	Dokładność regulacji napięcia (skok): 1 kV	Tak		Bez punktacji	
6	Maksymalne parametry ekspozycji [mAs]	$\geq 500$ mAs		10 pkt – wartość największa 0 pkt – wartość wymagana Pozostałe proporcjonalnie mniej	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

7	Maksymalny prąd ekspozycji dla 25 kV: - dużego ogniska - małego ogniska	$\geq 100$ mA $\geq 30$ mA		Bez punktacji	
8	Cyfrowe wyświetlanie mAs po ekspozycji z AEC	Tak		Bez punktacji	
9	Generator zintegrowany z kolumną mammografu	Tak opisać		Bez punktacji	
<b>C. Kołpak z lampą rtg i filtrami</b>					
1	Materiał anody	Molibden		Bez punktacji	
2	Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą – zależnie od nomenklatury producenta)	$\geq 1000$ kHU		10 pkt – wartość największa 0 pkt – wartość wymagana Pozostałe proporcjonalnie mniej	
3	Rozproszenie ciepła anody	$\geq 57$ kHU / min		57 kHU/min. – 0 pkt. 10 pkt – wartość największa 0 – wartość wymagana Pozostałe	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

				proporcjonalnie mniej	
4	Prędkość wirowania anody.	$\geq 8000$ obr / min		8000- 0 pkt. wartość największa – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej	
5	Lampa dedykowana do mammografii o liczbie ognisk lampy rtg	2		Bez punktacji	
6	Wielkość ogniska: małe / duże wg IEC 60336 mierzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami	0,10 / 0,30 mm		Bez punktacji	
7	Okienko berylowe Be	Tak		Bez punktacji	
8	Filtr molibdenowy	Tak		Bez punktacji	
9	Filtr rodowy	Tak		Bez punktacji	
10	Wyświetlanie informacji o zastosowanym filtrze	Tak		Bez punktacji	
11	Automatyczna kolimacja wiązki rtg do formatu szuflady bucky	Tak		Bez punktacji	
12	Automatyczna kolimacja wiązki rtg do powiększeń	Tak		Bez punktacji	
13	Świetlna symulacja pola naświetlania: ręczna i automatyczna podczas ruchu uciskowego	Tak		Bez punktacji	
<b>D. Statyw mammograficzny</b>					
1	Statyw mammograficzny wolnostojący mocowany do podłogi	Tak		Bez punktacji	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

2	Ruch obrotowy ramienia C zmotoryzowany	Tak		Bez punktacji	
3	Ruch pionowy ramienia C zmotoryzowany	Tak		Bez punktacji	
4	Odległość SID	$\geq 60$ cm		Bez punktacji	
5	Zakres regulacji wysokości górnej powierzchni szuflady bucky od podłogi	$\geq 70 - 140$ cm		70 – 140cm - 0 pkt. wartość największa – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej	
6	Zakres obrotu ramienia C	$\geq 180^{\circ} / - 135^{\circ}$		$< 180^{\circ} / - 135^{\circ}$ - 0 pkt. $\geq 190^{\circ} / - 150^{\circ}$ - 10 pkt.	
7	Izocentryczny obrót ramienia C	Tak		Bez punktacji	
8	Cyfrowe wyświetlanie wartości kąta obrotu ramienia C	Tak		Bez punktacji	
9	Konstrukcja mocowania stolików Bucky zapewniająca szybką zmianę wielkości stolika	Tak		Bez punktacji	
<b>E. Automatyka ekspozycji rtg</b>					
1	System automatycznego dobierania parametrów ekspozycji zdjęciowej AEC	Tak, opisać		Bez punktacji	
2	Automatyczny dobór wysokiego napięcia	Tak		Bez punktacji	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

3	Automatyczny dobór obciążenia prądowo-czasowego	Tak, opisać		Bez punktacji	
4	Liczba pozycji detektorów pomiarowych AEC w osi centralnej stolika	$\geq 6$		10 pkt – wartość największa 0 – wartość wymagana Pozostałe proporcjonalnie	
5	Ilość stopni zmian zaczernienia	$\geq 11$		10 pkt – wartość największa 0 – wartość wymagana Pozostałe proporcjonalnie	
6	Wyświetlanie parametrów po ekspozycji	Tak		Bez punktacji	
7	System automatycznego doboru filtracji (zmiana filtra bez ingerencji operatora)	Tak, opisać		Bez punktacji	
8	Ręczny dobór parametrów kV, mAs i filtra	Tak		Bez punktacji	
<b>F. System uciskowy</b>					
1	Automatyczny dobór siły kompresji do gęstości i typu tkanki	Tak		Bez punktacji	
2	Zakres regulacji siły nacisku	$\geq 0 - 300$ N		10 pkt – wartość	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

				największa 0 – wartość wymagana Pozostałe proporcjonalnie	
3	Zakres przesuwu płytki uciskowej	$\geq 20$ cm		10 pkt – wartość największa 0 – wartość wymagana Pozostałe proporcjonalnie	
4	Ręczna kompresja	min. 300 N		Bez punktacji	
5	Motorowy system uciskowy z automatycznym zatrzymaniem ucisku po uzyskaniu zadanej siły kompresji	Tak		Bez punktacji	
6	Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji	Tak		Bez punktacji	
7	Cyfrowe wyświetlanie wartości grubości uciśniętego sutka po kompresji	Tak		Bez punktacji	
8	Cyfrowe wyświetlanie wartości siły ucisku	Tak		Bez punktacji	
9	Mechaniczne zwolnienie ucisku, w przypadku zaniku napięcia zasilania	Tak		Bez punktacji	
<b>G. Wyposażenie</b>					

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

1	Stoliki Bucky z kratką ruchomą 24cm x 30cm i 18cm x 24cm	Tak		Bez punktacji	
2	Wyposażenie mammografu w specjalistyczne kratki, które pozwalają na poprawę jakości obrazowania o ponad 25% w stosunku do standardowych technologii	Tak/Nie		Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt.	
3	Płytki uciskowe elastyczne w dwóch kierunkach lub sztywne wysokie do obu krater przeciwrozproszeniowych 18x24 cm i 24x30cm	Tak		Bez punktacji	
4	Płytko uciskowa Axilla	Tak		Bez punktacji	
5	Płytko uciskowa punktowa	Tak		Bez punktacji	
6	Oszona dla operatora z szybą ochronną o równoważniku Pb	$\geq 0,5$ mm		Bez punktacji	
7	Komplet znaczników mammograficznych	Tak		Bez punktacji	
8	Stolik do powiększeń obrazu z min. 2- krotnością powiększenia	Tak		Bez punktacji	
9	Kamera identyfikacyjna do zapisu na filmie danych pacjenta i badania zintegrowana w jednej obudowie ze stacją technika, drukowane informacje - nazwa pracowni - data, czas, identyfikator operatora - projekcja, grubość sutka, siła kompresji, SID, powiększenie - typ ekspozycji ścieżka/filtr, kV, mAs, ognisko, bucky, kąt statywu	Tak		Bez punktacji	
10	System biopsji stereotaktycznej.	Tak		Bez punktacji	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

<b>11</b>	Możliwość ucyfrowienia mammografu	Tak		Bez punktacji	
<b>12</b>	Kasety mammograficzne, tego samego producenta co wywoływarka: 8 szt 18 x 24 cm 4 szt 24 x 30 cm	Tak		Bez punktacji	
<b>13</b>	Sensytometr o powtarzalności naświetlania $\pm 2\%$	Tak		Bez punktacji	
<b>14</b>	Densytometr - dokładność odczytu $\pm 0,02$ dla gęstości optycznej 1,0 - powtarzalność odczytu $\pm 1\%$	Tak		Bez punktacji	
<b>15</b>	Fantom wykonany z PMMA o grubości 4,5 cm zawierający: - klin aluminiowy 10-stopniowy - min. pięć elementów niskokontrastowych do oceny widoczności obiektów o progowym kontraście - możliwość wyznaczania rozdzielczości wysokokontrastowej w kierunku prostym i równoległym do osi anoda-katoda.	Tak		Bez punktacji	
<b>16</b>	Lupa do oceny rozdzielczości wysokokontrastowej o powiększeniu ośmiokrotnym	Tak		Bez punktacji	
<b>17</b>	Termometr elektroniczny, dokładność wskazań $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ , powtarzalność $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$	Tak		Bez punktacji	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

18	Miernik siły kompresji piersi, dokładność wskazań $\pm 10\%$ , powtarzalność $\pm 5\%$	Tak		Bez punktacji	
<b>H. Dane instalacyjne</b>					
1	Aparat musi zapewnić pracę bez ograniczeń w pomieszczeniu o powierzchni 11,33 m <sup>2</sup> wskazanym przez zamawiającego bez wydzielonej sterowni	Tak		Bez punktacji	
2	Zasilanie jednofazowe 230 VAC $\pm 10\%$ / 50 Hz	Tak		Bez punktacji	
3	Aparat z oddzielną konsolą techniką, do wprowadzania danych pacjenta i kontroli parametrów ekspozycji	Tak		Bez punktacji	
4	Wymiary mammografu	Podać		Bez punktacji	
<b>I. Wywoływarka</b>					
1	Wywoływarka przeznaczona wyłącznie do potrzeb mammografii	Tak		Bez punktacji	
2	Oferowany sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2011.	Tak		Bez punktacji	
3	Nazwa producenta oferowanego sprzętu	podać		Bez punktacji	
4	Model oferowanego sprzętu - nazwa i typ	podać		Bez punktacji	
5	Wywoływarka dedykowana przez producenta do wywoływania błon mammograficznych zgodna z zapewnieniem unifikacji pracowni	Tak		Bez punktacji	
6	Wywoływarka instalowana na podłodze	Tak		Bez punktacji	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: *UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00*

Tytuł projektu: *„Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”*

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013*

*Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia*

7	Powierzchnia (całkowita) zajmowana przez wywoływarkę nie większa niż 1m <sup>2</sup>	Tak, podać		Bez punktacji	
8	Szerokość ciemniowego stolika podającego ≥ 43,2 cm	Tak		Bez punktacji	
9	Zasilanie 230V, zabezpieczenie max.16A	Tak		Bez punktacji	
10	Wywoływarka sterowana mikroprocesorem	Tak		Bez punktacji	
11	Dostęp do układu sterowania zabezpieczony hasłem	Tak		Bez punktacji	
12	Suszarka na podczerwień i gorące powietrze	Tak		Bez punktacji	
13	Ustawianie wszystkich parametrów obróbki ( co najmniej : temperatura wywoływacza, cykl obróbki, wydajność suszenia, regeneracja odczynników na klawiaturze wywoływarki)	Tak		Bez punktacji	
14	Wydajność wywoływarki na godzinę dla formatu 24x30 cm w najdłuższym cyklu wywoływarki, przy użyciu standardowych odczynników nie mniejsza niż 50	Tak		Bez punktacji	
15	Maksymalny pobór mocy w stand-by nie większy niż 300 W	Tak		Bez punktacji	
16	Całkowita ilość wyrzucanego gorącego powietrza nie większa niż 1,5m <sup>3</sup> / min	Tak		Bez punktacji	
17	Boczne przyłącze wyrzucanego powietrza, doprowadzenia i odprowadzenia odczynników	Tak		Bez punktacji	
18	Poziom hałasu w czasie pracy (ISO 7779) nie większy niż 48 dB	Tak		Bez punktacji	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

19	Urządzenie wyposażone w system antyalgowy	Tak		Bez punktacji	
20	Wewnętrzna filtracja mechaniczna odczynników	Tak		Bez punktacji	
21	Samoczynne dopełnianie odczynników w przypadku obniżenia poziomu w zbiornikach roboczych	Tak		Bez punktacji	
22	Sygnalizacja przepełnienia zbiorników odpadów płynnych na panelu wywoływarki	Tak		Bez punktacji	
23	Ilość tanków roboczych (wewnątrz wywoływarki) nie mniej niż 4	Tak, podać		Bez punktacji	
24	Tank utrwalacza niezależnie podgrzewany, regulowana temperatura	Tak		Bez punktacji	
25	Zawartość srebra w wodzie płuczącej nie więcej niż 1 mg/ litr	Tak		Bez punktacji	
26	Wymagana średnica rury odpływu ścieków do 50 mm	Tak		Bez punktacji	
27	Auto mikser odczynników	Tak		Bez punktacji	
28	Filtr wody w przezroczystej obudowie z zaworem odcinającym	Tak		Bez punktacji	
29	Zapewniony stały ,autoryzowany serwis	Tak		Bez punktacji	
30	Minimum 2 przeglądy fabryczne w ciągu roku wraz z czyszczeniem i myciem urządzenia wewnątrz	Tak		Bez punktacji	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

<b>J. Negatoskop</b>					
1	Oferowany sprzęt fabrycznie nowy	Tak		Bez punktacji	
2	Rok produkcji oferowanego sprzętu	2011		Bez punktacji	
3	Nazwa producenta oferowanego sprzętu	podać		Bez punktacji	
4	Model oferowanego sprzętu - nazwa i typ	podać		Bez punktacji	
5	Negatoskop dedykowany mammografii z konstrukcyjną możliwością ograniczenia pola świecenia do wielkości ocenianych błon mammograficznych – żaluzjowy regulowany ręcznie lub automatycznie wyposażony w szkło powiększające co najmniej 5x z soczewką o średnicy min. 10cm	Tak		Bez punktacji	
6	Jasność powierzchni negatoskopu regulowana w zakresie co najmniej od 3000cd/m <sup>2</sup> do 6000cd/m <sup>2</sup>	Tak, podać zakres		Bez punktacji	
7	Wymiary negatoskopu	Tak, podać		Bez punktacji	
8	Minimum jeden przegląd fabryczny w ciągu roku	Tak		Bez punktacji	
<b>K. Inne</b>					
1	Zainstalowanie tablicy rozdzielczej	Tak		Bez punktacji	
2	Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia	Tak		Bez punktacji	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

3	Wykonanie, na koszt Wykonawcy, planów rozmieszczenia aparatury w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem parametrów istniejącej instalacji elektrycznej	Tak		Bez punktacji	
4	Potwierdzić oświadczeniem Producenta, że Wykonawca jest Autoryzowanym Dystrybutorem oferowanego mammografu oraz posiada także Autoryzację Producenta do jego serwisowania a także ma dostęp do oryginalnych części .	Tak		Bez punktacji	
5	Ilość bezpłatnych przeglądów mammografu w okresie gwarancji $\geq 2$ / rok i ostatni na zakończenie gwarancji	Tak		Bez punktacji	
6	Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie mammografu $\leq 48$ [godzin] a usunięcie awarii w terminie do max. 72 godzin w dni robocze (dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)	Tak		Bez punktacji	
7	Szkolenie lekarzy i techników rtg. Szkolenie trwało będzie co najmniej 3 dni robocze (po 5 godzin dziennie) w Pracowni Mammografii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.	Tak		Bez punktacji	
8	Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia co najmniej dwóch pracowników użytkownika w zakresie prowadzenia kontroli jakości w pracowni mammograficznej	Tak		Bez punktacji	

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

9	Gwarancja – pełna na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia min. 36 miesięcy	Tak		Bez punktacji	
10	Wykonanie testów akceptacyjnych po uruchomieniu mammografu i po każdej istotnej naprawie aparatu w okresie gwarancji	Tak		Bez punktacji	
11	Wykonanie obliczeń osłon stałych do instalowanego aparatu i jego uzgodnienie z WSSE w Łodzi.	Tak		Bez punktacji	
12	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży sprzętu	$\geq 8$ lat		Bez punktacji	

#### Uwaga

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnach „Parametry graniczne oceniane” oraz „Warunek” określone jako „Tak” oraz parametry liczbowe oznaczone „ $\geq$ ” lub „ $\leq$ ” lub w inny sposób stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna „Parametry oferowane przez Wykonawcę” musi być w całości wypełniona.

Niewypełnienie w całości spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie „Parametry graniczne i oceniane”

Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów co spowoduje odrzucenie oferty.



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

---

Zasady punktacji:

Punktacja za poszczególne parametry wyliczana będzie z proporcji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:

**Przyjęte oznaczenia :**

A – graniczna wartość parametru (równoważna przyznaniu 0 punktów )

B – największa wartość oferowanego parametru występująca w złożonych ofertach (równoważna przyznaniu maksymalnej ilości punktów D)

C – wartość parametru w złożonej ofercie mniejsza od B (równoważna przyznaniu proporcjonalnej X punktów ), **gdzie X obliczane jest wg. nast. wzoru :**

$$X = \frac{D}{(B - A)} * (C - A)$$

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

**Załącznik nr 4**

## **OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ZAWARTYCH W ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu.....

Numer faxu .....

*Oświadczam, że nie jestem wykluczony z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm).*

Podpis

*(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)*

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

**Załącznik nr 5**

## **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu .....

Numer fax-u .....

### **Oświadczamy, że:**

1. oferowany mammograf analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem spełnia wymagania SIWZ, jest kompletny, fabrycznie nowy i będzie po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi);
2. oferowany mammograf analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych;
3. w cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane w załączniku nr 3 funkcje.

Podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

### Załącznik nr 6

#### WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW WRAZ Z URUCHOMIENIEM

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa i adres zakładu opieki zdrowotnej w której realizowano zamówienie wraz z uruchomieniem</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Wartość zamówienia brutto</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

\* do niniejszego wykazu prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane

Podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

**Załącznik nr 7**

## WZÓR UMOWY

### UMOWA

Zawarta w dniu ....r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice

w imieniu którego działają:

1. **mgr Grażyna Krulik – Dyrektor**
2. **mgr Danuta Nobis – Główny Księgowy**

zwanym w dalszej części umowy *Zamawiającym*

a firmą .... wpisaną do KRS pod nr .... posiadającą kapitał zakładowy .... zł., NIP ....., REGON .... w imieniu, którego działają:

1. ....
2. ....

zwanym w dalszej części umowy *Wykonawcą*,

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez *Zamawiającego* oferty *Wykonawcy* w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm).

#### § 1.

1. *Wykonawca* dostarczy *Zamawiającemu* **mammograf analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem** o nr katalogowym ..., zgodnie z warunkami techniczno – użytkowymi opisanymi szczegółowo w SIWZ, która stanowi integralną część umowy.
2. Wartość zamówienia wynosi: **... zł** brutto (słownie: .....).
3. Mammograf analogowy z automatyczną wywoływarką i negatoskopem wysokospecjalistyczny jest fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku, nie używany, nie rekondukcjonowany. Wszystkie pozostałe elementy składowe, podzespoły muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2011 roku.
4. Cena za mammograf analogowy z automatyczną wywoływarką i negatoskopem musi być skalkulowana wraz z kosztami transportu, rozładunku, montażem, uruchomieniem aparatu. *Wykonawca* bezpłatnie przeszkoli

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

personel medyczny (lekarzy i techników rtg) w zakresie obsługi mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem. Szkolenie trwało będzie co najmniej 3 dni robocze (po 5 godzin dziennie) w Pracowni Mammografii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach.

## § 2.

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do **31.05.2011r.**
2. *Wykonawca* zobowiązuje się do należytego opakowania mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie.
3. *Wykonawca* dołączy instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu 1 kpl. wraz z dostawą w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym.
4. *Wykonawca* dołączy dokumentację techniczną potwierdzającą wymagane i oceniane parametry techniczne.
5. *Wykonawca* dostarczy wraz z przedmiotem umowy dokumenty dotyczące gwarancji oraz oprogramowania w języku polskim.
6. *Wykonawca* odpowiada za jakość i tożsamość dostarczonego mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem.
7. *Wykonawca* musi zapewnić pozytywny odbiór instalacji urządzenia do użytkowania w pracowni mammografii.

## § 3.

1. Zapłata za dostarczony mammograf analogowy z automatyczną wywoływarką i negatoskopem wraz z zainstalowaniem tablicy rozdzielczej, montażem, uruchomieniem aparatu oraz przeszkoleniem nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania do użytkowania, przelewem w ciągu ... dni od daty dostarczenia faktury.
2. Za dokonanie płatności rozumie się dzień dokonania polecenia przelewu wystawionego przez *Zamawiającego* na konto *Wykonawcy*.

## § 4.

1. Okres pełnej gwarancji mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem liczony będzie od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania w pracowni mammografii ... miesięcy.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielanej przez *Wykonawcę* gwarancji, *Zamawiający* będzie uprawniony do wykonywania z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
3. *Wykonawca* zapewnia ilość bezpłatnych przeglądów mammografu analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem w okresie gwarancji  $\geq 2$  / rok i ostatni na zakończenie gwarancji.
4. *Wykonawca* zapewnia wykonanie testów akceptacyjnych po uruchomieniu mammografu i po każdej istotnej naprawie aparatu w okresie gwarancji.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej”  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia

5. Wykonawca zapewnia czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie mammografu  $\leq 48$  godzin a usunięcie awarii w terminie do max. 72 godzin w dni robocze (dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
6. Wykonawca zapewnia, że czas trwania naprawy gwarancyjnej, wydłuża okres gwarancji o czas przestoju.
7. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych  $\geq 8$  lat i zapewni serwis pogwarancyjny.
8. Wykonawca dokona wymiany urządzenia na nowe jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona trzech napraw tego samego istotnego podzespołu, a aparat nadal będzie wskazywał wadę.
9. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.
10. W przypadku nie usunięcia wad w terminie dłuższym niż 7 dni roboczych bez wymiany części i do 14 dni z wymianą części bądź odmowy wymiany wadliwego sprzętu na nowy w okresie gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez okresu wypowiedzenia i żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

#### § 5.

1. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy oferowany przedmiot zakupu nie jest zgodny z formularzem parametrów technicznych oferty, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w ust. 2.

2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego lub zwłoki w usunięciu wad o których mowa w § 4, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust 2 za każdy dzień zwłoki.

#### § 6.

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony *od dnia ..... do 31.05.2011r.*

#### § 7.

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

#### § 8.

Strony ustalają, że przekazanie praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich nie może być dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: *UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00*

Tytuł projektu: „*Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej*”  
*Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013*

*Oś priorytetowa V, Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia*

---

**§ 9.**

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby *Zamawiającego*.

**§ 10.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 11.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca**

**Zamawiający**