

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SKIERNIEWICACH

ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice.

tel. fax. /046/ 834-08-21

www.wsz-skier.pl/dzp

Skierniewice 20 września 2011r

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

DZIERŻAWĘ APARATURY LABORATORYJNEJ /ANALIZATORY: DO MOCZU, BIOCHEMICZNY
IMMUNOCHEMICZNY, HEMATOLOGICZNY, KOAGULOLOGICZNY, GAZOMETRYCZNY ORAZ
LABORATORYJNY SYSTEM INFORMATYCZNY/ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW,
KALIBRATORÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

załącznik nr 1: Formularz ofertowy *Wykonawcy* w trybie przetargu nieograniczonego

załącznik nr 2: Formularz cenowy

załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

załącznik nr 4: Oświadczenie *Wykonawcy* o spełnianiu warunków technicznych

załącznik nr 5: Wykaz zrealizowanych dostaw

załącznik nr 6: Wzór umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest *dzierżawa aparatury laboratoryjnej/analizatory: do moczu, biochemiczny, immunochemiczny, hematologiczny, koagulologiczny, gazometryczny oraz laboratoryjny system informatyczny/ wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych* szczegółowo opisanych w załączniku nr 2.
2. Cena za *aparatury laboratoryjne /analizatory: do moczu, biochemiczny, immunochemiczny, hematologiczny, koagulologiczny, gazometryczny oraz laboratoryjny system informatyczny/ wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych* musi być skalkulowana wraz z kosztami transportu, rozładunku, montażem, uruchomieniem aparatów.. Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel medyczny w zakresie obsługi analizatorów.
3. Ilości podane w Załączniku nr 2 są zapotrzebowaniem rocznym.
4. Termin ważności odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
5. *Zamawiający* zastrzega sobie prawo do nabycia mniejszej ilości towaru niż podano w załączniku nr 2 jednakże ilość ta nie może być mniejsza niż 20% zamówienia. Z tego tytułu nie będą przysługiwały *Wykonawcy* żadne roszczenia.
6. W przypadku chwilowego braku zamawianego towaru *Wykonawca* powiadomi *Zamawiającego*, w jakim terminie brakujący towar zostanie dostarczony. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od daty otrzymania zamówienia podstawowego
7. Dostarczona aparatura laboratoryjna zostanie zainstalowana pod nadzorem specjalistów serwisu *Wykonawcy*.
8. Aparatury laboratoryjne muszą pracować w sieci wg wymagań przedstawionych w załączniku dotyczącym systemu informatycznego wspomagającego pracę laboratorium.
9. Gwarancja na aparaturę laboratoryjną przez cały okres trwania dzierżawy.
10. *Wykonawca* zapewni pełny serwis gwarancyjny w ciągu trwania umowy.
11. *Wykonawca* zapewni czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie analizatorów ≤ 24 godzin.
12. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi *Wykonawca*.
13. Aparatury laboratoryjne muszą spełniać warunki i parametry przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14. *Wykonawca* dołączy do oferty dokumentację producenta dotyczącą zaleceń instalacyjnych.
15. *Wykonawca* zobowiązany jest do opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniem producenta oraz opisu właściwości, zasad użytkowania.

16. Aparaty laboratoryjne wymienione w Formularzu cenowym stanowiącym **załącznik nr 2** muszą posiadać wymagane przez polskie prawo atesty, zezwolenia i certyfikaty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.
17. Do każdego opakowania *Wykonawca* dołączony ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika oraz instrukcje w języku polskim dotyczące użytkowania, magazynowania i przechowywania zgodnie z art. 8 ust 1 oraz art. 14 ust 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. nr 107 poz. 679).
18. *Wykonawca* dołączy dokumentację techniczną potwierdzającą wymagane i oceniane parametry techniczne.
19. *Zamawiający* zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez *Wykonawcę* parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.
20. *Wykonawca* ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
21. *Wykonawca* zobowiązuje się do należytego opakowania aparatury laboratoryjnej, odczynników na czas przejazdu oraz dostarczenia środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie.
22. Projekt umowy stanowiący **załącznik nr 6** do SIWZ jest integralną częścią niniejszej specyfikacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
23. Przekazanie urządzenia nastąpi podpisaniem protokołu przekazania do użytkowania, sporządzonym z udziałem obu stron.

Rozdział II

Termin wykonania zamówienia

1. Zamówienie należy realizować sukcesywnie przez jeden rok od daty podpisania umowy.
2. Dostawę aparatów laboratoryjnych należy zrealizować w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy.
3. *Wykonawca* dostarczy i zainstaluje zaoferowane analizatory oraz przeszkoli obsługę w w/w terminie.
4. Dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów będą realizowane po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym lub fax-em w ciągu 3 dni, dostawy na cito w ciągu 24 godzin.

Rozdział III

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się *Wykonawcy*, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 - 1) **Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

1. 1 Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku – Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty aktualne dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 17.06.2010).

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

2.2 Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku - Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, co najmniej dwie dzierżawy aparatury laboratoryjnej do zakładu opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane – **załącznik nr 5.**

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. 1 Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku - Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną osobę do przeprowadzenia szkolenia z obsługi i użytkowania aparatury laboratoryjnej wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4.1 Zamawiający nie definiuje tego warunku przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.1 Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku - Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasobach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty:

a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - **załącznik nr 3.**

b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że *Wykonawca* nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 - d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że *Wykonawca* nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 - e) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 - f) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. *Wykonawcy*, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę *Wykonawcy* wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się *Wykonawców*, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.
5. *Zamawiający* odrzuca ofertę, jeżeli:
- 1) jest niezgodną z ustawą;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 5) została złożona przez *Wykonawcę* wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - 7) *Wykonawca* w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie przeprowadzona na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych w ofertach przez *Wykonawców* dokumentów

i oświadczeń wymienionych w SIWZ.

Rozdział IV **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców załączy do formularza oferty następujące dokumenty:

1) Wykaz spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1:

1.1) Wykaz co najmniej dwóch dzierżaw aparatury laboratoryjnej do zakładów opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane – **załącznik nr 5.**

1.2) Wykaz co najmniej jednej osoby do przeprowadzenia szkolenia z obsługi i użytkowania aparatury laboratoryjnej wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.

1.3) Certyfikaty CE i świadectwa aparatury laboratoryjnej:

- deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu analizatora
- certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną.

1.4) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla każdego odczynnika. Karty należy umieścić w odrębnej kopercie lub dostarczyć w wersji elektronicznej.

1.5) Oświadczenie, że oferowane analizatory spełniają wymagania SIWZ, są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowane analizatory oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych – **załącznik nr 4.**

2) Wykaz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1:

2.1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w art.24 ust 1 i 2 - **załącznik nr 3.**

2.2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2.3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że *Wykonawca* nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że *Wykonawca* nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Formularz cenowy, złożony na druku stanowiącym - **załącznik nr 2** do SIWZ.
3. Jeżeli *Wykonawca* wykazując spełnienie warunku, o których mowa wyżej polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) *Zamawiający* uzna, że *Wykonawca* spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione przez całe konsorcjum, – co oznacza, że nie każdy członek konsorcjum musi spełniać wszystkie warunki udziału w przetargu.
5. Jeżeli *Wykonawca* ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać *Zamawiający* od *Wykonawcy* (Dz. U. z 2009r., Nr 226 poz. 1817).
6. **Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej**
 - 1) *Wykonawcy* mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 - 2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale IV ust 1 pkt 2 dla każdego

partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

- 1) Wyżej wymienione dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 2) W przypadku *Wykonawców* wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio *Wykonawcy* lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez *Wykonawcę* lub te podmioty.
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez *Wykonawcę*.

8. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez *Wykonawcę*.
- 2) Dokumenty wymienione w Rozdziale III i IV.

9. Informacja na temat możliwości powierzenia przez *Wykonawcę* wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

- 1) *Zamawiający* dopuszcza powierzenie dowolnej części zamówienia podwykonawcy. *Wykonawca* musi podać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 2) Brak wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie *Wykonawca* powierzy podwykonawcom będzie rozumiany jak oświadczenie, że *Wykonawca* wykona zamówienie bez podwykonawców i skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska *Wykonawcy* w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

10. *Wykonawca* dołączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Rozdział V *Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami*

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje *Zamawiający* i *Wykonawcy* przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: ***Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice. Dział Zamówień Publicznych pok. nr 19.***
2. W celu usprawnienia postępowania prosimy o przesłanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i zapytań na nr. ***tel/fax /46/ 834-08-21*** pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie – przesłania własnoręcznie podpisanego.
3. *Wykonawca* może zwrócić się do *Zamawiającego* o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. *Zamawiający* jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do *Zamawiającego* nie później niż do końca

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, *Zamawiający* może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami *Zamawiający* przekaze *Wykonawcom*, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wsz-skier.pl/dzp
7. *Zamawiający* nie przewiduje zorganizowania zebrania z *Wykonawcami*.
8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do *Zamawiającego* zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
9. W uzasadnionych przypadkach *Zamawiający* może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Dokonane zmiany przekazane zostaną niezwłocznie wszystkim *Wykonawcom*, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wsz-skier.pl/dzp
11. Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu *Zamawiający* przekaze Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne zgodnie z art. 12a ust. 1.
12. Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu *Zamawiający* zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.wsz-skier.pl/dzp oraz przekaze informację wszystkim *Wykonawcom*, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, *Zamawiający* przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym *Wykonawców* którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej www.wsz-skier.pl/dzp
14. Osobami ze strony *Zamawiającego* upoważnionymi do kontaktowania się z *Wykonawcami* są:
 - **mgr Grażyna Babička**, tel. /0 46/ 834 08 05 w sprawach proceduralnych w godz. od 8⁰⁰ do 14³⁰
 - **mgr inż. Jerzy Urbanek** – tel./46/ 834-08-52 w sprawach proceduralnych w godz. od 8⁰⁰ do 14³⁰
 - **mgr Katarzyna Mielczarek** – tel./fax /46/ 834-08-21 w sprawach merytorycznych w godz. od 8⁰⁰ do 14³⁰
15. *Zamawiający* nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **17 884,00 zł** (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm). Dokumenty należy złożyć w kasie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego **Kredyt Bank S.A. Skierniewice 54 1500 1689 1216 8002 4822 0000** z dopiskiem „**Wadium w przetargu nieograniczonym – dzierżawę aparatury laboratoryjnej/analizatory: do moczu, biochemiczny, immunochemiczny, hematologiczny, koagulologiczny, gazometryczny oraz laboratoryjny system informatyczny/ wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych WSZ.XIII/2511/182/2011**”
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w **odrębnej kopercie** oznaczonej „**Wadium w przetargu nieograniczonym - dzierżawę aparatury laboratoryjnej/analizatory: do moczu, biochemiczny, immunochemiczny, hematologiczny, koagulologiczny, gazometryczny oraz laboratoryjny system informatyczny/ wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych WSZ.XIII/2511/182/2011**” do pok. nr 19 przed upływem terminu składania ofert. **Dokument nie może być trwale spięty z ofertą.**
7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
8. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawarte w art. 45 i 46.

W przypadku wpłaty wadium w formie pieniężnej prosimy podać nazwę i nr. konta na które zostanie zwrócone wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,

z wyjątkiem *Wykonawcy*, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a oraz 5.

Rozdział VII

Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. *Wykonawca* jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
2. *Wykonawca* samodzielnie lub na wniosek *Zamawiającego* może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że *Zamawiający* może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do *Wykonawców* o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie *Wykonawcy*, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział VIII

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty
 - 1) *Wykonawca* może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
 - 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 - 3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
 - 4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela *Wykonawcy* wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 - 5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
 - 6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez *Zamawiającego* wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
 - 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
 - 8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna - w przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych *Wykonawców* musi spełniać następujące warunki:

- 1) Oferta winna być podpisana przez każdego z *Wykonawców* występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
- 2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z *Wykonawców* występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty
- 3) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania *Wykonawców* w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
- 5) W przypadku dokonania wyboru oferty *Wykonawcy* występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę *Wykonawców* występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa *Wykonawców* nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętych dwóch kopertach.
- 2) Koperty/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres: **Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, Dział Zamówień Publicznych – pok. nr 19**
- 3) Oznakowane następująco: Zewnętrzna koperta winna być oznakowana następująco **„Oferta w przetargu nieograniczonym na dzierżawę aparatury laboratoryjnej/analizatory: do moczu, biochemiczny, immunochemiczny, hematologiczny, koagulologiczny, gazometryczny oraz laboratoryjny system informatyczny/ wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych WSZ.XIII/2511/182/2011” Nie otwierać do dnia 14.10. 2011r. do godz. 10⁰⁰**
Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana następująco **Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) „Oferta w przetargu nieograniczonym na dzierżawę aparatury laboratoryjnej/analizatory: do moczu, biochemiczny, immunochemiczny, hematologiczny, koagulologiczny, gazometryczny oraz laboratoryjny system informatyczny/ wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych WSZ.XIII/2511/182/2011” Nie otwierać do dnia 14.10. 2011r. do godz. 10⁰⁰**
- 4) *Wykonawca* może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 5) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, *Wykonawca* złoży *Zamawiającemu* kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie pkt 3 ppkt. 3) z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
- 6) *Zamawiający* niezwłocznie zawiadomi *Wykonawcę* o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział IX

Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w **Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 19 Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice** do dnia **14.10. 2011r. do godziny 09³⁰**.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do *Zamawiającego* a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. *Wykonawcy* mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku nieobecności *Wykonawcy* przy otwieraniu ofert, *Zamawiający* prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

Rozdział X

Miejsce i termin otwarcia ofert

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności *Wykonawców*, którzy zechcą przybyć do siedziby *Zamawiającego* w świetlicy szpitala **14.10.2011r.** o godzinie **10⁰⁰**

Rozdział XI

Opis sposobu obliczania ceny

1. *Wykonawca* poda wartość netto w PLN i wartość brutto (z VAT).
2. Cena oferty powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez *Wykonawcę* (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe)
3. Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. *Zamawiający* nie dopuszcza innej formy zapłaty niż przelew.
5. Wartość brutto jest wartością oferty podlegającą ocenie.
6. *Zamawiający* będzie prowadził rozliczenia z *Wykonawcą* tylko w PLN.
7. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Rozdział XII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - *Zamawiający* uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - oferta została złożona, w określonym przez *Zamawiającego* terminie,
 - *Wykonawca* przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami *Zamawiającego*.
 - wniesiono poprawnie wadium.

Przy wyborze oferty *Zamawiający* będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto oferty – C znaczenie – 80 %

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny – wskaźnik C

$$C = \frac{\text{Najniższa oferowana wartość brutto spośród zakwalifikowanych ofert}}{\text{Wartość badanej oferty brutto}} \times 100 \times 80\%$$

Parametr techniczny – U znaczenie – 20%

Ocena parametru technicznego będzie dokonywana według następujących zasad:

Parametr techniczny – wskaźnik U

$$U = \frac{\text{Liczba punktów przyznanych danej ofercie}}{\text{Najwyższa liczba punktów jaką Wykonawca mógł otrzymać (tj. 316pkt)}} \times 100 \times 20\%$$

Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie wymienione kryteria

Wartość brutto jest wartością oferty podlegającą ocenie.

Rozdział XIII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty *Zamawiający* jednocześnie zawiadomi *Wykonawców* którzy złożyli oferty, o:
 - 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres *Wykonawcy*, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy *Wykonawców*, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) *Wykonawcach*, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 3) *Wykonawcach*, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 1 lub art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty *Zamawiający* zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.wsz-skier.pl/dzp
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Zamawiający* zawiadomi równocześnie wszystkich *Wykonawców*, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

- 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia *Zamawiający* na wniosek *Wykonawcy*, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
5. Jeżeli *Wykonawca*, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego *Zamawiający* może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.
6. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
7. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej *Wykonawców* wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego *Zamawiający* zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

Rozdział XIV ***Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy***

1. *Zamawiający* nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XV ***Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy***

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

Rozdział XVI ***Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawieranej umowy***

1. W toku postępowania *Wykonawcy* przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz skarga do sądu.

Rozdział XVII ***Oferty częściowe***

1. *Zamawiający* nie dopuszcza częściowego składania ofert.

Rozdział XVIII

Informacje o zawarciu umowy ramowej

1. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Rozdział XIX

Zamówienia uzupełniające

1. *Zamawiający* informuje, iż w przypadku zwiększenia ilości wykonywanych badań przewidujemy udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Rozdział XX

Oferty wariantowe

1. *Zamawiający* nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Rozdział XXI

Aukcja elektroniczna

1. *Zamawiający* nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

Rozdział XXII

Postanowienia końcowe

1. Zasady udostępniania dokumentów

a) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po upływie terminu ich składania w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (zgodnie z art. 96 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

- b) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- *Zamawiający* udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
- *Zamawiający* wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
- *Zamawiający* wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
- *Zamawiający* umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,69 zł;
- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie *Zamawiającego* oraz w czasie godzin jego urzędowania tj. od 08:00 do 15:00.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz Kodeks cywilny.

O F E R T A

z dnia.....

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Do:

Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach

ul. Rybickiego 1, 96 - 100 Skierniewice

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **dzierżawę aparatury laboratoryjnej/analizatory: do moczu, biochemiczny, immunochemiczny, hematologiczny, koagulologiczny, gazometryczny oraz laboratoryjny system informatyczny/ wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych:**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Poświadczam wniesienie wadium w wysokościzł, w formie:
4. Nazwa i nr konta, na które zostanie zwrócone wadium po zakończeniu przetargu
5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez *Zamawiającego*.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - (1)
 - (2)
 - (3)

Podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Formularz cenowy

Dzierżawa analizatora biochemicznego

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora biochemicznego netto wynosi: złotych

słownie:

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora biochemicznego brutto wynosi: złotych

słownie:

w tym % VAT

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora biochemicznego netto wynosi: złotych

słownie:

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora biochemicznego brutto wynosi: złotych

słownie:

w tym % VAT

Odczynniki do analizatora biochemicznego

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa odczynnika</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Deklarowana ilość oznaczeń na czas trwania umowy</i>	<i>Ilość opakowań na czas trwania umowy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie netto w PLN</i>	<i>Vat</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie brutto w PLN</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>
1	Fosfotaza zasadowa	400	6 000						
2	notransferaza alaninowa	500	13 000						
3	Aminotransferaza asparaginianowa	500	13 000						
4	Alfa-amylaza	300	6 000						
5	Cholinoesteraza	200	300						
6	Kinaza kreatynowa	200	3 000						
7	Kinaza kreatynowa izoenzym MB	100	3 000						
8	Gamma glutamylotransferaza	400	7 200						
9	Dehydrogenaza mleczanowa (IFCC)	300	500						
10	Wapń	300	5 000						
11	Albuminy	300	600						
12	Bilirubina całkowita	250	11 000						
13	Bilirubina bezpośrednia	350	3 500						

	(E-M)								
14	Cholesterol	400	7 500						
15	Cholesterol HDL	200	5 500						
16	Cholesterol LDL	175	1 000						
17	Kreatynina Jaffe	700	25 000						
18	Glukoza	800	25 000						
19	Glukoza z hemolizatu krwi włośniczkowej	200	25 000						
20	Żelazo	200	3 200						
21	Mleczany	100	300						
22	Magnez	175	1 050						
23	Fosforany nieograniczone	250	4 000						
24	Białko całkowite	300	3 000						
25	Triglicerydy	250	7 000						
26	Kwas moczowy	400	4 800						
27	Niewysyciona zdolność wiązania żelaza	100	800						
28	Mocznik	500	25 000						
29	Białko C-reaktywne	300	16 500						
30	Hemoglobina glikowana	150	1 800						

31	Transferyna	100	1 500						
32	Alkohol etylowy	100	1 200						
33	D-Dimery	100	2 500						
34	Białko w moczu i PMR	150	3 000						
35	ISE sól, potas, chlorki		125 000						
Razem									

**Termin ważności odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy.*

Całkowita 12 miesięczna wartość netto zamówienia wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita 12 miesięczna wartość brutto (z VAT) zamówienia wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosidni od daty otrzymania faktury.

Parametry graniczne analizatora biochemicznego

<i>Lp.</i>	<i>Warunki graniczne / wymagane</i>	<i>TAK/NIE</i>
<i>1</i>	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”	
<i>2</i>	Wykonywanie analiz w fazie ciekłej	
<i>3</i>	Wydajność: co najmniej 330 oznaczeń/godz, bez ISE	
<i>4</i>	Możliwości analityczne: substraty, enzymy, jony, białka specyficzne, monitorowanie leków, układ krzepnięcia	
<i>5</i>	Swobodny dostęp do badanych prób z możliwością wykonywania prób „cito” bez przerywania pracy aparatu	
<i>6</i>	Możliwość jednoczesowego wstawienia minimum 90 próbek badanych	
<i>7</i>	Kuwety pomiarowe jednorazowe	
<i>8</i>	Oprogramowanie w języku polskim	
<i>9</i>	Bezpłatny serwis gwarancyjny analizatora łącznie z przeglądami min 1 raz w roku	
<i>10</i>	Sprzęt komputerowy i wyposażenie dodatkowe w ilości niezbędnej do utworzenia min. 2 stanowisk pracy	
<i>11</i>	Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii – max 24 godz.	
<i>12</i>	Barkodowe identyfikowanie próbek i odczynników	
<i>13</i>	Dostarczanie próbek do oznaczeń glukozy w hemolizacie stosownie do ilości oznaczeń	
<i>14</i>	Wszystkie odczynniki pochodzą od producenta aparatu	
<i>15</i>	Stacja uzdatniania wody	
<i>16</i>	Zabezpieczenie analizatorów - UPS	
<i>17</i>	Instalacje klimatyzatora zabezpieczającego pracę analizatora w określonych warunkach środowiskowych	
<i>18</i>	Analizator zapasowy wykorzystujący te same odczynniki co analizator główny	

**Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty*

Parametry oceniane analizatora biochemicznego

<i>Lp.</i>	<i>Analizator biochemiczny</i> <i>(nazwa)</i>	<i>TAK/NIE</i>
<i>1</i>	Modemowe połączenie aparatu w celach serwisowych	
<i>2</i>	Detektor skrzepu	
<i>3</i>	Metoda pomiaru w module ISE direct i indirect	
<i>4</i>	Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych	
<i>5</i>	Brak czynności przygotowawczych przed rozpoczęciem pracy	
<i>6</i>	Wykorzystanie probówek pierwotnych	
<i>7</i>	Monitorowanie poziomu odczynników i badanych próbek	
<i>8</i>	Automatyczne rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości	

Ilość punktów za tak – 1

Ilość punktów za nie – 0

Razem max 8

Materiały kontrolne, materiały zużywalne i kalibratory niezbędne do wykonywania badań przez czas trwania dzierżawy analizatora biochemicznego

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja</i>	<i>Ilość oznaczeń na czas trwania umowy</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Ilość opakowań na czas trwania umowy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie netto w PLN</i>	<i>Vat</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie brutto w PLN</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>
<i>1</i>	Materiały kontrolne - wszystkie parametry kontrolowane są raz dziennie na dwóch poziomach								
<i>2</i>	Materiały zużywalne – stosowane do podanych ilości oznaczeń								
<i>3</i>	Kalibratory – stosowane do podanej ilości oznaczeń								
Razem									

Całkowita wartość netto 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kalibratorów wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita wartość brutto (z VAT) 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kalibratorów wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Dzierżawa analizatora moczu

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora moczu netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora moczu brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora moczu netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora moczu brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Odczynniki do analizatora moczu

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa odczynnika</i>	<i>Deklarowana ilość oznaczeń na czas trwania umowy</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Ilość opakowań na czas trwania umowy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie netto w PLN</i>	<i>Vat</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie brutto w PLN</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>
<i>1</i>		15 000 oznaczeń							
<i>Razem</i>									

**Termin ważności odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy.*

Całkowita wartość netto 12 miesięcznego zamówienia odczynników wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita wartość brutto (z VAT) 12 miesięcznego zamówienia odczynników wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Parametry graniczne analizatora moczu

<i>Lp.</i>	<i>Warunki graniczne / wymagane</i>	<i>TAK/NIE</i>
<i>1</i>	Wydajność powyżej 500 oznaczeń/godz	
<i>2</i>	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu	
<i>3</i>	Możliwość druku w wybranych jednostkach	
<i>4</i>	Pamięć min. 500 wyników	
<i>5</i>	Kontrola jakości – pamięć minimum 300 wyników	
<i>6</i>	Flagowanie wyników	
<i>7</i>	Barkodowa identyfikacja próbek	
<i>8</i>	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki	
<i>9</i>	Możliwość wyboru barwy moczu	
<i>10</i>	Kompensacja własnego zabarwienia moczu	
<i>11</i>	Możliwość wyboru klarowności moczu	
<i>12</i>	Automatyczne usuwanie zużytych pasków	
<i>13</i>	Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji instalowany w aparacie na stałe	
<i>14</i>	Przystawka umożliwiająca automatyczne wprowadzanie wyników mikroskopowej oceny osadu	
<i>15</i>	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji	
<i>16</i>	Sprzęt komputerowy i wyposażenie dodatkowe w ilości niezbędnej do utworzenia min. 1 stanowiska pracy	

**Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty*

Parametry oceniane analizatora moczu

<i>Lp.</i>	<i>Analizator moczu</i> (nazwa)	<i>TAK/NIE</i>
<i>1</i>	Możliwość pracy w szybszym tempie niż 500 ozn/godz.	
<i>2</i>	Możliwość zapamiętania większej ilości wyników pacjentów	
<i>3</i>	Oznaczanie w oparciu o 10 parametry pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siateczką winylową	
<i>4</i>	Całkowita eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na oznaczenia. Dołączyć opis metody.	

Ilość punktów za tak – 2

Ilość punktów za nie – 0

Razem max 8 punktów

Materiały kontrolne, materiały zużywalne i kalibratory niezbędne do wykonywania badań przez czas trwania dzierżawy analizatora do moczu

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja</i>	<i>Ilość oznaczeń na czas trwania umowy</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Ilość opakowań na czas trwania umowy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie netto w zł.</i>	<i>Vat</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie brutto w zł.</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w zł.</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w zł.</i>
<i>1</i>	Materiały kontrolne – wszystkie parametry kontrolowane są raz dziennie na dwóch poziomach								
<i>2</i>	Materiały zużywalne – stosownie do podanych ilości oznaczeń								
<i>3</i>	Kalibratory – stosownie do podanej ilości oznaczeń								
<i>Razem</i>									

Całkowita wartość netto 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kalibratorów wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita wartość brutto (z VAT) 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kalibratorów wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Dzierżawa analizatora immunochemicznego

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora immunochemicznego netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora immunochemicznego brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora immunochemicznego netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora immunochemicznego brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Odczynniki do analizatora immunochemicznego

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa testu</i>	<i>Ilość badań na okres 12 miesięcy</i>	<i>Ilość testów w jednym opakowaniu</i>	<i>Ilość opakowań na okres 12 miesięcy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie w PLN (netto)</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie w PLN (brutto)</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>
<i>1</i>	TSH 3 gen	6 000							
<i>2</i>	f T 3	1 400							
<i>3</i>	f T 4	1 900							
<i>4</i>	Prolaktyna	400							
<i>5</i>	PSA	1 000							
<i>6</i>	Troponina	7 000							
<i>7</i>	H Bs Ag	1 400							
<i>8</i>	CEA	500							
<i>9</i>	Ca - 125	400							
<i>10</i>	Anty HBs	200							
<i>11</i>	Anty HCV	1 200							
<i>12</i>	HCG + β	400							
<i>13</i>	Parathormon	400							
<i>14</i>	NT pro BNP	800							
<i>15</i>	Prokalcytonina	400							
RAZEM									

**Termin ważności odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy.*

Całkowita wartość netto zamówienia 12 miesięcznego odczynników wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita wartość brutto zamówienia 12 miesięcznego odczynników wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi.....dni od daty otrzymania faktury.

Parametry graniczne analizatora immunochemicznego

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa parametru</i>	<i>Tak / Nie</i>
<i>1</i>	Metoda badań: chemiluminescencja	
<i>2</i>	Analizator fabrycznie nowy pracujący w systemie "Random Access"	
<i>3</i>	Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym	
<i>4</i>	Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń/godzinę	
<i>5</i>	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut	
<i>6</i>	Możliwość wykonania 14 lub więcej oznaczeń z jednej próbki	
<i>7</i>	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym	
<i>8</i>	Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników	
<i>9</i>	Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora	
<i>10</i>	Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy	
<i>11</i>	Zabezpieczenie analizatora - UPS	
<i>12</i>	Instalacja klimatyzatora zabezpieczającego pracę analizatora w określonych warunkach środowiskowych	

** Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty*

Parametry oceniane analizatora immunochemicznego

<i>Lp.</i>	<i>Aparat.....(podać nazwę)</i>	<i>Spełnienie warunku Tak / Nie</i>
<i>1</i>	Częstotliwość kalibracji nie częściej niż raz na 4 tygodnie	
<i>2</i>	Automatyczny monitorowanie stanu odczynników	
<i>3</i>	Czas oznaczenia troponiny poniżej 10 minut	
<i>4</i>	Automatyczne rozcieńczenie próbek przez analizator	

Ilość punktów za tak - 10

Ilość punktów za nie - 0

Razem max 40 punktów

Materiały kontrolne, materiały zużywalne i kalibratory niezbędne do wykonywania badań przez czas trwania dzierżawy analizatora immunochemicznego

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja</i>	<i>Ilość oznaczeń na czas trwania umowy</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Ilość opakowań na czas trwania umowy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie netto w PLN</i>	<i>Vat</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie brutto w PLN</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>
1	Kalibratory								
2	Materiały kontrolne								
3	Materiały zużywalne								
Razem									

Całkowita wartość netto 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kalibratorów wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita wartość brutto (z VAT) 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kalibratorów wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Dzierżawa analizatora koagulologicznego

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora koagulologicznego netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora koagulologicznego brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora koagulologicznego netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora koagulologicznego brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Odczynniki do analizatora koagulologicznego

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa testu</i>	<i>Ilość badań na okres 12 miesięcy</i>	<i>Ilość testów w jednym opakowaniu</i>	<i>Ilość opakowań na okres 12 miesięcy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie w PLN (netto)</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie w PLN (brutto)</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>
1	Czas protrombinowy	20 000	12x10 ml						
2	APTT	15 000	12x4 ml						
3	Fibrynogen	300	20x2 ml						
4	<i>Kontrola jakości wykonywana minimum raz dziennie na dwóch poziomach</i>		24x1ml						
<i>Razem</i>									

**Termin ważności odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy.*

Całkowita wartość netto zamówienia 12 miesięcznego odczynników wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita wartość brutto zamówienia 12 miesięcznego odczynników wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi.....dni od daty otrzymania faktury.

Zestawienie parametrów granicznych aparatu koagulologicznego

<i>Lp.</i>	<i>Aparat koagulologiczny.....(podać nazwę)</i>	<i>Tak / Nie</i>
<i>1</i>	Automatyczny analizator koagulologiczny	
<i>2</i>	Średnia wydajność analizatora dla jednoczesnych oznaczeń PT, APTT, Fb metodą Clausa – 80 oznaczeń na godzinę	
<i>3</i>	4 kanały pomiarowe	
<i>4</i>	Automatyczna kalibracja	
<i>5</i>	Metoda pomiaru: optyczno-mechaniczna	
<i>6</i>	Kontrola jakości – graficzna i statystyczne wg. Levey-Jenningsa	
<i>7</i>	Rodzaje badań: testy krzepnięciaowe, chromogenne i immunologiczne	
<i>8</i>	Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek	
<i>9</i>	Chłodzone pozycje dla wszystkich odczynników	
<i>10</i>	Podłączenie z siecią laboratoryjną – komunikacja dwukierunkowa	
<i>11</i>	Zabezpieczenie analizatora - UPS	
<i>12</i>	Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy	
<i>13</i>	Analizator zapasowy wykorzystujący te same odczynniki co analizator główny	

**Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty*

Zestawienie parametrów ocenianych odczynników koagulologicznych

<i>Lp.</i>	<i>Parametr</i>	<i>Tak / Nie</i>	<i>Ocena (0 - 10)</i>
<i>1</i>	Automatyczne powtarzanie testów:- za max 10 pkt pozost. 5 pkt		
<i>2</i>	Automatyczne rozcieńczanie próbek: za max 10 pkt pozost. 5 pkt		
<i>3</i>	Kontrola poziomu odczynników - 10 pkt za pozost. 5 pkt		
<i>4</i>	Kontrola jakości-graficzna i statystyczna wg. Levey-Jenningsa - 10 pkt za pozost. 5 pkt		
<i>5</i>	Pamięć aparatu->30.000 wyników wraz zkrzywymi przebiegu reakcji - 10 pkt za pozost 5 pkt		
<i>6</i>	Funkcja cap-piercing (przebijanie korków probówek) – 10 pkt pozost 5 pkt		

** Max. Ilość punktów - 60*

Kalibratory Materiały kontrolne, materiały zużywalne niezbędne do wykonywania badań przez czas trwania dzierżawy analizatora koagulologicznego

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja</i>	<i>Ilość oznaczeń na czas trwania umowy</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Ilość opakowań na czas trwania umowy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie netto w PLN.</i>	<i>Vat</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie brutto w PLN.</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN.</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN.</i>
1	Kalibratory								
2	Materiały kontrolne								
3	Materiały zużywalne								
Razem									

Całkowita wartość netto 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kalibratorów wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita wartość brutto (z VAT) 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kalibratorów wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Dzierżawa analizatora hematologicznego

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora hematologicznego netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora hematologicznego brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora hematologicznego netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora hematologicznego brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Odczynniki do analizatora hematologicznego

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa testu</i>	<i>Ilość badań na okres 12 miesięcy</i>	<i>Ilość testów w jednym opakowaniu</i>	<i>Ilość opakowań na okres 12 miesięcy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie w PLN (netto)</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie w PLN (brutto)</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>
<i>1</i>	Morfologia krwi obwodowej	30 000 w tym około 30% 5-DIF i 70% 3-DIF							
<i>Razem</i>									

** Termin ważności odczynników, kalibratorów, minimum 6 miesięcy, materiałów kontrolnych minimum 3 miesiące*

Całkowita wartość netto zamówienia 12 miesięcznego odczynników wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita wartość brutto zamówienia 12 miesięcznego odczynników wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi.....dni od daty otrzymania faktury.

Parametry graniczne analizatora hematologicznego

<i>Lp.</i>	<i>Opis wymaganych parametrów</i>	<i>Warunki graniczne Tak / Nie</i>
<i>1</i>	Możliwość pracy w trybie CBC jak i CBC + 5 Diff	
<i>2</i>	Automatyczna analiza min. 22 parametrów	
<i>3</i>	Wydajność min. 80 oznaczeń na godzinę	
<i>4</i>	Różnicowanie leukocytów na 5 populacji z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego	
<i>5</i>	Podajnik automatyczny na próbki zamkniętych systemów pobrań	
<i>6</i>	Bezcjankowa metoda pomiaru hemoglobiny	
<i>7</i>	Automatyczne płukanie końcówki pobierającej krew	
<i>8</i>	Pamięć min. 1000 ostatnich miesięcznych wyników	
<i>9</i>	Sprzęt komputerowy i wyposażenie dodatkowe w ilości niezbędnej do utworzenia min. 2 stanowisk pracy	
<i>10</i>	Czytnik kodów kreskowych dla prób badanych	
<i>11</i>	Zabezpieczenie analizatora - UPS	
<i>12</i>	Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy	
<i>13</i>	Instalacje klimatyzatora zabezpieczającego pracę analizatora w określonych warunkach środowiskowych	

**Niespełnienie powyższych parametrów powoduje odrzucenie oferty*

Parametry oceniające jakość analizatora hematologicznego

<i>Lp.</i>	<i>Aparat hematologiczny.....(podać nazwę)</i>	<i>Opis Tak / Nie</i>
<i>1</i>	Maksymalna objętość krwi aspirowana w trybie pracy automatycznej z podajnikiem - 270 µl	
<i>2</i>	Możliwość dokonywania pomiarów ze wstępnie rozcieńczonej krwi kapilarnej	
<i>3</i>	Oznaczenie hematokrytu metodą zliczania impulsów	
<i>4</i>	Możliwość ustawienia na stole	
<i>5</i>	Prezentacja wyników za pomocą dwóch skattegramów WBC/BASO oraz Diff	

Każda odpowiedź Tak - 10 punktów

Każda odpowiedź Nie - 0 punktów

Max. Ilość punktów - 50

Kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne niezbędne do wykonywania badań przez czas trwania dzierżawy analizatora hematologicznego

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja</i>	<i>Ilość oznaczeń na czas trwania umowy</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Ilość opakowań na czas trwania umowy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie netto w PLN.</i>	<i>Vat</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie brutto w PLN.</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN.</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN.</i>
1	Kalibratory								
2	Materiały kontrolne								
3	Materiały zużywalne								
Razem									

**Termin ważności odczynników, kalibratorów, minimum 6 miesięcy, materiałów kontrolnych minimum 3 miesiące*

Całkowita wartość netto 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kalibratorów wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita wartość brutto (z VAT) 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kalibratorów wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Dzierżawa analizatora gazometrycznego

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora gazometrycznego netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość miesięcznej dzierżawy analizatora gazometrycznego brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora gazometrycznego netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy analizatora gazometrycznego brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Odczynniki do analizatora gazometrycznego

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa testu</i>	<i>Ilość badań na okres 12 miesięcy</i>	<i>Ilość testów w jednym opakowaniu</i>	<i>Ilość opakowań na okres 12 miesięcy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie w PLN (netto)</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie w PLN (brutto)</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>
<i>1</i>	Odczynniki do oznaczeń parametrów: pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na, K, Cl, wapń zjonizowany i Hb CO	15 000							
Razem									

**Termin ważności odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy.*

Całkowita wartość netto zamówienia 12 miesięcznego odczynników wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita wartość brutto zamówienia 12 miesięcznego odczynników wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi.....dni od daty otrzymania faktury.

Zestawienie parametrów granicznych analizatora gazometrycznego

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa parametru</i>	<i>Tak / Nie</i>
1	Parametry oznaczane: ph, Pco2, Po2 Na, K, CL, Ca, Hct, O2Hb, Hhb, COHb, MetHb, Thb, SO2, Bili	
2	Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary, bez konieczności stosowania adapterów	
3	Zamknięte niezależne ścieki	
4	Prosta komunikacja z operatorem - przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon	
5	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta	
6	Wbudowana drukarka	
7	Wbudowany moduł QC z 120 pozycjami kontroli jakości	
8	Mapa równowagi kwasowo - zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych	
9	Graniczny wykres trendów u pacjenta	
10	Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów	
11	Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych (butli gazowych)	
12	Zabezpieczenie analizatora - UPS	
13	Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy	

**Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty*

Zestawienie parametrów ocenianych analizatora gazometrycznego

<i>Lp.</i>	<i>Parametry oceniane</i>	<i>Tak / Nie</i>	<i>Ocena (0 - 10 pkt.)</i>
<i>1</i>	Pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie 1 parametrów granicznych, jednocześnie		
<i>2</i>	Dotykowy, kolorowy ekran		
<i>3</i>	Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia		
<i>4</i>	Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 28 dni		
<i>5</i>	Możliwość wyboru poszczególnych parametrów w zależności od potrzeb		

Każda odpowiedź Tak - 10 punktów

Każda odpowiedź Nie - 0 punktów

Max. Ilość punktów - 50 punktów

Kalibratory Materiały kontrolne, elektrody i materiały zużywalne niezbędne do wykonywania badań przez czas trwania dzierżawy analizatora gazometrycznego

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja</i>	<i>Ilość oznaczeń na czas trwania umowy</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Ilość opakowań na czas trwania umowy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie netto w PLN.</i>	<i>Vat</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie brutto w PLN.</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN.</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN.</i>
<i>1</i>	Kalibratory								
<i>2</i>	Materiały kontrolne								
<i>3</i>	Materiały zużywalne								
<i>4</i>	Elektrody								
Razem									

Całkowita wartość netto 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów, elektrod wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita wartość brutto (z VAT) 12 miesięcznego zamówienia materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, elektrod i kalibratorów wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Dzierżawa Laboratoryjnego Systemu Informatycznego

Wartość miesięcznej dzierżawy aparatu LSI netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość miesięcznej dzierżawy aparatu LSI o brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy aparatu LSI netto wynosi:złotych

słownie:

Wartość 12 miesięcznej dzierżawy aparatu LSI brutto wynosi:złotych

słownie:

w tym % VAT

Materiały zużywalne do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja</i>	<i>Ilość oznaczeń na czas trwania umowy</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Ilość opakowań na czas trwania umowy</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie netto w PLN.</i>	<i>Vat</i>	<i>Cena jednostkowa za opakowanie brutto w PLN</i>	<i>Wartość netto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>	<i>Wartość brutto zamówienia w czasie trwania umowy w PLN</i>
	Materiały zużywalne niezbędne do obsługi LSI	Dla 80 000 pacjentów							
<i>1</i>	Karty badań								
<i>2</i>	Kody kreskowe								
<i>3</i>	Termal label								
Razem									

Całkowita 12 miesięczna wartość netto zamówienia wynosi:.....zł.

słownie:

Całkowita 1 2 miesięczna wartość brutto (z VAT) zamówienia wynosi:.....zł.

słownie:

Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury.

Zestawienia parametrów granicznych laboratoryjnego

<i>Lp.</i>	<i>Laboratoryjny system informatyczny.....</i>	<i>Tak / Nie</i>
<i>1</i>	Rejestracja pacjentów wraz z danymi demograficznymi	
<i>2</i>	Możliwość podłączenia wszystkich pracowni wraz z dwukierunkową komunikacją z analizatorami	
<i>3</i>	Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych	
<i>4</i>	Archiwizacja wyników badań i kontroli	
<i>5</i>	Archiwizacja wyników badań i kontroli na zewnętrznym nośniku	
<i>6</i>	Możliwość komunikacji ze szpitalnym systemem komputerowym	
<i>7</i>	System w technologii wielodostępu	
<i>8</i>	Ilość stanowisk do obsługi - 7	
<i>9</i>	UPS – system zabezpieczający w tym zabezpieczenie serwera	
<i>10</i>	Gwarancja LSI na cały okres trwania dzierżawy	
<i>11</i>	Połączenie wszystkich analizatorów będących przedmiotem przetargu	
<i>12</i>	Przenośny zestaw komputerowy z wyposażeniem w celach walidacyjnych, statystycznych.	
<i>13</i>	Drukarka kodów kreskowych	

**Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty*

Zestawienie parametrów ocenianych laboratoryjnego systemu informatycznego

<i>Lp.</i>	<i>Parametry oceniane</i>	<i>Tak / Nie</i>	<i>Ocena (0-10 pkt.)</i>
<i>1</i>	Rejestracja pacjentów wraz z danymi demograficznymi: automatyczna i manualna		
<i>2</i>	Akceptacja wyników: automatyczna i manualna		
<i>3</i>	Prezentacja wyników na wykresach skumulowanych		
<i>4</i>	Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych		
<i>5</i>	Raportowanie ilości wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu		
<i>6</i>	Raportowanie kosztów wykonywanych badań		
<i>7</i>	Raportowanie kosztów wykonywanych badań według płatnika		
<i>8</i>	Automatyczna kontrola wiarygodności wyników badań - ocena wg. Reguła Westgarda		
<i>9</i>	Archiwizacja wyników badań i kontroli		
<i>10</i>	Możliwość serwisowania modemowego		

Każda odpowiedź Tak - 10 punktów

Każda odpowiedź Nie - 0 punktów

Max. Ilość punktów - 100 punktów

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ZAWARTYCH W ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu.....

Numer faxu

Oświadczam, że nie jestem wykluczony z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm).

Podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Numer fax-u

Oświadczamy, że:

1. oferowana aparatura laboratoryjna spełnia wymagania SIWZ, jest kompletna i będzie po zainstalowaniu gotowa do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi);
2. oferowana aparatura laboratoryjna oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych;
3. w cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane w załączniku nr 2 funkcje.

Podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa i adres Zakładu opieki zdrowotnej w której realizowano zamówienie</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Wartość zamówienia brutto</i>
<i>1.</i>				
<i>2.</i>				
<i>3.</i>				
<i>4.</i>				
<i>5.</i>				

** do niniejszego wykazu prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane*

Podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

WZÓR UMOWY

UMOWA

Zawarta w dniur. pomiędzy *Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice* wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego pod numerem 10-00838 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000017228.

w imieniu którego działają:

1. *mgr Grażyna Krulik – Dyrektor*
2. *mgr Danuta Nobis – Główny Księgowy*

zwanym w dalszej części umowy *Zamawiającym*.

a firmą wpisaną do KRS pod nr posiadającą kapitał zakładowy zł., NIP, REGON w imieniu, którego działają:

1.
2.

zwanym w dalszej części umowy *Wykonawcą*,

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez *Zamawiającego* oferty *Wykonawcy* w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm).

§ 1.

1. *Wykonawca* przekaze *Zamawiającemu* **dzierżawę aparatury laboratoryjnej /analitycznej: do moczu, biochemiczny, immunochemiczny, hematologiczny, koagulologiczny, gazometryczny oraz laboratoryjny system informatyczny/ wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych** zgodne z warunkami techniczno – użytkowymi opisanymi szczegółowo w SIWZ, która stanowi integralną część umowy.
2. Wartość zamówienia wynosi: **...zł brutto** (słownie:
3. **Analizator biochemiczny nr katalogowy, analizator moczu nr katalogowy, analizator immunochemicznego nr katalogowy ..., aparat koagulologiczny nr katalogowy ..., analizator hematologiczny ... nr katalogowy, analizator gazometryczny ... nr katalogowy ... oraz Laboratorium system Informatyczny.**
4. Dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów będą realizowane po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym lub fax-em w ciągu 3 dni, dostawy na cito

w ciągu 24 godzin.

5. Termin ważności odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
6. *Wykonawca* zobowiązuje się dostarczyć urządzenia w terminie **2 tygodni** od daty podpisania umowy.
7. *Wykonawca* dostarczy wraz z przedmiotem umowy dokumenty dotyczące gwarancji oraz oprogramowania w języku polskim.
8. *Wykonawca* odpowiada za jakość i tożsamość dostarczonej aparatu.
9. Cena za *aparaty laboratoryjne /analizatory: do moczu, biochemiczny, immunochemiczny, hematologiczny, koagulologiczny, gazometryczny oraz laboratoryjny system informatyczny/ wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych* musi być skalkulowana wraz z kosztami transportu, rozładunku, montażem, uruchomieniem aparatów.. *Wykonawca* bezpłatnie przeszkoli personel medyczny w zakresie obsługi analizatorów.
10. W przypadku chwilowego braku zamawianego towaru *Wykonawca* powiadomi *Zamawiającego*, w jakim terminie brakujący towar zostanie dostarczony. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od daty otrzymania zamówienia podstawowego.
11. Dostarczona aparatura laboratoryjna zostanie zainstalowana pod nadzorem specjalistów serwisu *Wykonawcy*.
12. Aparaty laboratoryjne muszą pracować w sieci wg wymagań przedstawionych w załączniku dotyczącym systemu informatycznego wspomagającego pracę laboratorium.
13. *Wykonawca* zobowiązuje się do należytego opakowania analizatorów wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie.
14. Przekazanie urządzeń nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
15. *Zamawiający* zobowiązuje się użytkować urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz dokonywania zakupów niezbędnych odczynników diagnostycznych oraz materiałów zużywalnych u *Wykonawcy* zgodnie z zawartą umową dostawy.
16. *Zamawiający* zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.
17. Jeżeli przy podłączeniach modemowych zajdzie konieczność udostępnienia pulpitu zdalnego *Wykonawca* zobowiązuje się zapewnić to połączenie przy pomocy łącza szyfrowanego.

§ 2.

1. Dane osobowe pacjentów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 3.

1. Okres pełnej gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania.
2. *Wykonawca* zapewnia pełny serwis gwarancyjny w ciągu trwania umowy.

3. *Wykonawca* zapewnia czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatów w ciągu 24 godzin w przypadku trudności w usunięciu usterki zostanie w tym terminie zapewniony sprzęt zastępczy na czas naprawy.
4. *Wykonawca* dokona wymiany urządzenia na nowe jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona dwóch napraw tego samego istotnego podzespołu, a aparat nadal będzie wskazywał wadę.
5. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi *Wykonawca*.
6. W przypadku nie usunięcia wad w terminie dłuższym niż 7 dni roboczych bez wymiany części i do 14 dni z wymianą części bądź odmowy wymiany wadliwego sprzętu na nowy w okresie gwarancji *Zamawiający* zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez okresu wypowiedzenia i żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

§ 4.

1. *Zamawiający* będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy oferowany przedmiot zakupu nie jest zgodny z formularzem parametrów technicznych oferty, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku *Zamawiający* będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy *Wykonawcy* i żądać kar umownych o których mowa w ust. 2.
2. Jeżeli *Wykonawca* nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu zamówienia do *Zamawiającego* lub zwłoki w usunięciu wad o których mowa w § 3, *Zamawiający* będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust 2 za każdy dzień zwłoki.

§ 5.

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony *od dnia2011r. do dnia2012r.*

§ 6.

1. Zapłata za dostarczone aparaty wraz z montażem, uruchomieniem aparatów, oraz przeszkoleniem personelu nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania do użytkownika, przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż data podpisania protokołu przekazania.
2. Za zrealizowane dostawy towaru *Zamawiający* będzie dokonywał płatności przelewem na konto wskazane przez *Wykonawcę* w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury.
3. Za dokonanie płatności rozumie się dzień dokonania polecenia przelewu wystawionego przez *Zamawiającego* na konto *Wykonawcy*.
4. *Zamawiający* zastrzega sobie prawo do nabycia mniejszych ilości towaru niż podano w załączniku nr 2 jednakże ilość ta nie może być mniejsza niż 20% zamówienia. Z tego tytułu nie będą przysługiwały *Wykonawcy* żadne roszczenia.

§ 7.

1. Na czas trwania dzierżawy *Wykonawca* ceduje na *Zamawiającego* prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji urządzenia przekaże kartę gwarancyjną stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2. *Zamawiający* nie może bez pisemnej zgody *Wykonawcy* udostępniać urządzenia do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.

§ 8.

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa *Wykonawcy*.

§ 9.

Strony ustalają, że przekazanie praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich nie może być dokonane bez pisemnej zgody *Zamawiającego*.

§ 10.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby *Zamawiającego*.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 13.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi, o której mowa §1 niniejszej umowy.

Wykonawca

Zamawiający